



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 10.06.2021r.

1/60/ZO/COV/21

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania : OGŁOSZENIE NR 60/ZO/COV/21 dot. zakupu : INHALATOR 4 SZTUKI

Zamawiający podaje odpowiedzi na pytania uzupełniające w zakresie ogłoszenia 60/ZO/COV/21:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować zapis: "Średnica cząsteczek aerozolu w zakresie co najmniej od 1,0 do 5 mikronów"

Czy to oznacza, że zaoferowany inhalator może generować cząsteczki w zakresie od 0,5 do 6 mikronów? Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

ODP: może generować cząsteczki w zakresie od 0,5 do 6 mikronów? - dopuszczamy takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować zapis: „Podgrzewanie aerozolu min. w zakresie co najmniej 34°C - max. 37°C

Czy to oznacza, że zaoferowany inhalator może generować podgrzewany aerozol z możliwością jego regulacji w zakresie do 38 °C? Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

ODP: może generować podgrzewany aerozol z możliwością jego regulacji w zakresie do 38 °C? - dopuszczamy rozwiązanie z regulacją temperatury od 34 ° do 38 °

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.