



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 09.11.2021r.

1/103/ZO/COV/21

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania na dostawę półmasek filtrujących klasy FFP3 w łącznej ilości 780 000 szt. Dotyczy postępowania 103/ZO/COV/21.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w zakresie zadania nr 1 dopuści możliwość zaoferowania półmaski filtrującej FFP3 NR bez zaworu oddechowego o obniżonych oporach oddychania?

Produkowana przez nas półmaska filtrująca FFP3 NR BS3 A , posiada opory oddychania w zakresie wydechu poniżej 150 Pa. Natomiast norma EN 149 na którą powołuje się zamawiający stanowi, że minimalne opory oddechowe przy wydechu dla wszystkich typów masek tj. FFP1, FFP2, FFP3 zarówno z zaworami jak i bez stanowią taką samą wartość tj. 300 Pa. Tak więc, jeżeli chodzi o walor użytkowy , w zakresie poziomu oporów w wydychanym powietrzu, nasz produkt jest taki sam jak w półmaskach z użyciem zaworu, jeżeli chodzi o wytyczne w normie. Natomiast faktycznie poziom oporu wydechu jest o połowę niższy niż przewiduje to norma co powoduje iż nasz produkt posiada taki sam walor użytkowy jak półmaska z zaworem. Mając na uwadze powyższe, sam fakt zastosowania przez producenta zaworu wydechowego, nie jest gwarantem, że proces wydychania powietrza będzie odbywał się przy mniejszych oporach. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem; W jaki sposób zamawiający uzasadnia potrzebę zakupu półmaski z zaworem. Prosimy o podanie faktycznych powodów takiej decyzji. Ponadto pragniemy zauważyć, że Światowa Organizacja Zdrowia jak również organizacje tj. FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) i NIOSH (Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) w USA wielokrotnie zwracała uwagę, na fakt iż w zakresie przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i, nie należy używać środków ochrony indywidualnej posiadających zawory wentylacyjne, gdyż takie półmaski sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa, gdyż nie stanowią ochrony dla osób będących w otoczeniu użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Operacyjnych


Jarosław Jermalonek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

