



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 19.05.2021.

IMŁ/1/45/ZO/COV/21

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Udzielenie dodatkowych informacji w związku z zapytaniem ofertowym na zakup 19 szt. Kardiomonitorów

Znak sprawy : 45/ZO/COV/21

Zamawiający podaje odpowiedzi na pytania w zakresie ogłoszenia 45/ZO/COV/21:

1. Zamawiający wymaga zaoferowania kardiomonitorów modułowych. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby każdy kardiomonitor modułowy wyposażony był w niezależny moduł transportowy z własnym wbudowanym, dotykowym ekranem o przekątnej min. 5''? Moduł transportowy z własnym ekranem umożliwi monitorowanie i podgląd w czasie rzeczywistym mierzonych parametrów życiowych pacjenta podczas transportu np. na zabieg czy dodatkowe badanie, bez potrzeby zabierania ciężkiego 15'' monitora, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu medycznego.

Odp. Zamawiający wymaga nieprzerwanego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów pacjenta na stanowisku jak również w czasie transportu pacjenta na module transportowym.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z zestawami konfiguracji: domyślny oraz użytkownika?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Obecnie żaden czołowy producent monitorów np. Philips/Mindray/GE w swoich aktualnych modelach nie stosuje już pokręteł, gdyż zostały zastąpione one przez ekrany pojemnościowe z możliwością sterowania gestami. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pokrętła z komunikacją z użytkownikiem przez system menu w

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 54.187.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



języku polskim, ze sterowaniem funkcjami monitorowania za pomocą pojemnościowego ekranu (sterowanie gestami)?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z system monitorowania SpO2 zapewniającym poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w technologii czołowych producentów tzn. Philips/Mindray/GE/Nellcor, które są równoważne w stosunku technologii Masimo?

Odp. Zgodnie z zapisami OPZ.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dyrektor ds. Operacyjnych


Jarosław Jermalonek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 54.187.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

