

Wykonawcy postępowania 147/ZO/COV/ 2020

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.iml.biz.pl treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację, bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie dostawcy oraz nazwy LIS, do którym miałyby być zintegrowany aparat.

Wyjaśnienia

— Zamawiający przekazuje informacje: integracja aparatu z Marcel Centrum.

Pytanie

Do formularza parametry techniczne: Warunki serwisu pkt. 2. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności przeprowadzania przeglądów okresowych ze względu na brak takich zaleceń pochodzących od producenta?

Wyjaśnienia

Zamawiający wymaga co najmniej 1 przegląd.

Zamawiający dodaje treść w załączniku wymaganych parametrów technicznych analizatora - Warunki serwisu pkt. 2 , która otrzymuje brzmienie:“

„W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. Wymagany co najmniej 1 przegląd .“

Pytania dot. umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Wyjaśnienia

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może

zostać odroczone w czasie. Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Wyjaśnienia

Zamawiający informuje: umowa zawierana jest poza ustawą PZP

par. 1 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnego” na „w ramach wynagrodzenia”?

Wyjaśnienia

Zamawiający nie wyraża zgody.

— Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Wyjaśnienia

Zamawiający doprecyzuje ustalenia w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem

par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Wyjaśnienia

Zamawiający nie wyraża zgody, istnieje możliwość przesłania faktury elektronicznie.

par. 4 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia tak by czas interwencji serwisowej był:

- tego samego dnia, w przypadku zgłoszenia awarii poniedziałek-piątek do godz. 12:00

- następnego dnia roboczego, w przypadku zgłoszenia awarii po godz. 12:00.

Wyjaśnienia

Zamawiający nie wyraża zgody.

par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Wyjaśnienia

Zamawiający dopuszcza dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku trzeciej usterki, element lub podzespół zostanie wymienione na nowe. Po trzeciej bezskutecznej naprawie całe urządzenie zostanie wymienione na nowe

Zamawiający zmienia treść ust. 6 wzoru umowy, która otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku trzeciej usterki element lub podzespół zostanie wymienione na nowe. Po trzeciej bezskutecznej naprawie całe urządzenie zostanie wymienione na nowe“

par. 7 ust. 1 lit. a-c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Wyjaśnienia

Zamawiający zmienia treść ust. 7 wzoru umowy, która otrzymuje brzmienie:

„(...) z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych.“

par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Wyjaśnienia

Zamawiający nie wyraża zgody.

par. 8 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kara wynosiła 5% łącznego wynagrodzenia brutto
Wyjaśnienia

Zamawiający doprecyzuje kary w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem

par. 8 ust. 1 lit. b-c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Wyjaśnienia

Zamawiający doprecyzuje ustalenia w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem

Czy Zamawiający, jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się analizatorze będącym przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją umowy może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które mogą znajdować się na analizatorze wg załączonego wzoru?

Wyjaśnienia

Zamawiający nie będzie zawierał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Czas reakcji serwisu wynosi 24 godziny w dni robocze. Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 2 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”?

Wyjaśnienia

Zamawiający nie wyraża zgody.

§8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1?

Wyjaśnienia

Zamawiający doprecyzuje kary w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem

§8 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1?

Wyjaśnienia

Zamawiający doprecyzuje kary w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem

§8 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 0,5% ceny brutto urządzenia podlegającego naprawie, określonej zgodnie z § 1 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 4 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (przystąpienie serwisu do naprawy);”?

Wyjaśnienia

Zamawiający doprecyzuje ustalenia w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Naliczone kary umowne na podstawie § 8 nie mogą przewyższać 30% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.”?

Wyjaśnienia

Zamawiający doprecyzuje ustalenia w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem

Zamawiający zastępuje załącznik - wzór umowy, załącznikiem - wzór umowy zmiana

Zamawiający zastępuje załącznik – par.tech., załącznikiem – par.tech. zmiana

Dyrektor ds. Operacyjnych


Jarosław Jermalonek

