

**Wykonawcy postępowania
78/ZO/COV/ 2020**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.iml.biz.pl treść modyfikacji bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie

Dotyczy załącznika nr.2, pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera wyposażonego w: 1 procesor 10-rdzeniowy klasy Intel Xeon Gold, dopasowany do wymaganej konfiguracji?

Proponowany serwer posiada niezbędną wydajność do jednoczesnej obsługi kilku użytkowników.

Akceptacja pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty bez pogorszenia wydajności oferowanego systemu.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera bez określenia odnośnie ilości przetwarzanych warstw?

Z uwagi na różne sposoby przetwarzania, jak i też różne definicje tego parametru u różnych dostawców, aktualnie odchodzi się od podawania i porównywania tego parametru. Oferowany serwer nie posiada ograniczeń licencyjnych w zakresie ilości otwieranych badań oraz warstw.

Proponowany serwer posiada niezbędną wydajność do jednoczesnej obsługi kilku użytkowników.

Akceptacja pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty bez pogorszenia wydajności oferowanego systemu.

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść pozycji 62 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

62.	Dla wymienionego oprogramowania klinicznego (stacji diagnostycznych/opisowych) Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy. Parametry dostarczonego sprzętu komputerowego mają uwzględniać wymagania zaoferowanego oprogramowania z uwzględnieniem, iż.: - dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, nie może to być również sprzęt end-of life; - dostarczony sprzęt ma posiadać gwarancję w miejscu instalacji na taki sam czas na jaki zostanie udzielona gwarancja dla tomografu; - licencja na system operacyjny z uwzględnieniem, iż system musi posiadać wsparcie producenta tego systemu; - oprogramowanie antywirusowe – licencja na czas gwarancji sprzętu z automatyczną aktualizacją lub dopuszczenie instalacji oprogramowania antywirusowego Zamawiającego; - co najmniej 2 karty sieciowe o prędkości min. 1000MB/s umożliwiające bonding; - min. 128 GB RAM; - 2 procesory min. 6 rdzeni fizycznych każdy osiągający 17 000 pkt. W teście Passmark; - dyski SSD o pojemności min. 1 TB w RAID 1; - obudowa RACK do montażu w szafie wraz z przewodnikami; - dostarczony sprzęt komputerowy za zainstalowanym oprogramowaniem klinicznym ma umożliwić płynne przetwarzania obrazów (min. 30 tys.) z uwzględnieniem przeglądania, pomiarów, wykonywania rekonstrukcji obrazów przez co najmniej dwóch użytkowników jednocześnie oraz płynne wyświetlanie rekonstrukcji na monitorze lekarza, również w przypadku kiedy stacja opisowa/lekarzka jest stacją web'ową, także w przypadku kiedy tomograf lub serwer PACS wysyła do stacji kolejne obrazy lub gdy dane są wysyłane ze stacji opisowej na serwer PACS; - kartę/karty graficzne umożliwiające podłączenie dostarczonych ze stacją monitorów i zgodne z przepisami prawa w tym zakresie; - możliwość pobierania obrazów z systemu RIS/PACS	Tak podać	
-----	--	-----------	--

Pytanie

Dotyczy załącznika nr.2, pkt. 79

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu wyposażonego w zestaw dedykowanych funkcjonalności do dokładnej oceny diagnostycznej przestrzeni płynnych (naczyni):

- aplikacja do oceny naczyniowej CT Vascular, wraz widokami krzywoliniowymi i poprzecznymi naczyń, wizualizacją blaszki

- wizualizacja w 3D VesselSurf, polegająca na zaznaczeniu wybranego punktu w naczyniu (i np. ciągłym nawigowaniu wzdłuż naczynia) wraz z jednoczesnym przedstawieniem tego punktu w 3 widokach MPR (np. prostopadłych)
- Anatomy Visualizer, Region Growing, do segmentacji naczyń i prezentacji w 3D, m.in. aorty
- rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (MPR) krzywoliniowe i przekrojowe, cienkowarstwowe obrazy MIP

Wirtualna endoskopia naczyń bazuje na widoku 3D wewnątrz naczynia, nie umożliwia dokonania dokładnej oceny oraz pomiarów w naczyniach, czyli nie zapewnia jakości diagnostycznej.

Aktualnie, praktycznie nie stosuje się ogólnej oceny endoskopowej naczyń, mając do dyspozycji zestaw precyzyjnych funkcjonalności diagnostycznych.

W związku z powyższym, czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia nam ważnej oferty, uzna za równoważne zaoferowanie zestawu funkcji (CT Vascular wraz z rekonstrukcjami MPR/MIP, wizualizacja w 3D VesselSurf, Anatomy Visualizer, Region Growing), pozwalających na precyzyjną ocenę diagnostyczną przestrzeni płynnych?

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść pozycji 79 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

79.	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii przestrzeni płynnych, dopuszcza zestaw funkcji (CT Vascular wraz z rekonstrukcjami MPR/MIP, wizualizacja w 3D VesselSurf, Anatomy Visualizer, Region Growing),	Tak podać	
-----	--	-----------	--

Pytanie

Dot. par. 4 ust. 7 wzoru umowy

Postanowienie par. 4 ust. 7 może prowadzić do nadmiernego obciążenia Wykonawcy, w sytuacji gdy naprawiany element urządzenia będzie niewielki lub bez kluczowego znaczenia dla aparatu. Konieczność wymiany w takiej sytuacji całego urządzenia na nowe jest nieproporcjonalna i utrudnia właściwą kalkulację ryzyka po stronie Wykonawcy (co może prowadzić do zawyżenia cen wskazanych w ofertach). Proponujemy zmianę:

„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku trzeciej usterki, określony element lub podzespół zostanie wymieniony na nowe. W przypadku gdyby wymiana elementu lub podzespołu była niemożliwa, Wykonawca zobowiązany jest wymienić całe urządzenie na nowe.”

Dot. par. 4 ust. 9

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów CT, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in. przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Dot. par. 4 ust. 11

Może okazać się, że nowe dostępne oprogramowanie będzie wymagało od kilku do kilkunastu godzin instalacji, w związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego zapisu, ponieważ jego instalacja oraz wykonanie przeglądu okresowego nie będzie możliwe do wykonania w ciągu jednego dnia roboczego

Dot. pat. 8 ust. 1 lit. c

Wskazana wysokość kary jest rażąco wygórowana, istotnie odbiegając od standardowo stosowanych na rynku kar w przypadku dostawy i serwisowania sprzętu, a zatem może prowadzić do nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego i nieuzasadnionego obciążenia Wykonawcy w oderwaniu od potencjalnego rozmiaru rzeczywistej szkody, jaka może wystąpić. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1%?

Dot. pat. 8 ust. 1 lit. b, c

Kara umowna za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę. Wykonawca powinien zatem odpowiadać za „zwłokę, nie zaś za opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie w par. 8 ust. 1 lit b oraz c słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że zapisy warunków umowy będą negocjowane bezpośrednio z wykonawcą.

Pytanie

czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za przekroczenie terminu wykonania do 0,1% za każdy dzień opóźnienia ? Kary są niewspółmiernie wysokie do standardów innych zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że zapisy warunków umowy będą negocjowane bezpośrednio z wykonawcą.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy opracowanie projektów wielobranżowych na potrzeby wykonania adaptacji jest po stronie Wykonawcy, Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcy kompletną wielobranżową dokumentację archiwalną.

Wyjaśnienie

Szpital udostępni archiwalną dokumentację wielobranżową.

Pytanie

Dot. pkt. 11 (GANTRY / STÓŁ) załącznika nr 2 SIWZ

W pkt. 11 Zamawiający wymaga:

Tryb badań nagłych umożliwiający			
11.	wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio na panelu gantry oraz Tak Bez punktacji uruchomienie badania z pokoju badań.		

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tryb badań nagłych, który umożliwia uruchomienie badania z pokoju badań, po uprzednim wyborze pacjenta i zaplanowaniu protokołu badania na konsoli operatora?

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść pozycji 11 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

11.	Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań, dopuszcza się tryb badań nagłych, który umożliwia uruchomienie badania z pokoju badań, po uprzednim wyborze pacjenta i zaplanowaniu protokołu badania na konsoli operatora	Tak podać	
-----	--	-----------	--

Pytanie

Dot. pkt. 81 (OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE SERWERA APLIKACYJNEGO) załącznika nr 2 SIWZ

W pkt. 81 Zamawiający wymaga:

81.	Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych	Tak opisać	
-----	---	------------	--

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał aby oprogramowanie wyspecyfikowane W pkt. 81 umożliwiało automatyczną identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej (rozwiniecie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenoz, automatyczna segmentacja i pomiary stenoz)? Zbyt ogólny opis funkcjonalności jak w pkt. 81 może spowodować, że pełna ocena wymagana zapisami pkt. 81 będzie niemożliwa i będzie musiała być realizowana z wykorzystaniem podstawowych narzędzi (czasochłonna i manualna ocena i analiza) zamiast zaawansowanych aplikacji diagnostycznych, które ułatwiają proces oceny i analizy danego obszaru anatomicznego i zapewniają najwyższą precyzję diagnostyczną

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść pozycji 81 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

81.	Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych, dopuszcza się automatyczną identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej (rozwiniecie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenoz, automatyczna segmentacja i pomiary stenoz)	Tak podać	
-----	---	-----------	--

Pytanie

Dot. pkt. 90 (OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE SERWERA APLIKACYJNEGO) załącznika nr 2 SIWZ

W pkt. 90 Zamawiający wymaga:

90.	Oprogramowanie do badań kardiologicznych	Tak opisać	
-----	--	------------	--

Zbyt ogólny opis funkcjonalności jak w pkt. 90 może spowodować, że pełna ocena wymagana zapisami pkt. 90 będzie niemożliwa i będzie musiała być realizowana z wykorzystaniem podstawowych

narzędzi (czasochłonna i manualna ocena i analiza) zamiast zaawansowanych aplikacji diagnostycznych, które ułatwiają proces oceny i analizy danego obszaru anatomicznego i zapewniają najwyższą precyzję diagnostyczną. Należy zauważyć, że ocena badań kardiologicznych to bardzo szerokie zagadnienie. W jej skład możechodzić ocena tętnic wieńcowych oraz zwapnień (dla celów badań przesiewowych), jak również ocena płytek miażdżycowych, funkcji lewej komory, planowania zabiegów elektrofizjologicznych itd. W związku z powyższym zakres oceny takich badań winien zostać doprecyzowany. Zapewni to nie tylko porównywalność złożonych ofert. Przy obecnych zapisach, każdy Wykonawca zaoferuje to o uzna za wystarczające i korzystne dla niego z punktu widzenia ceny ofertowej, co może okazać się niekorzystne z punktu widzenia użytkownika i jego realnych potrzeb diagnostycznych. Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał aby oprogramowanie wyspecyfikowane w pkt. 90 umożliwiała: • oceny tętnic wieńcowych, co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie (automatyczną segmentację i pomiary) stenozy, • automatyczną wizualizację blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa), • Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca d z pomiarem m.in. objętości skurczowej, rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej, masy mięśnia oraz wizualizacja w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA, • Specjalistyczne oprogramowanie do planowania zabiegów elektrofizjologicznych umożliwiające wizualizację w 3D układu anatomicznego lewego przedsionka, zatoki wieńcowej oraz żył płucnych wraz z ich oceną i pomiarami?

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść pozycji 90 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

90.	Oprogramowanie do badań kardiologicznych, dopuszcza się oprogramowanie wyspecyfikowane w pkt. 90 umożliwiała: •oceny tętnic wieńcowych, co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie (automatyczną segmentację i pomiary) stenozy, •automatyczną wizualizację blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa), •Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca d z pomiarem m.in. objętości skurczowej, rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej, masy mięśnia oraz wizualizacja w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA, •Specjalistyczne oprogramowanie do planowania zabiegów elektrofizjologicznych umożliwiające wizualizację w 3D układu anatomicznego lewego przedsionka, zatoki wieńcowej oraz żył płucnych wraz z ich oceną i pomiarami	Tak podać	
-----	---	-----------	--

Pytanie 50

Dot. pkt. 91 (WSTRZYKIWACZ KONTRASTU) załącznika nr 2 SIWZ

W pkt. 91 Zamawiający wymaga:

91.	Automatyczny dwugłównicowy wstrzykiwacz środka cieniującego, sprzężony z oferowanym tomografem komputerowym w min. klasie I wg CiA 425 lub rozwiązanie równoważne.		
-----	--	--	--

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania?

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść pozycji 91 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

42.	Stanowisko operatora wyposażone w minimum: a) Dedykowane komputery, zapewniające prawidłową pracę systemu, wyposażone w dedykowaną klawiaturę i myszkę b) 2 monitory kolorowe z matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 19" zgodny ze standardem DICOM c) biurko do konsoli operatorskiej d) 1 monitor do systemu szpitalnego RIS e) UPS do podtrzymania zasilania na czas min. 10 min. do podtrzymania pracy komputerów tomografu gwarantujący zapisanie zebranych danych w przypadku awarii zasilania oraz zakończenia pracy konsoli Dopuszcza się Stanowisko operatora wyposażone w minimum: a) Dedykowane komputery, zapewniające prawidłową pracę systemu, wyposażone w dedykowaną klawiaturę i myszkę b) 2 monitory kolorowe z matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 19" zgodny ze standardem DICOM c) biurko do konsoli operatorskiej d) 1 monitor do systemu szpitalnego RIS e) UPS umożliwiający (w razie zaniku zasilania) schłodzenie lampy RTG i detektorów oraz bezpieczne wyłączenie tomografu komputerowego	Tak podać	
-----	--	-----------	--

Pytanie

Dotyczy Wzoru umowy, § 1, przedmiot umowy, pkt. 3

Zamawiający zawarł w tym punkcie zapis mówiący o stałej zabudowie kontenerowej.

Wykonanie stałej zabudowy kontenerowej nie mieści się w przedmiocie umowy, nie nawiązuje też do niej załącznik nr 1 do umowy.

Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

Dotyczy Wzoru umowy, § 1, przedmiot umowy, pkt. 8

Zamawiający zawarł zapis:

Dostawa sprzętu do miejsca przeznaczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Projekt umowy § 2 ust. 1 umowy, nie wskazuje miejsca przeznaczenia.

Dotyczy Wzoru umowy § 2 odbiór przedmiotu umowy, pkt 4

Zamawiający zawarł zapis:

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych przepisami prawa odbiorów przedmiotu umowy oraz do złożenia oświadczenia, że wykonana konstrukcja spełnia wymogi i nadaje się do użytkowania.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonanie „konstrukcji” nie mieści się w przedmiocie umowy.

Postanowienie wymaga odpowiedniej modyfikacji. Ewentualnie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie prace Zamawiający rozumie pod pojęciem konstrukcji.

dotyczy Wzoru umowy § 3 warunki płatności, pkt 1

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty:

Co oznacza, że wynagrodzenie jest łączne? Co oznacza zwrot „nieprzekraczającej kwoty”. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy nie może ulec zmianie w stosunku do zaoferowanej przez niego ceny. W związku z tym prosimy o korektę zapisu.

Dotyczy Wzoru umowy § 4 warunki gwarancji i serwisu, pkt 7

Zamawiający zawarł zapis:

Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku trzeciej usterki, całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wymiany całego urządzenia na nowe w przypadku trzeciej usterki. Należy zauważyć, że tomograf komputerowy, jako urządzenie montowane na stałe, z reguły nie podlega wymianie gwarancyjnej. Jest to niezwykle czasochłonne i nieekonomiczne. Dodatkowo podnosi koszty oferty.

W związku z powyższym wnosimy o następującą zmianę treści tego punktu:

Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku trzeciej usterki, cały element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy.

Dotyczy Wzoru umowy § 4 warunki gwarancji i serwisu, pkt 11

Zamawiający zawarł zapis:

Wykonawca zapewnia wymianę zainstalowanego oprogramowania na nowsze przy okazji przeglądu okresowego, jeżeli jest dostępne.

Zwracamy się z prośbą o zmianę tego zapisu na:

Wykonawca zapewnia aktualizację zainstalowanego oprogramowania przy okazji przeglądu okresowego, jeżeli jest dostępne.

91.	Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego sprzężony z oferowanym tomografem komputerowym w min. klasie I wg CIA 425 lub rozwiązanie równoważne, dopuszcza się oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania	Tak podać	
-----	--	-----------	--

Pytanie

Dot. pkt. 42 (KONSOLA OPERATORSKA) załącznika nr 2 SIWZ

W pkt. 42 podpunkcie e Zamawiający wymaga:

42.	Stanowisko operatora wyposażone w minimum: a) Dedykowane komputery, zapewniające prawidłową pracę systemu, wyposażone w dedykowaną klawiaturę i myszkę b) 2 monitory kolorowe z matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 19" zgodny ze standardem DICOM c) biurko do konsoli operatorskiej d) 1 monitor do systemu szpitalnego RIS e) UPS do podtrzymania zasilania na czas min. 10 min. do podtrzymania pracy komputerów tomografu gwarantujący zapisanie zebranych danych w przypadku awarii zasilania oraz zakończenia pracy konsoli	Tak Podać		
-----	---	--------------	--	--

Pragniemy zauważyć, że tak sformułowany wymóg dotyczący UPS nie zabezpieczy systemu tomografii komputerowej, zwłaszcza w sytuacji dość częstych niespodziewanych wyłączeń zasilania.

Takie kosztowne podzespoły jak lampa RTG, detektory w trakcie gwałtownego zaniku napięcia pozbawione są chłodzenia i może dojść do ich przegrzania i uszkodzenia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści Załącznika nr 2 poprzez wprowadzenia zapisu w sposób następujący lub odstąpi od wymogu podtrzymania zasilania samej konsoli operatorskiej?:

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść pozycji 42 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

Dotyczy Wzoru umowy § 7 odstąpienie od umowy, pkt 2

Prosimy o wskazanie przykładów, w których zamawiający uzna, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

Dotyczy Wzoru umowy § 7 odstąpienie od umowy, pkt 3

Ze względu na 35-dniowy termin wykonania przedmiotu umowy wprowadzony termin odstąpienia od umowy w czasie 2 miesięcy nie znajduje uzasadnienia. Prosimy o odpowiednią modyfikację tego zapisu.

Dotyczy Wzoru umowy § 8 odstąpienie od umowy, pkt 1b

w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do zwyczajowej wartości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

Zwracamy się z prośbą o związanie kary umownej ze zwłoką a nie opóźnieniem wykonawcy.

Dotyczy Wzoru umowy § 8 odstąpienie od umowy, pkt 1c

w wysokości 1% ceny brutto urządzenia podlegającego naprawie, określonej zgodnie z § 1 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 5 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (przystąpienie serwisu do naprawy);

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,2%.

Dotyczy Wzoru umowy § 8 odstąpienie od umowy, pkt 3

Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów.

Prosimy o potwierdzenie, że sumowane będą kary określone w lit. b) i c).

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że zapisy warunków umowy będą negocjowane bezpośrednio z wykonawcą.

Zamawiający zmienia treść ust. 3 ogłoszenia, która otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zastępuje załącznik nr 2 Parametry techniczne, załącznikiem nr 2 Parametry techniczne zmiana II

Dyrektor ds. Operacyjnych

Jarosław Jermalonek

