

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 31.08.2020r.

**Wykonawcy postępowania
100/ZO/COV/ 2020**

Dot. Zapytanie ofertowe na dostawę stołów elektrohydraulicznych w ilości 4 sztuk dla IML Sp. z o.o.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.iml.biz.pl treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację, bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie**Dotyczy zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawcy.**

Zamawiający bardzo restrykcyjnie opisał wymóg udokumentowania zdolności technicznych lub zawodowych poprzez przedstawienie minimum jednej należycie zrealizowanej dostawy dotyczącej przedmiotu zamówienia – stół operacyjny elektrohydrauliczny na wartość min. 400 000 zł brutto, odcinając tym samym możliwość złożenia ofert Wykonawcom, którzy zrealizowali dostawy równie profesjonalne co przedmiot zamówienia, ale o nieco innych parametrach technicznych – np. stołów elektromechanicznych, lub hybrydowych, a zatem bardziej zaawansowanych niż stoły elektrohydrauliczne. Ponadto Zamawiający użył w tym wymogu liczby pojedynczej, co sugerowałoby, że Wykonawca musi przedstawić dowód realizacji umowy na jeden stół elektrohydrauliczny o wartości min. 400 000 zł. Trudno znaleźć na rynku tak drogi stół elektrohydrauliczny, chyba, że cena będzie obejmowała także dużą ilość wyposażenia, które jednak nie jest stołem, a tylko akcesoriami i jako takie nie może być przedstawione w dowodach, jeśli precyzyjnie oprzeć je na wymogu postawionym przez Zamawiającego. Prosimy zatem o sprostowanie zapisu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawcy i dopuszczenie dowodów w postaci potwierdzenia **należytego wykonania minimum jednej dostawy stołu lub stołów operacyjnych elektrohydraulicznych, elektromechanicznych lub hybrydowych, których wartość wraz z wyposażeniem wynosiła min. 400 000 zł brutto.**

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienia treść ust. 5 lit. b ogłoszenia, która otrzymuje brzmienie:

Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający żąda w tym zakresie **wykazania jednej dostawy** (wraz z ofertą), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane. **Należy podać minimum jedną dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia – dostawy stołu lub stołów operacyjnych elektrohydraulicznych, elektromechanicznych lub hybrydowych, których wartość wraz z wyposażeniem wynosiła min. 400 000 zł brutto.**

Pytanie**Dotyczy warunków umowy – Gwarancja**

rosimy o podanie wymaganego okresu gwarancji i warunków gwarancji.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopisuje treść w kolumnie „gwarancja” formularza ofertowego – załącznika nr 1, która otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja (minimum 24 m-ce)”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Pozycja 1 – Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ortopedycznych – 1 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu)? W oferowanym stole regulacja podglówka oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchylenie) odbywa się manualnie (podglówek za pomocą zapadek ze sprężynami blokującymi, podnóżki za pomocą klamki blokującej i gniazda rozetkowego).

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym pilot nie wyświetla informacji o stanie naładowania baterii w stole? Informacja taka podawana jest na panelu sterowania umieszczonym na kolumnie.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem, w którym funkcja zmiany orientacji blatu odbywa się w rozwijanym menu? Klawisz bezpośredni do zmiany orientacji blatu znajduje się na panelu sterującym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z automatyczną detekcją orientacji blatu, z pilotem, który nie posiada funkcji zmiany orientacji blatu? W razie potrzeby klawisz zmiany orientacji blatu znajduje się na panelu sterującym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym panel sterowania zlokalizowany jest na ścianie kolumny od strony głowy pacjenta? Rozwiązanie to jest coraz powszechniej stosowane w wysokiej klasy stołach operacyjnych i wynika z doświadczeń i badań nad ergonomią pracy operujących. Chirurg lub asystent, stojący lub siedzący bowiem podczas operacji przy wzdłużnej krawędzi stołu, ma łatwiejszy dostęp do panelu sterującego, mając go po swojej lewej lub prawej stronie. Jeśli panel umieszczony jest frontem do operującego, dostęp do urządzenia jest trudniejszy, a dla np. anestezjologa asystującego przy operacji – wręcz niemożliwy.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Zamawiający zawarł dość restrykcyjny wymóg, aby zarówno pilot sterujący, jak i panel posiadały identyczne funkcje. Tymczasem na ogół sterowniki te mają inne zadanie i mogą występować między nimi różnice w zależności od rozwiązań, np. w sposobie wybierania funkcji lub informowaniu o niej. Czy zatem Zamawiający dopuści odstępstwa polegające m.in. na tym, że:

- pilot, w przeciwieństwie do panelu sterowania nie posiada wskaźnika alarmu, wskaźnika transmisji, wskaźnika przyłączenia do sieci 230 V;
- pilot, w przeciwieństwie do panelu sterowania nie posiada przycisku odblokowującego panel, przycisków włączania / wyłączania stołu, przycisku zmiany orientacji blatu NORMALNA / ODWRÓCONA, przycisku parowania nadajnika bezprzewodowego;
- panel sterowania nie posiada funkcji oddzielnej regulacji podnóżków dla każdego z osobna, a tylko oba razem,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

podczas, gdy pilot taką funkcję posiada.

Poza tym większość funkcji sterowania kolumną i blatem jest podobnych i w pilocie i w panelu sterowania. Drobne różnice nie wpływają na funkcjonalność urządzenia i nie mogą być parametrem powodującym odrzucenie oferty.

Wyjaśnienie**Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1075 mm bez materaca?

Wyjaśnienie**Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1060 mm bez materaca?

Wyjaśnienie**Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym w zakresie 350 mm?

Wyjaśnienie**Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.****Pytanie**

Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji kąta nachylenia siedziska w zakresie aż do 75 stopni. W rzeczywistości, ponieważ segment siedziska jest segmentem centralnym, parametr ten oznaczałby zakres przechylenia wzdłużnego blatu (anty-Trendelenburg).

Prosimy o wykreślenie tego wymogu, gdyż zakres przechyłów wzdłużnych został już opisany przez Zamawiającego wcześniej: +/- 30 stopni

Wyjaśnienie**Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podglówkiem regulowanym manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą blokad i pokręteł odpowiadających za poszczególne osie / płaszczyzny, tj. system zapadkowy z blokadami sprężynowymi dla regulacji kątowej oraz system mikrometryczny (gałka – pokrętło) do regulacji pionowej góra / dół? System jest niezwykle wygodny i precyzyjny.

Wyjaśnienie**Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacje ustawień podnóżków realizowane są następująco:

- w płaszczyźnie pionowej elektrohydraulicznie z pilota,

- w płaszczyźnie poziomej (odwodzenie) – ręcznie z blokadą za pomocą dźwigni dociskowej?

Wyjaśnienie**Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania modułarny stół operacyjny z systemem mocowania komponentów blatu (segmentów) za pomocą wysoce precyzyjnego i szybkiego systemu hakowo – zatrzaskowego z sensorami rozpoznającymi orientację blatu? Montaż segmentów tym systemem odbywa się niezwykle szybko, pewnie,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl


bezpiecznie. Nie wymaga dodatkowych zacisków, pokręteł i blokad. System ten jest obecnie cechą stołów o najwyższej jakości.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 100 mm ukrytymi pod podstawą, które można tak ustawić, aby nie wystawały poza obrys podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys. Kształt podstawy – wąski równoległobok. Wymiary podstawy: 1156 x 495 mm. Rysunek poglądowy:




Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 125 mm ukrytymi pod podstawą, które można tak ustawić, aby niemal całkowicie mieściły się w obrysie podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys. Kształt podstawy – równoległobok, wąski przy kolumnie, rozszerzony w dwóch rogach od strony segmentu nóg na kształt litery V dla pewniejszej stabilności. Wymiary podstawy: 1122 x 510 do 660 mm. Rysunek poglądowy:



Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia stołu operacyjnego w prowadnice (tunele) na kasetę RTG. Rozwiązanie jest coraz rzadziej spotykane w dobie cyfrowych aparatów RTG. Prowadnice (tunele) kaset RTG mogą zawęzić obszar przezierny podczas korzystania z ramienia C.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Wyjaśnienie

Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia stołu operacyjnego w prowadnice (tunelu) na kasetę RTG.

Zamawiający wymaga - w przypadku odstąpienia od zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o tym odstąpieniu.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1109 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1335 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z zasilaniem bateryjnym 36V (wewnątrz trzy akumulatory po 12V)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – większe napięcie i większa liczba baterii, a zatem większa ich łączna pojemność przekłada się na moc urządzenia i przede wszystkim – na długość czasu pracy bez ładowania.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stołu operacyjnego z zasilaniem bateryjnym 36V (wewnątrz trzy akumulatory po 12V)

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze


Pytanie

Dotyczy przystawki ortopedycznej dla stołu operacyjnego ortopedycznego:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania precyzyjnej przystawki o następujących cechach

(dotyczy pkt. 45 dla pozycji 1):

- przystawka montowana pod płytą blatu centralnego po odjęciu podnóżków;
- przystawka wyposażona w siedzisko stałe wykonane z płyty HPL przeźiernej dla RTG, z elementami



Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

stalowymi konstrukcyjnymi. Dodatkowo odejmowane segmenty pośladkowe z płyty HPL posiadające elementy stalowe konstrukcyjne. Po ustabilizowaniu pacjenta i jego kończyn segmenty pośladkowe mogą być odjęte dla pełnego obrazowania;

- podnóżki przystawki – montowane w segment miednicy zatraskowo, szybko, bez funkcji odwodnienia i regulacji. Służą jedynie do oparcia nogi chorej przed włożeniem jej w aparat naciągowy, lub do spoczynku nogi zdrowej. Mogą też służyć jako podpory nóg operowanych.

Mogą pozostać dopięte do przystawki na pełen czas operacji, mogą też być odjęte po ustabilizowaniu kończyn w aparatach naciągowych;

- aparaty naciągowe przystawki – manualne z precyzyjną regulacją ręczną – zarówno naciągu jak i rotacji buta;

- but wykonany z tworzywa sztucznego i materiałów skóropodobnych.

Rysunek poglądowy oferowanej przystawki ortopedycznej:

Wypożyczenie oferowanej przystawki: stałe oparcie miednicy przeziernie RTG w swojej części centralnej, para przechylanych i odejmowanych podparć pośladków, para odejmowanych podnóżków, ramię traktacji w komplecie z naciągiem śrubowym, wałek oporowy z materacykiem cylindrycznym, but trakcyjny, podkolannik (Goepla), podpory traktacji, materac cylindryczny do artroskopii biodra fi 200 mm, przystawka do gwoździowania piszczeli z regulowanym podkolannikiem, w komplecie z materacykami i regulacją wysokości (do montowania na traktacji kończyny dolnej z możliwością regulacji zakresu pochylecia nogi), wózek do transportu przystawki i przechowywania wyposażenia.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pozycja 2 – Ogólnochirurgiczny stół elektrohydrauliczny – 2 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z ręczną regulacją wypiętrzenia nerkowego na styku dwóch płyt segmentu plecowego?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu)? W oferowanym stole regulacja podglówka oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchylanie) odbywa się manualnie (podglówek za pomocą zapadek ze sprężynami blokującymi, podnóżki za pomocą klamki blokującej i gniazda rozetkowego).

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny, w którym pilot nie wyświetla informacji o stanie naładowania baterii w stole? Informacja taka podawana jest na panelu sterowania umieszczonym na kolumnie.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z pilotem, w którym funkcja zmiany orientacji blatu odbywa się w rozwijanym menu? Klawisz bezpośredni do zmiany orientacji blatu znajduje się na panelu sterującym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z automatyczną detekcją orientacji blatu, z pilotem, który nie posiada funkcji zmiany orientacji blatu? W razie potrzeby klawisz zmiany orientacji blatu znajduje się na panelu sterującym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym panel sterowania zlokalizowany jest na ścianie kolumny od strony głowy pacjenta? Rozwiązanie to jest coraz powszechniej stosowane w wysokiej klasy stołach operacyjnych i wynika z doświadczeń i badań nad ergonomią pracy operujących. Chirurg lub asystent, stojący lub siedzący bowiem podczas operacji przy wzdłużnej krawędzi stołu, ma łatwiejszy dostęp do panelu sterującego, mając go po swojej lewej lub prawej stronie. Jeśli panel umieszczony jest frontem do operującego, dostęp do urządzenia jest trudniejszy, a dla np. anestezjologa asystującego przy operacji – wręcz niemożliwy.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Zamawiający zawarł dość restrykcyjny wymóg, aby zarówno pilot sterujący, jak i panel posiadały identyczne funkcje. Tymczasem na ogół sterowniki te mają inne zadanie i mogą występować między nimi różnice w zależności od rozwiązań, np. w sposobie wybierania funkcji lub informowaniu o niej. Czy zatem Zamawiający dopuści odstępstwa polegające m.in. na tym, że:

- pilot, w przeciwieństwie do panelu sterowania nie posiada wskaźnika alarmu, wskaźnika transmisji, wskaźnika przyłączenia do sieci 230 V;

- pilot, w przeciwieństwie do panelu sterowania nie posiada przycisku odblokowującego panel, przycisków włączania / wyłączania stołu, przycisku zmiany orientacji blatu NORMALNA / ODWRÓCONA, przycisku parowania nadajnika bezprzewodowego;

- panel sterowania nie posiada funkcji oddzielnej regulacji podnóżków dla każdego z osobna, a tylko oba razem, podczas, gdy pilot taką funkcję posiada.

Poza tym większość funkcji sterowania kolumną i blatem jest podobnych i w pilocie i w panelu sterowania. Drobne różnice nie wpływają na funkcjonalność urządzenia i nie mogą być parametrem powodującym odrzucenie oferty.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1075 mm bez materaca?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1060 mm bez materaca?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji kąta nachylenia siedziska w zakresie aż do 75 stopni.

W rzeczywistości, ponieważ segment siedziska jest segmentem centralnym, parametr ten oznaczałby zakres przechylenia wzdłużnego blatu (anty-Trendelenburg).

Prosimy o wykreślenie tego wymogu, gdyż zakres przechyłów wzdłużnych został już opisany przez Zamawiającego wcześniej: +/- 30 stopni (pkt 16).

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

impl@impl.biz.pl

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podglówkiem regulowanym manualnie poprzez system zapadkowy z blokadami sprężynowymi? System jest niezwykle wygodny i precyzyjny.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacje ustawień podnóżków realizowane są następująco:

- w płaszczyźnie pionowej elektrohydraulicznie z pilota,
- w płaszczyźnie poziomej (odwodzenie) – ręcznie z blokadą za pomocą dźwigni dociskowej?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania modularny stół operacyjny z systemem mocowania komponentów blatu (segmentów) za pomocą wysoce precyzyjnego i szybkiego systemu hakowo – zatrzaskowego z sensorami rozpoznającymi orientację blatu? Montaż segmentów tym systemem odbywa się niezwykle szybko, pewnie, bezpiecznie. Nie wymaga dodatkowych zacisków, pokręteł i blokad. System ten jest obecnie cechą stołów o najwyższej jakości.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 100 mm ukrytymi pod podstawą, które można tak ustawić, aby nie wystawały poza obrys podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys. Kształt podstawy – wąski równoległobok. Wymiary podstawy: 1156 x 495 mm. Rysunek poglądowy:



Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl


tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 125 mm ukrytymi pod podstawą, które można tak ustawić, aby niemal całkowicie mieściły się w obrysie podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys. Kształt podstawy – równoległobok, wąski przy kolumnie, rozszerzony w dwóch rogach od strony segmentu nóg na kształt litery V dla pewniejszej stabilności. Wymiary podstawy: 1122 x 510 do 660 mm. Rysunek poglądowy:

**Wyjaśnienie**

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Prosimy o wykreślenie pkt. 29 – tj. centralna blokada kół, gdyż w punkcie kolejnym Zamawiający wymaga systemu blokowania kół przy pomocy 4 wysuwanych stopek. Te dwa systemy są z sobą sprzeczne.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia stołu operacyjnego w prowadnice (tunele) na kasetę RTG. Rozwiązanie jest coraz rzadziej spotykane w dobie cyfrowych aparatów RTG. Prowadnice (tunele) kaset RTG mogą zawęzić obszar przezierny podczas korzystania z ramienia C.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1109 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1335 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z zasilaniem bateryjnym 36V (wewnątrz trzy akumulatory po 12V)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – większe napięcie i większa liczba baterii, a zatem większa ich łączna pojemność przekłada się na moc urządzenia i przede wszystkim – na długość czasu pracy bez ładowania.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stołu operacyjnego z zasilaniem bateryjnym 36V (wewnątrz trzy akumulatory po 12V)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze.

Pozycja 3 - Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ginekologicznych i urologicznych – 1 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z blatem modułowym z segmentem piersiowym dwupłytkowym?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z blatem modułowym z segmentem piersiowym dwupłytkowym

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część funkcji realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny blatu)? W oferowanym stole regulacja podglówek oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchylanie) odbywa się manualnie (podglówek za pomocą zapadek ze sprężynami blokującymi, podnóżki za pomocą klamki blokującej i gniazda rozetkowego).

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym pilot nie wyświetla informacji o stanie naładowania baterii w stole? Informacja taka podawana jest na panelu sterowania umieszczonym na kolumnie.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem, w którym funkcja zmiany orientacji blatu odbywa się w rozwijanym menu? Klawisz bezpośredni do zmiany orientacji blatu znajduje się na panelu sterującym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z automatyczną detekcją orientacji blatu, z pilotem, który nie posiada funkcji zmiany orientacji blatu? W razie potrzeby klawisz zmiany orientacji blatu znajduje się na panelu sterującym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym panel sterowania zlokalizowany jest na ścianie kolumny od strony głowy pacjenta? Rozwiązanie to jest coraz powszechniej stosowane w wysokiej klasy stołach operacyjnych i wynika z doświadczeń i badań nad ergonomią pracy operujących. Chirurg lub asystent, stojący lub siedzący bowiem podczas operacji przy wzdłużnej krawędzi stołu, ma łatwiejszy dostęp do panelu sterującego, mając go po swojej lewej lub prawej stronie. Jeśli panel umieszczony jest frontem do operującego, dostęp do urządzenia jest trudniejszy, a dla np. anestezjologa asystującego przy operacji – wręcz niemożliwy.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie

Zamawiający zawarł dość restrykcyjny wymóg, aby zarówno pilot sterujący, jak i panel posiadały identyczne funkcje. Tymczasem na ogół sterowniki te mają inne zadanie i mogą występować między nimi różnice w zależności od rozwiązań, np. w sposobie wybierania funkcji lub informowaniu o niej. Czy zatem Zamawiający dopuści odstępstwa polegające m.in. na tym, że:

- pilot, w przeciwieństwie do panelu sterowania nie posiada wskaźnika alarmu, wskaźnika transmisji, wskaźnika przyłączenia do sieci 230 V;
- pilot, w przeciwieństwie do panelu sterowania nie posiada przycisku odblokowującego panel, przycisków włączania / wyłączania stołu, przycisku zmiany orientacji blatu NORMALNA / ODWRÓCONA, przycisku parowania nadajnika bezprzewodowego;
- panel sterowania nie posiada funkcji oddzielnej regulacji podnóżków dla każdego z osobna, a tylko oba razem, podczas, gdy pilot taką funkcję posiada.

Poza tym większość funkcji sterowania kolumną i blatem jest podobnych i w pilocie i w panelu sterowania. Drobne różnice nie wpływają na funkcjonalność urządzenia i nie mogą być parametrem powodującym odrzucenie oferty.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1075 mm bez materaca?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1075 mm bez materaca.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelny zapis informujący o zaoferowanym parametrze

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1060 mm bez materaca?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Prosimy o odstąpienie od wymogu regulacji kąta nachylenia siedziska w zakresie aż do 75 stopni.

W rzeczywistości, ponieważ segment siedziska jest segmentem centralnym, parametr ten oznaczałby zakres przechylenia wzdłużnego blatu (anty-Trendelenburg).

Prosimy o wykreślenie tego wymogu, gdyż zakres przechyłów wzdłużnych został już opisany przez Zamawiającego wcześniej: +/- 30 stopni (pkt 16).

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z z podglówkiem regulowanym manualnie poprzez system zapadkowy z blokadami sprężynowymi? System jest niezwykle wygodny i precyzyjny.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacje ustawień podnóżków realizowane są następująco:

- w płaszczyźnie pionowej elektrohydraulicznie z pilota,
- w płaszczyźnie poziomej (odwodzenie) – ręcznie z blokadą za pomocą dźwigni dociskowej?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania modułarny stół operacyjny z systemem mocowania komponentów blatu (segmentów) za pomocą wysoce precyzyjnego i szybkiego systemu hakowo – zatrzaskowego z sensorami rozpoznającymi orientację blatu? Montaż segmentów tym systemem odbywa się niezwykle szybko, pewnie, bezpiecznie. Nie wymaga dodatkowych zacisków, pokręteł i blokad. System ten jest obecnie cechą stołów o najwyższej jakości.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 100 mm ukrytymi pod podstawą, które można tak ustawić, aby nie wystawały poza obrys podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys. Kształt podstawy – wąski równoległobok. Wymiary podstawy: 1156 x 495 mm. Rysunek poglądowy:


Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kołami o średnicy 125 mm ukrytymi pod podstawą, które można tak ustawić, aby niemal całkowicie mieściły się w obrysie podstawy, ale też w różnych sytuacjach skrętnych wychodzą poza jej obrys. Kształt podstawy – równoległobok, wąski przy kolumnie, rozszerzony w dwóch rogach od strony segmentu nóg na kształt litery V dla pewniejszej stabilności. Wymiary podstawy: 1122 x 510 do 660 mm. Rysunek poglądowy:





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Prosimy o wykreślenie pkt. 29 – tj. centralna blokada kół, gdyż w punkcie kolejnym Zamawiający wymaga systemu blokowania kół przy pomocy 4 wysuwanych stopek. Te dwa systemy są z sobą sprzeczne.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia stołu operacyjnego w prowadnice (tunele) na kasetę RTG. Rozwiązanie jest coraz rzadziej spotykane w dobie cyfrowych aparatów RTG. Prowadnice (tunele) kaset RTG mogą zawęzić obszar przezierny podczas korzystania z ramienia C.

Wyjaśnienie

Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia stołu operacyjnego w prowadnice (tunele) na kasetę RTG.

Zamawiający wymaga - w przypadku odstąpienia od zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnego czytelnego zapisu informującego o tym odstąpieniu.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1109 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1335 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z zasilaniem bateryjnym 36V (wewnątrz trzy akumulatory po 12V)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – większe napięcie i większa liczba baterii, a zatem większa ich łączna pojemność przekłada się na moc urządzenia i przede wszystkim – na długość czasu pracy bez ładowania.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stołu operacyjnego z zasilaniem bateryjnym 36V (wewnątrz trzy akumulatory po 12V)

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnego czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze

Pozycja 1 – Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ortopedycznych – 1 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego z blatem o konfiguracji: podglówek płytowy jednopłaszczyznowy, segment oparcia pleców z dodatkowym zintegrowanym segmentem wewnętrznym do wypiętrzenia klatki piersiowej (ławeczka), segment lędźwiowy, dwuczęściowy segment nóg?

W oferowanym stole istnieje możliwość zamiany podglówka z podnóżkami przy pomocy szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń / gniazdo z motylkiem śrubowym blokującym dla pewności połączenia.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - bez sygnału dźwiękowego informującego o rozładowanej baterii?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Zamawiający zawarł dość restrykcyjny wymóg, aby zarówno pilot sterujący, jak i panel posiadały identyczne wskazania i funkcje. Tymczasem na ogół akcesoria te mają inne zadanie i mogą występować między nimi różnice w zależności od rozwiązań, np. w sposobie wybierania funkcji lub informowaniu o niej. Czy zatem Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pilot i panel sterowania zawiadują następującymi funkcjami stołu: Pilot: Odblokowywanie od podłoża / Normalna pozycja / Pozycja Flex / Przesuw wzdłużny w stronę nóg / Przechył boczny - w lewo / Anty-Trendelenburg / Unoszenie segmentu pleców / Unoszenie blatu / Poziomowanie blatu / Blokowanie do podłoża / Pozycja odwrócona / Pozycja Reflex / Przesuw wzdłużny w stronę głowy / Przechył boczny w prawo / Trendelenburg / Opuszczanie segmentu pleców / Błat w dół / Przełącznik zasilania (ON / OFF). Ponadto pilot informuje o stanie naładowania baterii stołu 3-poziomową skalą. Panel sterowania na kolumnie: Odblokowywanie od podłoża / Przesuw wzdłużny w stronę nóg / Przechył boczny - w lewo / Anty-Trendelenburg / Unoszenie segmentu pleców / Unoszenie blatu / Blokowanie do podłoża / Przesuw wzdłużny w stronę głowy / Przechył boczny w prawo / Trendelenburg / Opuszczanie segmentu pleców / Błat w dół.

Ponadto panel posiada zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1010 mm bez materaca?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym w zakresie 360 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pojedynczą artykulacją - nachyleniem segmentu podglówka w zakresie -90 / 60 stopni? Jest to zakres szerszy od wymaganego w SIWZ.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym pewne regulacje realizowane są następująco:

- regulacja nachylenia podglówka – ręcznie za pomocą precyzyjnego mechanizmu zapadkowego z dźwignią zwalniającą;

- odwodzenie podnóżków w poziomie – łożysko rozetkowe z pokrętkiem dociskowym.

Pozostałe regulacje – zgodnie z SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania do zaoferowania stół operacyjny, w którym pewne regulacje realizowane są następująco:- regulacja nachylenia podglówka – ręcznie za pomocą precyzyjnego mechanizmu zapadkowego z dźwignią zwalniającą;- odwodzenie podnóżków w poziomie – łożysko rozetkowe z pokrętelem dociskowym. Pozostałe regulacje – zgodnie z SIWZ

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelny zapis informujący o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Dotyczy pkt. 26 i 27: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, używając zamiennie określeń „podglówek” i „zagłówek” ma na myśli zawsze segment oparcia głowy.

Wyjaśnienie


Zamawiający używając zamiennie określeń „podglówek” i „zagłówek” ma na myśli zawsze segment oparcia głowy

Pytanie

czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pojedynczymi kołami o średnicy 75 mm ukrytymi pod obrysem podstawy? Kształt podstawy – wąski równoległobok.

Wymiary podstawy: 1066 x 502 mm

Rysunek poglądowy:



Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1006 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, w którym osłony podstawy i kolumny, a także części konstrukcyjne podstawy i kolumny wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast konstrukcja blatu – ze stopów aluminium anodowanego?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami o grubości 60 mm, demontowanymi, wykonanymi z pianki poliuretanowej, o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, pokrytej antystatycznym materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące, z połączeniami za pomocą szczelnych szwów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

ukrytych?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnej nośności statycznej / dynamicznej 270 kg?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy pkt. 40: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym tunel na kasetę RTG znajduje się we wszystkich segmentach poza podnóżkami?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym tunel na kasetę RTG znajduje się we wszystkich segmentach poza podnóżkami.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze

Pytanie

Dotyczy przystawki ortopedycznej dla stołu operacyjnego do zabiegów ortopedycznych:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania precyzyjnej przystawki o następujących różnicach względem opisu przedmiotu zamówienia (punkty 45-46):

- przystawka montowana pod płytą blatu centralnego po odjęciu podnóżków;
- przystawka wyposażona w siedzisko stałe wykonane z płyty HPL przeziernej dla RTG.
- podnóżki przystawki – montowane na trakcjach przystawki. Służą jedynie do oparcia nogi chorej przed włożeniem jej w aparat naciągowy, lub do spoczynku nogi zdrowej. Poruszają się wraz z trakcją. Mogą też służyć jako podpory nóg operowanych. Mogą pozostać dopięte do przystawki na pełen czas operacji, mogą też być odjęte po ustabilizowaniu kończyn w aparatach naciągowych;
- aparaty naciągowe przystawki – manualne z precyzyjną regulacją ręczną – zarówno naciągu jak i rotacji buta;
- but wykonany z tworzywa.
- wyposażenie przystawki: podpora kolana „L”, oparcie krocza z wałkiem oporowym łonowym, podkolannik, wałek oporowy na sztycy stalowej, uchwyty wałków i słupków oporowych, uchwyt zaciskowy wielopozycyjny do montażu akcesoriów na szynie trakcji, podnóżki odejmowane wraz z uchwytem, słupki stabilizujące trakcje przystawki (wszystkie słupki / wałki na sztycach stalowych), urządzenie naciągowe ręki, wózek do najazdu przystawki do stołu i do przechowywania akcesoriów.

Rysunek poglądowy oferowanej przystawki ortopedycznej:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Pozycja 2 – Ogólnochirurgiczny stół elektrohydrauliczny – 2 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem o konfiguracji: podglówek płytowy, segment oparcia pleców z dodatkowym zintegrowanym segmentem wewnętrznym do wypiętrzenia klatki piersiowej (lawneczka), segment lędźwiowy, dwuczęściowy segment nóg?

W oferowanym stole istnieje możliwość zamiany podglówka z podnóżkami przy pomocy szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń / gniazdo z motylkiem śrubowym blokującym dla pewności połączenia.

Wypiętrzenie nerkowe realizowane jest ręcznie – mechanizmem korbowym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - bez sygnału dźwiękowego informującego o rozładowanej baterii?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Zamawiający zawarł dość restrykcyjny wymóg, aby zarówno pilot sterujący, jak i panel posiadały identyczne wskazania i funkcje. Tymczasem na ogół akcesoria te mają inne zadanie i mogą występować między nimi różnice w zależności od rozwiązań, np. w sposobie wybierania funkcji lub informowaniu o niej. Czy zatem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pilot i panel sterowania zawiadują następującymi funkcjami stołu:
Pilot:

Odblokowywanie od podłoża / Normalna pozycja / Pozycja Flex / Przesuw wzdłużny w stronę nóg /
Przechył boczny - w lewo / Anty-Trendelenburg / Unoszenie segmentu pleców / Unoszenie blatu /
Poziomowanie blatu / Blokowanie do podłoża / Pozycja odwrócona / Pozycja Reflex / Przesuw wzdłużny w
stronę głowy / Przechył boczny w prawo / Trendelenburg / Opuszczanie segmentu pleców / Błat w dół /
Przełącznik zasilania (ON / OFF). Ponadto pilot informuje o stanie naładowania baterii stołu 3-poziomową
skalą.

Panel sterowania na kolumnie:

Odblokowywanie od podłoża / Przesuw wzdłużny w stronę nóg / Przechył boczny - w lewo / Anty-
Trendelenburg / Unoszenie segmentu pleców / Unoszenie blatu / Blokowanie do podłoża / Przesuw wzdłużny w
stronę głowy / Przechył boczny w prawo / Trendelenburg / Opuszczanie segmentu pleców / Błat w dół.
Ponadto panel posiada zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do 1010 mm bez materaca?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym pewne regulacje realizowane są następująco:

- regulacja nachylenia podglówka – ręcznie za pomocą precyzyjnego mechanizmu zapadkowego z dźwignią zwalniającą;
- odwodzenie podnóżków w poziomie – łożysko rozetkowe z pokrętelem dociskowym.

Pozostałe regulacje – zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie


Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny, w którym pewne regulacje realizowane są następująco:- regulacja nachylenia podglówka – ręcznie za pomocą precyzyjnego mechanizmu zapadkowego z dźwignią zwalniającą;- odwodzenie podnóżków w poziomie – łożysko rozetkowe z pokrętelem dociskowym. Pozostałe regulacje – zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelny zapis informujący o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pojedynczymi kołami o średnicy 75 mm ukrytymi pod obrysem podstawy? Kształt podstawy – wąski równoległobok. Wymiary podstawy: 1066 x 502 mm

Rysunek poglądowy:



Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1006 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, w którym osłony podstawy i kolumny, a także części konstrukcyjne podstawy i kolumny wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast konstrukcja blatu – ze stopów aluminium anodowanego?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami o grubości 60 mm, demontowanymi, wykonanymi z pianki poliuretanowej, o właściwościach przeciwdrożdżynowych, pokrytej antystatycznym materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące, z łączeniami za pomocą szczelnych szwów ukrytych?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnej nośności statycznej / dynamicznej 270 kg?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym tunel na kasetę RTG znajduje się we wszystkich segmentach poza podnóżkami?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym tunel na kasetę RTG znajduje się we wszystkich segmentach poza podnóżkami.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze

Pozycja 3 - Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ginekologicznych i urologicznych – 1 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem o konfiguracji: podgłówek płytowy, segment oparcia pleców, segment lędźwiowy, dwuczęściowy segment nóg?

W oferowanym stole istnieje możliwość zamiany podgłówka z podnóżkami przy pomocy szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń / gniazdo z motylkiem śrubowym blokującym dla pewności połączenia.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - bez sygnału dźwiękowego informującego o rozładowanej baterii?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Zamawiający zawarł dość restrykcyjny wymóg, aby zarówno pilot sterujący, jak i panel posiadały identyczne wskazania i funkcje. Tymczasem na ogół akcesoria te mają inne zadanie i mogą występować między nimi różnice w zależności od rozwiązań, np. w sposobie wybierania funkcji lub informowaniu o niej. Czy zatem Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pilot i panel sterowania zawiadują następującymi funkcjami stołu:

Pilot:

Odblokowywanie od podłoża / Normalna pozycja / Pozycja Flex / Przesuw wzdłużny w stronę nóg / Przechył boczny - w lewo / Anty-Trendelenburg / Unoszenie segmentu pleców / Unoszenie blatu / Poziomowanie blatu / Blokowanie do podłoża / Pozycja odwrócona / Pozycja Reflex / Przesuw wzdłużny w stronę głowy / Przechył boczny w prawo / Trendelenburg / Opuszczanie segmentu pleców / Błat w dół / Przełącznik zasilania (ON / OFF). Ponadto pilot informuje o stanie naładowania baterii stołu 3-poziomową skalą.

Panel sterowania na kolumnie:

Odblokowywanie od podłoża / Przesuw wzdłużny w stronę nóg / Przechył boczny - w lewo / Anty-Trendelenburg / Unoszenie segmentu pleców / Unoszenie blatu / Blokowanie do podłoża / Przesuw wzdłużny w stronę głowy / Przechył boczny w prawo / Trendelenburg / Opuszczanie segmentu pleców / Błat w dół.

Ponadto panel posiada zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie do **1010 mm** bez materaca?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym pewne regulacje realizowane są następująco:

- regulacja nachylenia podglówka – ręcznie za pomocą precyzyjnego mechanizmu zapadkowego z dźwignią zwalniającą;
- odwodzenie podnóżków w poziomie – łożysko rozetkowe z pokrętkiem dociskowym.

Pozostałe regulacje – zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny, w którym pewne regulacje realizowane są następująco: - regulacja nachylenia podglówka – ręcznie za pomocą precyzyjnego mechanizmu zapadkowego z dźwignią zwalniającą; - odwodzenie podnóżków w poziomie – łożysko rozetkowe z pokrętkiem dociskowym. Pozostałe regulacje – zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze .

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pojedynczymi kołami o średnicy 75 mm ukrytymi pod obrysem podstawy? Kształt podstawy – wąski równoległobok. Wymiary podstawy: 1066 x 502 mm
Rysunek poglądowy:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060


www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania wychylenia blatu od kolumny 1006 mm?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, w którym osłony podstawy i kolumny, a także części konstrukcyjne podstawy i kolumny wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast konstrukcja blatu – ze stopów aluminium anodowanego?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami o grubości 60 mm, demontowanymi, wykonanymi z pianki poliuretanowej, o właściwościach przeciwdrożdżynowych, pokrytej antystatycznym materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące, z połączeniami za pomocą szczelnych szwów ukrytych?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnej nośności statycznej / dynamicznej 270 kg?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym tunel na kasetę RTG znajduje się we wszystkich segmentach poza podnóżkami?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym tunel na kasetę RTG znajduje się we wszystkich segmentach poza podnóżkami.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnego i czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze

Pytanie

Dotyczy wszystkich stołów operacyjnych, tj. pozycja 1, 2 i 3:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia blatów stołów w tunele (prowadnice) na kasetę RTG. W dobie aparatów cyfrowych prowadnice przestają być użyteczne, a zawężają pole obrazowania.

Wyjaśnienia

Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia blatów stołów w tunele (prowadnice) na kasetę RTG.

Zamawiający wymaga - w przypadku odstąpienia od zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o tym odstąpieniu.

Pytania dotyczące Załącznika Nr 2:

Dotyczy pozycji nr 1 - Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ortopedycznych – 1 szt :

Pytanie

Dotyczy punktu 1 oraz 6:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli stołu wyposażonego w napęd główny elektromechaniczny. W obu przypadkach jest zachowana ta sama funkcjonalność użytkowa czyli sterowanie elektryczne parametrami stołu. Użyta technologia nie wpływa na dokładność i precyzję ruchów stołu.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 4:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego oraz jednocześnie lepszego, czyli czteroczęściowego segmentu nóg. Rozwiązanie to jest w pełni funkcjonalne jak opisany segment nóg dwuczęściowy, a jednocześnie Operator otrzymuje więcej możliwości konfiguracyjnych.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 6:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli sterowania pilotem bezprzewodowym? Jest to rozwiązanie w pełni funkcjonalne do opisanego, a daje więcej możliwości sterowaniem w dalszej odległości od stołu.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza parametry równoważne czyli sterowanie pilotem bezprzewodowym.

Pytanie

Dotyczy punktu 7:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli sygnalizacji rozładowania akumulatora za pomocą sygnału dźwiękowego oraz za pomocą sygnalizacji diody na panelu sterującym umieszczonym na kolumnie stołu.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 8:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli możliwości zmiany orientacji pacjenta za pomocą panelu sterującego na kolumnie stołu. Zmiana orientacji pacjenta wymaga świadomego zmienienia układu blatu (zamiana podglądka z częścią nożną) i odbywa się to gdy nie ma pacjenta na stole operacyjnym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie

Dotyczy punktu 14:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli pozycji minimalnej blatu bez poduszki wynoszącej 660 mm. Różnica w tych parametrach nie wpływa na ergonomię pracy operatora.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 15:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli pozycji maksymalnej stołu bez materaca wynoszącej 1030 mm. Różnica w tych parametrach nie wpływa na ergonomię pracy operatora.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 19:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli przesuwu wzdłużnego o wartości 34 cm, sterowany za pomocą pilota. Celem przesuwu wzdłużnego w stole operacyjnym jest zapewnienie, aby uzyskać jak największą przezierność blatu od strony głowy lub strony nóg. Na wynik tej obszaru przezierności składają się prócz przesuwu wzdłużnego także rozmiar kolumny, wymiary podstawy, wzajemne położenie tych elementów. Stosując różne rozwiązania konstrukcyjne można uzyskać ten sam lub lepszy efekt. Argumentujemy naszą prośbę tym, że konstrukcja stołu z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego o wartości 34 cm pozwala na uzyskanie przezierności blatu na całej jego długości (nie ma stref martwych dla RTG).

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktów 29 i 30:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a jednocześnie lepszego niż opisane polegającego na tym, że podstawa jezdna jest w kształcie prostokąta o wymiarach 1111 mm x 590 mm z wycięciem na nogi operatora od strony segmentu nóg. Podstawa jest wyposażona w 4 skrotne kółka, dzięki czemu manewrowanie jest bardzo łatwe (możliwe jest np. obrócenie stołu operacyjnego w miejscu). Jednocześnie podstawa jest tak zaprojektowana, że chirurg ma zapewnioną wygodną pozycję dzięki przestrzeni na wsunięcie nóg pod podstawę na głębokość 115 mm.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 34:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a jednocześnie lepszego polegającego zastosowaniu materacy przeciwoślężynowych o grubości 90 mm. Materace takie są obecnie standardem w profilaktyce przeciwoślężynowej. Materace te są paroprzepuszczalne, szczelne, z możliwością dezynfekcji. Z racji swojej konstrukcji są one montowane na rzepy, ponieważ połączenia kształtowe uwierałyby pacjenta i powodowały ucisk. Ucisk ten nie występuje w opisanych przez Zamawiającego ponieważ opisane materace są znacznie twardsze, a przez to mniej komfortowe dla Pacjentów i zwiększają prawdopodobieństwo powstania odleżyn czy uszkodzeń nerwów.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 41:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, wychylenia blatu od kolumny wynoszącego 1325 mm.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 43:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, czyli napięcia zasilania 2x12V. Niższe napięcie jest bezpieczniejsze.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego, czyli napięcia zasilania 2x12V.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnego czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Dotyczy punktu 45:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, czyli przystawki ortopedycznej o następujących cechach: Stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną o następującej funkcjonalności:

- adapter przystawki ortopedycznej - 1 szt.
- płyta w kształcie trójkąta do przystawki ortopedycznej biodrowa z materacem, w zestawie podparcie pośladków mocowane w systemie szybkosztraskowym- 1 szt.
- łącznik uniwersalny do adaptera przystawki - 1 szt.(adapter powinien umożliwiać użycie podnóżków standardowych lub płyty transferowej, mocowanej do ramion wyciągowych w zależności od sytuacji) ramiona przystawki ortopedycznej metalowe- 1 para
- adapter pozycjonujący do ramion przystawki - 2 szt.
- adapter do mechanizmu wyciągowego - 2 szt.
- mechanizm wyciągowy - 2 szt. posiadający następujące cechy: u podstawy dwustronna dźwignia odblokowująca mechanizm kulowy pozwalający na dowolną rotację agregatu, oś wzdłużna wyciągu powinna być w kształcie rurowym z umieszczonymi u góry otworami, umożliwiającymi skokową regulację z pinem blokującym. Oś długa mechanizmu trakcyjnego dodatkowo po odblokowaniu pierścieniem na dystalnym końcu w łatwy sposób umożliwia rotację i derotację. Każdy element służący do regulacji powinien być oznaczony innym kolorem niż pozostałe elementy robocze agregatu. Możliwość regulacji powinna być możliwa w każdej osi i płaszczyźnie jednocześnie.
- klamra zaciskowa na ramiona do mocowania szyny pionowej - 2 szt
- but wyciągowy do przystawki dla dorosłych - 1 para
- kołek zaporowy śr. 180 mm , przezierny - 1 szt.
- wózek na przystawkę ortopedyczną i akcesoria z funkcją dokowania przystawki do stołu - 1 szt
- Przystawka do gwoździowania piszczeli

Rozwiązanie to jest bardzo ergonomiczne, ponieważ montaż całej przystawki ortopedycznej odbywa się bezpośrednio z wózka - nie ma potrzeby montowania całego systemu pojedynczo.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 46:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego czyli:

- Przystawka typu SchureMed do endoprotezoplastyki kolana z szyną o długości 762mm ± 50 mm, wymiary 280 x 203 x 762 mm ± 50 mm, masa 2,7 kg ± 2 kg i dźwigniami (mimośrodowe zaciskowe) typu CamLocClamp. Uchwyt blokujący bezpiecznie mocuje płytę podstawy do stołu za pomocą dwóch pokręteł. Pozwala na szybkie blokowanie w dowolnej pozycji i płynny ruch posuwisto-zwrotny dla łatwego pozycjonowania nogi. Wszystkie komponenty przeznaczone do sterylizacji w autoklawie. Przystawka instalowana do blatu stołu.*
- Ekran anestetyczny z regulacją szerokości - 1 szt.
- Pas do mocowania pacjenta, z klamrą mocowaną do szyn bocznych - 1 szt



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

- Stolik do operacji ręki, mocowany do szyny bocznej, nie wymagający podparcia (możliwe zainstalowanie podparcia w przypadku bardzo ciężkich pacjentów) – 1 szt.
- Wałek zaporowy do operacji kkg, mocowany do szyny bocznej z możliwością regulacji położenia kąтового względem zacisku szyny oraz z regulacją długości ramienia – 1 szt.
- Pas ręki/nadgarstka mocowany do szyny bocznej – 1 szt.
- Przedłużenie szyny bocznej z zintegrowanym uchwytem do szyny – 2 szt.
- Przystawka do operacji kolana z regulowaną wysokością, z zaciskiem do szyny bocznej, z rozsuwanymi podporami bocznymi – 1 szt.
- Podpora boczna z regulacją wysokości oraz położenia kąтового, pozwalająca na pewne i dokładne ustabilizowanie pacjenta – 2 szt.
- Podpora do operacji łokotki z zaciskiem do szyny bocznej – 1 szt.
- Pozycjoner piankowy pod pięty – 2 szt.
- Wózek do przechowywania akcesoriów stołu wyposażony 1 szynę oraz 1 kosz – 1 szt.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 28:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli segment siedziska będzie posiadał wycięcie ginekologiczne bez podania dokładnej głębokości. Producent nie podaje w swojej dokumentacji tak szczegółowego parametru.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Dotyczy pozycji nr 2 - Ogólnochirurgiczny stół elektrohydrauliczny – 2 szt.:

Pytanie

Dotyczy punktu 1 oraz 6:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli stołu wyposażonego w napęd główny elektromechaniczny. W obu przypadkach jest zachowana ta sama funkcjonalność użytkowa czyli sterowanie elektryczne parametrami stołu. Użyta technologia nie wpływa na dokładność i precyzję ruchów stołu.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 4:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego oraz jednocześnie lepszego, czyli czteroczęściowego segmentu nóg. Rozwiązanie to jest w pełni funkcjonalne jak opisany segment nóg dwuczęściowy, a jednocześnie Operator otrzymuje więcej możliwości konfiguracyjnych.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 4 i 6:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli stołu w którym wypiętrzenie nerkowe w segmencie piersiowym realizuje się poprzez funkcję łamania flex - reflex.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parametru równoważnego czyli stołu w którym wypiętrzenie nerkowe w segmencie piersiowym realizuje się poprzez funkcję łamania flex - reflex

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnego, czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
impl@impl.biz.pl

Pytanie

Dotyczy punktu 6:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli sterowania pilotem bezprzewodowym. Jest to rozwiązanie w pełni funkcjonalne do opisanego.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 7:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli sygnalizacji rozładowania akumulatora za pomocą sygnału dźwiękowego oraz za pomocą sygnalizacji diody na panelu sterującym umieszczonym na kolumnie stołu.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 8:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli możliwości zmiany orientacji pacjenta za pomocą panelu sterującego na kolumnie stołu. Zmiana orientacji pacjenta wymaga świadomego zmienienia układu blatu (zamiana podłóżka z częścią nożną) i odbywa się to gdy nie ma pacjenta na stole operacyjnym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 15:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli pozycji maksymalnej stołu bez materaca wynoszącej 1030 mm. Różnica w tych parametrach nie wpływa na ergonomię pracy operatora.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktów 27 i 28:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a jednocześnie lepszego niż opisane polegającego na tym, że podstawa jezdna jest w kształcie prostokąta o wymiarach 1111 mm x 590 mm z wycięciem na nogi operatora od segmentu nóg. Podstawa jest wyposażona w 4 skrzętne kółka, dzięki czemu manewrowanie jest bardzo łatwe (możliwe jest np. obrócenie stołu operacyjnego w miejscu). Jednocześnie podstawa jest tak zaprojektowana, że chirurg ma zapewnioną wygodną pozycję dzięki przestrzeni na wsunięcie nóg pod podstawę na głębokość 115 mm.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 32:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a jednocześnie lepszego polegającego zastosowaniu materacy przeciwoślężynowych o grubości 90 mm. Materace takie są obecnie standardem w profilaktyce przeciwoślężynowej. Materace te są paroprzepuszczalne, szczelne, z możliwością dezynfekcji. Z racji swojej konstrukcji są one montowane na rzepy, ponieważ połączenia kształtowe uwierałyby pacjenta i powodowały ucisk. Ucisk ten nie występuje w opisanych przez Zamawiającego ponieważ opisane materace są znacznie twardsze, a przez to mniej komfortowe dla Pacjentów i zwiększają prawdopodobieństwo powstania odleżyn czy uszkodzeń nerwów.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie

Dotyczy punktu 39:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, wychylenia blatu od kolumny wynoszącego 1325 mm.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 41:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, czyli napięcia zasilania 2x12V. Niższe napięcie jest bezpieczniejsze.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 43:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, zestawu wyposażenia w składzie:

- Ekran anestezjologiczny z regulacją szerokości – 3 szt.
- Podpora anestezjologiczna pod rękę na podwójnym przegubie kulowym z możliwością zmiany położenia podpory ręki w ułożeniach pacjenta na plecach, na brzuchu, na boku bez konieczności zmiany miejsca mocowania podpory – 3 szt.
- Pas do mocowania pacjenta, z klamrą mocowaną do szyn bocznych – 3 szt.
- Podpora nogi typu GOEPEL wraz z zaciskiem do szyny bocznej – 2 szt.
- Stolik do operacji ręki, mocowany do szyny bocznej, nie wymagający podparcia (możliwe zainstalowanie podparcia w przypadku bardzo ciężkich pacjentów) – 1 szt.
- Pas ręki/nadgarstka mocowany do szyny bocznej – 3 szt.
- Pozycjoner piankowy pod głowę w kształcie krążka – 3 szt.
- Pozycjoner piankowy w kształcie półwałka, wymiary 250 mm x 200 mm x 100 mm – 6 szt.
 - Pozycjoner piankowy w kształcie półwałka, wymiary 500 mm x 200 mm x 100 mm – 6 szt.
- Wózek do przechowywania akcesoriów stołu wyposażony min. 1 szynę oraz 1 kosz – 3 szt.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 26:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli segment siedziska będzie posiadał wycięcie ginekologiczne bez podania dokładnej głębokości. Producent nie podaje w swojej dokumentacji tak szczegółowego parametru.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Dotyczy pozycji nr 3 - Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ginekologicznych i urologicznych – 1 szt.:

Pytanie

Dotyczy punktu 1 oraz 6:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli stołu wyposażonego w napęd główny elektromechaniczny. W obu przypadkach jest zachowana ta sama funkcjonalność użytkowa czyli sterowanie elektryczne parametrami stołu. Użyta technologia nie wpływa na dokładność i precyzję ruchów stołu.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie

Dotyczy punktu 4:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego oraz jednocześnie lepszego, czyli czteroczęściowego segmentu nóg. Rozwiązanie to jest w pełni funkcjonalne jak opisany segment nóg dwuczęściowy, a jednocześnie Operator otrzymuje więcej możliwości konfiguracyjnych.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 6:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli sterowania pilotem bezprzewodowym? Jest to rozwiązanie w pełni funkcjonalne do opisanego.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parametru równoważnego czyli sterowania pilotem bezprzewodowym.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnego czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze

Pytanie

Dotyczy punktu 7:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli sygnalizacji rozładowania akumulatora za pomocą sygnału dźwiękowego oraz za pomocą sygnalizacji diody na panelu sterującym umieszczonym na kolumnie stołu.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 8:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli możliwości zmiany orientacji pacjenta za pomocą panelu sterującego na kolumnie stołu. Zmiana orientacji pacjenta wymaga świadomego zmienienia układu blatu (zamiana podglówka z częścią nożną) i odbywa się to gdy nie ma pacjenta na stole operacyjnym.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 15:

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego czyli pozycji maksymalnej stołu bez materaca wynoszącej 1030 mm. Różnica w tych parametrach nie wpływa na ergonomię pracy operatora.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktów 27 i 28:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a jednocześnie lepszego niż opisane polegającego na tym, że podstawa jezdna jest w kształcie prostokąta o wymiarach 1111 mm x 590 mm z wycięciem na nogi operatora od segmentu nóg. Podstawa jest wyposażona w 4 skretne kółka, dzięki czemu manewrowanie jest bardzo łatwe (możliwe jest np. obrócenie stołu operacyjnego w miejscu). Jednocześnie podstawa jest tak zaprojektowana, że chirurg ma zapewnioną wygodną pozycję dzięki przestrzeni na wsunięcie nóg pod podstawę na głębokość 115 mm.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie

Dotyczy punktu 32:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a jednocześnie lepszego polegającego zastosowaniu materacy przeciwoleżynowych o grubości 90 mm. Materace takie są obecnie standardem w profilaktyce przeciwoleżynowej. Materace te są paroprzepuszczalne, szczelne, z możliwością dezynfekcji. Z racji swojej konstrukcji są one montowane na rzepy, ponieważ połączenia kształtowe uwierałyby pacjenta i powodowały ucisk. Ucisk ten nie występuje w opisanych przez Zamawiającego ponieważ opisane materace są znacznie twardsze, a przez to mniej komfortowe dla Pacjentów i zwiększają prawdopodobieństwo powstania odleżyn czy uszkodzeń nerwów.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 39:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, wychylenia blatu od kolumny wynoszącego 1325 mm.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 41:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, czyli napięcia zasilania 2x12V. Niższe napięcie jest bezpieczniejsze.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego, czyli napięcia zasilania 2x12V.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźne czytelne zapisu informującego o zaoferowanym parametrze

Pytanie

Dotyczy punktu 43:

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, zestawu wyposażenia w składzie:

- Podpory nóg na sprężynach gazowych mocowane do szyn bocznych (Regulacja podpory nóg jednorącz wspomagana sprężyna gazowa. Podpora wyposażona w podziałkę wskazującą kąt podniesienia ramion podpory w stosunku do poziomu blatu stołu. Regulacja wieloosiowa podpory. Możliwość ułożenia ramion podpory na poziomie blatu i poniżej blatu. Podpora wyposażona w buty z wyściółką w celu zabezpieczenia stopy. Możliwość regulacji wysokości położenia podpory stopy (buta) wzdłuż osi ramienia podpory i ustawienia kąтового buta) - 1 kpl.
- Podpora boczna z regulacją wysokości 2 szt
- Ekran anestezyjologiczny z regulacją szerokości - 2 szt.
- Podpora anestezyjologiczna pod rękę na podwójnym przegubie kulowym z możliwością zmiany położenia podpory ręki w ułożeniach pacjenta na plecach, na brzuchu, na boku bez konieczności zmiany miejsca mocowania podpory - 2 szt.
- Pas do mocowania pacjenta, z klamrą mocowaną do szyn bocznych - 2 szt/
- Pas ręki/nadgarstka mocowany do szyny bocznej - 2 szt.
- Wózek do przechowywania akcesoriów stołu wyposażony 1 szynę oraz 1 kosz - 2szt.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Dotyczy punktu 26:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli segment siedziska będzie posiadał wycięcie ginekologiczne bez podania dokładnej głębokości. Producent nie podaje w swojej dokumentacji tak szczegółowego parametru.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Pytanie

Pytanie o termin dostawy:

Ze względu na ogólny stan pandemii COVID-19 i niespotykaną dotąd dynamiką zmian gospodarczych w skali globalnej, która jest trudna do przewidzenia zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wydłuży czas realizacji Zamówienia do 8 tygodni?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pozycja 1 Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ortopedycznych – 1 szt.

Pytanie

Pyt. 1 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem wyposażonym w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą osobnych przycisków? Powyższe rozwiązanie jest bezpieczniejsze w obsłudze przez personel medyczny oraz dla bezpieczeństwa samego pacjenta.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem wyposażonym w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą osobnych przycisków.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelny zapis informujący o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Pyt. 2 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści pilot z przyciskiem funkcji Trendelenburg wyróżnionym tym samym kolorem jak pozostałe przyciski. Rozwiązania stosowane przez renomowanych producentów proponują na pilocie zaznaczenie innym kolorem tylko włącznika/aktywacji pilota.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pilota z przyciskiem funkcji Trendelenburg wyróżnionym tym samym kolorem jak pozostałe przyciski.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelny zapis informujący o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Pyt. 3 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści system regulacji sekcji podglówka oraz sekcji nóg ustawianej w dwóch płaszczyznach, z automatycznym blokowaniem kąta nachylenia podglówka, ze zintegrowaną sprężyną gazową?

Wyjaśnienie


Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Pyt. 4 poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez systemu blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stoppek? System blokowania proponowanego stołu realizuje się w pełni w sposób bezpieczny za pomocą centralnego hamulca blokującego koła jezdne.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.



Pozycja 2 Ogólnochirurgiczny stół elektrohydrauliczny – 2 szt.

Pytanie

Pyt. 1 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem wyposażonym w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą osobnych przycisków? Powyższe rozwiązanie jest bezpieczniejsze w obsłudze przez personel medyczny oraz dla bezpieczeństwa samego pacjenta.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem wyposażonym w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą osobnych przycisków.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Pyt. 2 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści pilot z przyciskiem funkcji Trendelenburg wyróżnionym tym samym kolorem jak pozostałe przyciski. Rozwiązania stosowane przez renomowanych producentów proponują na pilocie zaznaczenie innym kolorem tylko włącznika/aktywacji pilota.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pilota z przyciskiem funkcji Trendelenburg wyróżnionym tym samym kolorem jak pozostałe przyciski.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Pyt. 3 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści system regulacji sekcji podglówka oraz sekcji nóg ustawianej w dwóch płaszczyznach, z automatycznym blokowaniem kąta nachylenia podglówka, ze zintegrowaną sprężyną gazową?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Pyt. 4 poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez systemu blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stoppek? System blokowania proponowanego stołu realizuje się w pełni w sposób bezpieczny za pomocą centralnego hamulca blokującego koła jezdne.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pozycja 3 Stół elektrohydrauliczny do zabiegów ginekologicznych i urologicznych – 1 szt.

Pytanie

Pyt. 1 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem wyposażonym w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą osobnych przycisków? Powyższe rozwiązanie jest bezpieczniejsze w obsłudze przez personel medyczny oraz dla bezpieczeństwa samego pacjenta.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem wyposażonym w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą osobnych przycisków.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźnie czytelnego zapisu informującego o zaoferowanym parametrze.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie

Pyt. 2 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści pilot z przyciskiem funkcji Trendelenburg wyróżnionym tym samym kolorem jak pozostałe przyciski. Rozwiązania stosowane przez renomowanych producentów proponują na pilocie zaznaczenie innym kolorem tylko włącznika/aktywacji pilota.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pilota z przyciskiem funkcji Trendelenburg wyróżnionym tym samym kolorem jak pozostałe przyciski.

Zamawiający wymaga - w przypadku zaoferowania ww. parametru - wprowadzenia w odpowiedniej pozycji tabeli parametrów technicznych w załączniku nr 2, wyraźne czytelne zapisu informującego o zaoferowanym parametrze.

Pytanie

Pyt. 3 poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści system regulacji sekcji podglówka oraz sekcji nóg ustawianej w dwóch płaszczyznach, z automatycznym blokowaniem kąta nachylenia podglówka, ze zintegrowaną sprężyną gazową?

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Pyt. 4 poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez systemu blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek? System blokowania proponowanego stołu realizuje się w pełni w sposób bezpieczny za pomocą centralnego hamulca blokującego koła jezdne.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie

Czy Zamawiający może zweryfikować ilość dodatkowego wyposażenia dla stołów z pozycji 2 i 3? Biorąc pod uwagę ilość stołów, wydaje się, że dedykowanych do nich akcesoriów jest za dużo.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego i poprzednią modyfikacją

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy do 8 tygodni? Proszę swoją motywujemy ilością stołów oraz bardzo dużym zakresem specjalistycznego wyposażenia ortopedycznego (znaczna część elementów wyposażenia jest dostępna poza granicami kraju z długimi terminami dostaw). Proszę zwrócić uwagę, że przedmiot umowy dotyczy wyrobów wysokospecjalistycznych, których wykonanie wymaga odpowiedniej ilości czasu, z uwzględnieniem przeprowadzenia szeregu badań jakościowych w końcowej fazie procesu produkcyjnego. Dzięki temu Wykonawca ma pewność, że przekazuje Zamawiającemu wyrób bezpieczny i spełniający wszystkie wymagane normy jakościowe.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Zamawiający zastępuje załącznik nr 1 Formularz ofertowy, załącznikiem nr 1 zmiana Formularz ofertowy

Dyrektor ds. Operacyjnych


Jarosław Jermalonek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

