

**Wykonawcy postępowania
21/ZO/COV/ 2021**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.iml.biz.pl treść modyfikacji.

Zamawiający zmienia treść pozycji IV pkt. 6 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

6	Odległość ognisko lampy – detektor [cm] < 110 cm	TAK Podać	
---	--	--------------	--

Zamawiający zmienia treść pozycji VIII pkt. 6 w załączniku nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE - Tomograf komputerowy, do zapytania ofertowego, która otrzymuje treść:

6	Oprogramowanie do automatycznej lub manualnej segmentacji 3D i oceny krwinków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznymi lub ręcznymi pomiarami objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi	TAK Podać	
---	---	--------------	--

—
Zamawiający zmienia treść 8 ogłoszenia nr 21/ZO/COV/2021, który otrzymuje odpowiednio brzmienie:

8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na adres: sylwia.frackowiak@iml.biz.pl oraz iml@iml.biz.pl poniższych, wypełnionych formularzy.

Formularz parametrów technicznych>>>

Formularz parametrów technicznych zmiana 2>>>

Zamawiający zastępuje załącznik nr 2 – parametry techniczne, załącznikiem nr 2 zmiana 2