



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 23 kwietnia 2020 roku

IMŁ/BZ/7-5/BI/ZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.”

Znak sprawy : 7/ZP/PN/20

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy: Część 2 – Dostawa wózków do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Pytanie Nr 1. Dot. SIWZ: punkt 3.10: pakiet 13: mylnia ultradźwiękowa:

Jaka jest infrastruktura mediów do przyłączenia i czy Zamawiający w tym miejscu przewiduje prace przystosowawcze / modernizacyjne w ramach niniejszego przetargu pod urządzenie z pakietu nr 13 tj. mylnię ultradźwiękową, czy też sam dostosuje tę infrastrukturę do wymogów urządzenia wg wytycznych Wykonawcy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : ROZDZIAŁ III, UST. 3.10. :

„Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów (do istniejącej infrastruktury) w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, kod 98-200 Sieradz – jeżeli dla danego przedmiotu zamówienia wymagane jest podłączenie do mediów – stoi po stronie Wykonawcy”

Pytanie Nr 2. Dot. załącznika nr 6 do SIWZ: wzór umowy § 2 punkt 6:

„Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.”

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.”

Uzasadnienie: Wymaganie części i podzespołów fabrycznie nowych wyprodukowanych tylko w 2020 roku jest w niczym uzasadnione. Każda część fabrycznie nowa spełnia wymogi techniczne i rok jej produkcji nie ma wpływu na jej jakość, a Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ich poprawne działanie i udziela stosownej gwarancji. Poza tym wiele podzespołów nie posiada tabliczki znamionowej z zaznaczonym rokiem produkcji i taki zapis byłby zapisem martwym.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 3. Dot. załącznika nr 1A.14 do SIWZ parametry techniczne zgrzewarka:**Punkt 2. Szer. zgrzewu max. 14 mm**

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego urządzenia o szer. zgrzewu max. 15 mm.

Uzasadnienie:

Jest to bardzo mała różnica nie powodująca w żadnym stopniu zmiany w jakości i sprawności pracy urządzenia.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4. Punkt 3: Obcinarka do rękawów oraz punkt 10: Uchwyt umożliwiający zawieszenie rękawów papierowo-foliowych na ścianie, ponad zgrzewarką.

Czy Zamawiający zaakceptuje obcinarkę wraz z dystrybutorem jednopoziomowym o szerokości użytkowej 600 mm i wymiarach gabarytowych 820 / 420 / 130 mm?

Uzasadnienie:

Takie rozwiązanie będzie dla Zamawiającego wygodniejsze – nie będzie potrzeby montowania uchwytu w ścianie na zawieszenie rękawów, a stanowisko do pakietowania w razie potrzeby będzie mobilne.

Ponadto zaproponowane rozwiązanie (obcinarka z dystrybutorem jednopoziomowym) to produkt tego samego, renomowanego producenta zgrzewarki, w związku z tym takie rozwiązanie to efekt wieloletniego doświadczenia i sprawdzonych rozwiązań. Ponadto ułatwi to zdecydowanie pracę personelu.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 5. Część nr 15 – Dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym w ilości 1 kpl.

Pyt. Do pkt. 1-77 - Czy zamawiający dopuści zestaw równoważny o parametrach porównywalnych lub wyższych od wymaganych?

	Monitor LCD FullHD o przekątnej 32" – 2 szt.
1.	Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, 16:9
2.	Przekątna ekranu 32"
3.	Wejścia wideo: 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 2xSOG, 1x VGA, 1x S-Video, 1xC-Video, 1x Component(5xBNC)
4.	Wyjścia wideo: 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 2x SOG, 1x S-Video, 1xC-Video, 1x Component(5xBNC)
5.	Podświetlenie LED
6.	Kontrast 1300:1
7.	Maksymalna jasność 450 cd/m2
8.	Mocowanie VESSA 100 i 200
	Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D – 1 szt.
1.	Uniwersalny sterownik kamery umożliwiający podłączenie kamer 2D i wideoendoskopów z możliwością obrazowania 3D
2.	Obsługiwane formaty 1080p
3.	Tryb wizualizacji Red Enhancement – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwia uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



4.	Wyjścia cyfrowe 4x 3G-SDI, 4x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz
5.	Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” przez operatora z głowicy kamery
6.	Algorytm redukcji dymu - Smoke Reduction – pozwala w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność
7.	Połączenie ze źródłem światła poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny
8.	Zoom cyfrowy x1,8
9.	Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5
10.	Możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5
11.	Możliwość wyostrzenia krawędzi w skali -5 do 5
12.	Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako
13.	Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników
14.	Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji
15.	Sterownik kamery rozpoznaje podłączona głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu
16.	Ustawienie języka menu w tym język polski
Archiwizator Medyczny – 1 szt.	
1.	Nagrywa wideo w rozdzielczości FullHD oraz zdjęcia z medycznych źródeł wideo
2.	Możliwe miejsca zapisu: dysk wewnętrzny, dysk zewnętrzny, dysk sieciowy, sieć szpitalna typu PACS
3.	Wbudowany uchylny monitor dotykowy o przekątnej 7” do sterowania systemem
4.	Format obrazu: JPG, PNG
5.	Pamięć wewnętrzna 128 GB
6.	Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265)
7.	Wejście USB 3.0 – panel przedni – 1 szt, panel tylni 3 szt.
8.	Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s
9.	Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB
10.	Wejścia wideo: 2 x HDMI, DVI (z adapterem)
11.	Wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem)
12.	Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (w zestawie)
13.	Pamięć zewnętrzna w zestawie 64 Gb
14.	Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny
15.	
Głowica kamery trzyprzetwornikowa typu CMOS – 1 szt.	
1.	Kamera Full HD, trzyprzetwornikowa Typ przetwornika: 3x1/3 "CMOS
2.	Progresywne skanowanie obrazu
3.	Ogniskowa: 14 do 28 mm – zoom optyczny 2x
4.	Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s
5.	4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą.
6.	Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta
7.	Automatyczna regulacja jasności
8.	Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
9.	Typ ochrony CF
10.	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
11.	Możliwość sterylizacji w Sterrad
Źródło światła LED – 1 szt.	
1.	Żywotność modułu LED - 30000 h
2.	Regulacja natężenia światła: ręczna za pomocą pokręteł na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostką sterującą kamerą poprzez złącze Mis-bus

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



3.	Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery
4.	Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu
5.	Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olympus, Wolf
6.	Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji
7.	Temperatura barwowa 5665 K
8.	Strumień świetlny 2510 lumen
9.	Typ ochrony CF
V	Optyka laparoskopowa 0° - 1 szt.
1.	Średnica 10mm
2.	Kąt patrzenia 0°
3.	Długość robocza 330 mm
4.	Autoklawowalna
5.	Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
6.	Trzy adaptory do podłączenia światłowodów różnych firm.
V	Optyka laparoskopowa 30° - 2 szt.
1.	Średnica 10mm
2.	Kąt patrzenia 30°
3.	Długość robocza 330 mm
4.	Autoklawowalna
5.	Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
6.	Trzy adaptory do podłączenia światłowodów różnych firm.
V	Kosz do optyk – 3 szt.
1.	Kosz z jednego arkusza stali z pokrywą
2.	Wymiary 454x84x41 mm
3.	Mocowania do stabilnego i bezpiecznego pozycjonowania optyki
I	Światłowód - 3 szt.
1.	Nieprzezroczysta, wzmocniona osłona
2.	Średnica wiązki 4,8 mm
3.	Długość 2,5m
X	Ramię przegubowe – 1 szt.
1.	Ramię mechaniczne podtrzymujące typu M-trac
2.	Długość całkowita 107cm
3.	Siła uchwytu 4 kg
4.	Element mocujący ramię przegubowe do szyny stołu operacyjnego – 1 szt.
5.	Uchwyt zaciskowy, śr. 21 mm, z mocowaniem, autoklawowalny – 1 szt
6.	Uchwyt mocujący do optyk o średnicy 10mm – 1 szt.
X	Insuflator wysokoprzepływow z funkcją automatycznego oddymiania – 1 szt.
1.	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 50 l/min
2.	Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.
3.	Programy: chirurgia ogólna, bariatryczna, pediatryczna, kardio
4.	Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg
5.	Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



6.	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
7.	Wskaźnik objętości zużytego gazu
8.	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg
9.	Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu
10.	Obsługa poprzez kolorowy dotykowy wyświetlacz
11.	Obsługa w języku polskim
12.	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni
13.	3 stopnie przepływu: niski, średni, wysoki.
14.	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO ₂ lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO ₂
15.	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO ₂ z butli na instalację ścienną
16.	Przewód do podłączenia CO ₂ – 1 szt.
17.	Dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylizowalny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - 10 szt.
18.	Dren do insuflacji wielorazowy, sterylizowalny, 3m – 2 szt.
19.	Filtr CO ₂ , jednorazowy – 25 szt.
20.	Dreny jednorazowe do funkcji oddymiania – 10 szt.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6. Do pkt. 78-107 ; 78 Zestaw narzędzi oraz trokarów laparoskopowych

79. Igła Veressa średnicy 2,1 mm i długości 150 mm z przyłączem luer-lock, Autoklawowalna

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7. 80. Kompletny trokar laparoskopowy wielorazowy, autoklawowalny o średnicy 10 mm i długości 110 mm złożony z : gładkiej, ściętej i kaniuli z kranikiem do insuflacji , korpusu trokaru posiadającego zawór z klapą otwieranego pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy zintegrowanej tulei sprężynowej, gwoździa piramidального, kompletem uszczelek.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8. 81. Kompletny trokar laparoskopowy wielorazowy, autoklawowalny o średnicy 5 mm i długości 110 mm złożony z : gładkiej, ściętej i kaniuli z kranikiem do insuflacji , korpusu trokaru posiadającego zawór z klapą otwieranego pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy zintegrowanej tulei sprężynowej, gwoździa piramidального i kompletem uszczelek.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9. 82. Trokar laparoskopowy typu Herloon średnicy 10 mm , z tępym obturatorem, w połączeniu z przeźroczystą tuleją trokara dający możliwość wprowadzenia pod kontrolą optyki

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10. 83. Nasadka redukcyjna 5/10 mm – 1 opakowanie zawierające 5 sztuk.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 11. 84. kompletny trokar laparoskopowy wielorazowego użytku autoklawowalny o średnicy 13 mm i długości 110 mm składający się : ze ściętej , gładkiej kaniuli z kranikiem do insuflacji i stożkowego gwoźdźca, kompletem uszczelek.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12. 85. Nasadka redukcyjna 5/10/13 mm – 1 opakowanie zawierające 5 sztuk

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13. 86. Powięziowe narzędzie do zakładania szwów, do zamykania powięzi i podskórnego zamykania ran po trokarach, średnica 2,5 mm i długości 170 mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14. 87. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka bez blokady , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami preparacyjno - chwytającymi typu KELLY, obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15. 88. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka bez blokady , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami preparacyjno- chwytającymi typu KELLY, obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16. 90. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami chwytającymi typu DeBakey, obie bransze robocze ruchome, atraumatyczne
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Nr 17.** 91. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:
- rączka bez blokady , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
 - wkład roboczy z branszami preparacyjno- chwytającymi pod kątem prostym , obie bransze robocze ruchome
 - tubus wewnętrzny metalowy
 - izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Nr 18.** 92. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:
- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
 - wkład roboczy z branszami preparacyjno- chwytającymi typu aligator, obie bransze robocze ruchome
 - tubus wewnętrzny metalowy
 - izolowany tubus zewnętrzny
- Zamawiający dopuszcza

93. .kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:
- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
 - wkład roboczy z branszami chwytającymi , atraumatycznymi, obie bransze robocze ruchome
 - tubus wewnętrzny metalowy
 - izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Nr 19.** 94. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:
- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
 - wkład roboczy z branszami chwytającymi atraumatycznymi, okienkowymi , obie bransze robocze ruchome
 - tubus wewnętrzny metalowy
 - izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie Nr 20.** 95. . kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:
- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



- wkład roboczy z branszami chwytającymi okienkowymi, jelitowemu, obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21. 96. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o żrednicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętle do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami chwytającymi typu BABCOCK, obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 22. 97. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o żrednicy 10 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętle do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami chwytającymi typu SAWALHE, obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 23. 98. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o żrednicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka bez blokady , z przyłączem HF z pokrętle do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami tnąco-koagulującymi , obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 24. 99. kompletne kleszcze laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o żrednicy 10 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka z blokadą , z przyłączem HF z pokrętle do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami chwytającymi jelitowymi, z atraumatycznymi zębami ,obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 25. 100. . kompletne nożyczki laparoskopowe wielorazowego użytku, monopolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne czteroczęściowe:

- rączka bez blokady , z przyłączem HF z pokrętkiem do obracania wkładu roboczego
- wkład roboczy z branszami zakrzywionymi , obie bransze robocze ruchome
- tubus wewnętrzny metalowy
- izolowany tubus zewnętrzny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 26. 101. Klipsownica laparoskopowa autoklawowalna średnica 10 mm i długość 330 mm, nierozbieralna , do klipów w rozmiarze średnio-dużym, z kanałem płuczącym do bezpiecznego płukania ramienia roboczego, obrotowe ramię 360 stopni

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 27. 102. Klipsy tytanowe, rozmiar średni-duży , 20 magazynków po 6 klipsów w opakowaniu

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 28. 103. Retraktor wachlarzowy wysuwany, rozbieralny o średnicy 10 mm, długości 400 mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 29. 104. Imadło laparoskopowe o średnicy 5 mm, długości 310 mm, proste , wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą swobodne trzymanie w każdej pozycji. , kanał do płukania, twardą wkładką węglową możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 30. 105. elektroda preparacyjno- koagulacyjna z końcówką w kształcie litery „L”, średnica 5 mm , długość 330 mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 31. 106. Przewód HF do instrumentów monopolarnych, długość min. 350 cm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 32. 107. Kontener do sterylizacji i przechowywania narzędzi laparoskopowych wyposażano w tackę i wyjmowany statyw na narzędzia pozwalający przechowywać do 18 narzędzi laparoskopowych, statyw na 6 trokarów, mini kosz do przechowywania drobnych akcesoriów, wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach, Pokrywa do kontenera wykonana z aluminium o grubości 2 mm dostosowana do wanny o wymiarach 592x274x187, całość z wanną stanowiąca kontener bezobsługowy

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 33. Dot. Pakietu 10 - Dostawa wiertarek ortopedycznych

Pytanie 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu z obrotami silnika regulowanymi od 0 do 26 000 obr./min.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 34. pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu z momentem obrotowym 4 Nm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 35. Część nr 2 – Dostawa wózków do transportu chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt.

Czy Zamawiający wymaga wózka na kolumnach?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 36. Czy Zamawiający dopuści Hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka , za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 600 – 900 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 37. Czy Zamawiający dopuści wieszaki na płyny infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 38. Część nr 3 – Dostawa wózka do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie min. 300 kg w ilości 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 600 – 900 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 39. Czy Zamawiający dopuści wózek bez zintegrowanej półki na dokumenty medyczne od strony wezgłowia?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 40. Czy Zamawiający dopuści wieszak na płyny infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 41. Czy Zamawiający dopuści zwalnianie poręczy bocznych z jednego końca leża?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 42. Część nr 4, załącznik nr 1A.4 do SIWZ – dostawa diatermii chirurgicznych – 3 szt.

Punkt. 1.18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w dwa gniazda uniwersalne z systemem rozpoznawania narzędzi do programów specjalistycznych, jedno gniazdo bipolarne 2pin i jedno gniazdo w systemie 3pin, umożliwiające podłączenie narzędzi innych producentów?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 43. Punkt 2.18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w dwa gniazda uniwersalne z systemem rozpoznawania narzędzi do programów specjalistycznych, jedno gniazdo bipolarne 2pin i jedno gniazdo w systemie 3pin, umożliwiające podłączenie narzędzi innych producentów?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 44. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wydłuży termin dostawy sprzętu do 12 tygodni od otrzymania Zamówienia, tak długi termin realizacji wynika z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 45. Część nr 11 – Dostawa wiertarki neurochirurgicznej w ilości 1 szt

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawców, w części nr 11, jako równoważnego, 1 kompletu wiertarki neurochirurgicznej wraz z konsolą sterującą neurochirurgiczna o podanych poniżej parametrach technicznych i ilościach?

Lp.		opis towar/wyrób	Szt.
1.	Jednostka sterująca	jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silnikami	1

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



		szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w języku polskim	
2.	Przewód sieciowy	sieciowy przewód zasilający o długości 5 metrów	1
3.	Sterownik nożny	sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli	1
4.	Kabel silnikowy	kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika	1
5.	Kraniotom	uchwyt uniwersalny - prostownica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 121g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 17x156 mm	2
6.	Kątnica L7	kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x177 mm	2
7.	Napęd perforatora	napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 W i momencie obrotowym 2,5 Nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga 410 g, wymiary 35 mm x 166 mm,	2
8.	Kosz do mycia i sterylizacji zestawu	kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli	2
9.	Pokrywa	pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym	2
10.	Wanna	wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki	2
11.	Ośłona opony II	ośłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm	1
12.	Ośłona opony III	ośłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa długa wymiary 14 x 70 mm	1
13.	Tuleja osłonowa	tuleja osłonowa do kraniotomu nieobrotowa wymiary 14 x 47,5 mm	1
14.	Olej	olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml	1

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 46. Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 1A.2. DO SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW - Część nr 2 – Dostawa wózków do transportu chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt.

Dotyczy pkt. 1.4 , 1.20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych z możliwością montażu poziomego uchwytu na butlę oraz posiadający dwa uchwyty z pasami na 2 butle z tlenem w obudowie podwozia?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 47. 2.Dotyczy pkt. 1.8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych z możliwością włożenia kasety RTG od strony wezglowia?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 48. 3.Dotyczy pkt. 1.11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 560 - 880 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 49. .Dotyczy pkt. 1.13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych wyposażony w barierki stalowe pokryte warstwą lakieru epoksydowego z dodatkiem substancji antybakteryjnej składane wzdłuż leża?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 50. Dotyczy pkt. 1.19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych wyposażony w jednocześnieściowy materac w kolorze stalowym spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 51. Dotyczy pkt. 1.20

Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie w obu punktach jednego rodzaju wieszaka infuzyjnego, montowanego bez użycia narzędzi z mechanizmem samoblokującym wieszak w tulei, teleskopowy, dwuczęściowy z czterem haczykami o obciążeniu 8 kg (po 2 na każdy hak), z możliwością złożenia do transportu wzdłuż wezglowia?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 52. .Dotyczy pkt. 1.20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy wyposażony w jeden pas do unieruchamiania pacjenta na wysokości pasa?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 53. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający podstawę osłoniętą dwuczęściową budową wykonaną z tworzywa ABS z wytłoczonym pojemnikiem na podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający możliwość poziomego zamocowania uchwytu na butlę z tlenem?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający możliwość zamocowania uchwytu na butlę z tlenem jedynie z użyciem narzędzi?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z możliwością wprowadzenia kasety od strony nóg lub głowy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony od strony nóg oraz głowy pacjenta w uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej ułatwiające prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 570 - 910 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, który posiada regulację wysokości w zakresie 565 mm – 895 mm odbywająca się za pomocą pedałów umieszczonych z boku wózka?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający dźwignie blokady centralnej w postaci pałąka umieszczonego w podstawie wózka od strony segmentu nóg bez zaznaczenia kolorystycznego?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze boczne lakierowane?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający regulację pozycji Trendelenburga do 20°

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez uchwytu na rolkę na podkłady jednorazowe?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający tylko teleskopowy 2 częściowy wieszak ze stali nierdzewnej wyjmowany?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych nie posiadający półki na defibrylator?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 66. Dotyczy wzoru umowy

1. W związku z trwającą pandemią koronawirusa która już ma wpływ na sytuację wykonawców realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne i inne umowy zawarte w reżimie prawa zamówień publicznych, a w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji istnieje ryzyko, że negatywne konsekwencje będą coraz dalej idące. Obecna sytuacja ma wpływ nie tylko na realizację umów, ale też na toczące się i przyszłe zamówienie realizowane na drodze postępowania przetargowego. W zaistniałej sytuacji szczególne znaczenie mają roszczenia o przedłużenie terminu realizacji umowy. Analizie należy poddać w szczególności klauzulę dotyczącą siły wyższej. W polskich przepisach instytucja ta nie jest zdefiniowana, jednak praktyka obrotu wypracowała definicję siły wyższej, która jest powielana w większości umów zawartych w reżimie Prawa zamówień publicznych. Jako przesłanki uznania danych okoliczności za sytuację siły wyższej ujmuje się zwykle:

- zewnętrzny i niezależny od stron umowy charakter zdarzenia,
- jego nadzwyczajny i niemożliwy do przewidzenia charakter,
- niemożność wykonania zobowiązań kontraktowych w wyniku zdarzenia.

Zastosowanie klauzuli siły wyższej wymaga zatem nie tylko wykazania zaistnienia epidemii, ale także udowodnienia jej konkretnego wpływu na realizację kontraktu. W przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego odwołanie się stron umowy w sprawie zamówienia publicznego do klauzuli siły wyższej nie zawsze jednak będzie adekwatne. Trudno bowiem sformułować klauzulę siły

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



wyższej w sposób uwzględniający wymogi art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., a to z uwagi na brak obiektywnej możliwości przewidzenia siły wyższej, co z kolei wynika z charakteru tego zjawiska.

W związku z tym wnosimy o zmianę wzoru umowy i skonkretyzowanie możliwości zmiany umowy w taki sposób:

W §6 wzoru umowy – dodanie zapisu:

„6. Zamawiający przedłuży termin realizacji umowy do 3 tygodni – po uzasadnionym wniosku Wykonawcy, który uprawdopodobni sytuację powodującą wydłużenie się transportu sprzętu ze względu na pandemię koronawirus.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji kolejnego terminu wykonania umowy – w sytuacji kiedy przedłużenie terminu o 3 tygodnie - ze względu na eskalację konsekwencji pandemii nie byłoby wystarczające dla realizacji przedmiotowej umowy.”

Wprowadzenie tego zapisu – umożliwi Zamawiającemu zmianę umowy, kiedy zajdą przesłanki ujęte w tym **przepisie bez konieczności występowania na drogę sądową i egzekwowania racji w taki sposób obu stron umowy**. Ponadto – **Zamawiający nie będzie narażony na zarzut nieuprawnionej zmiany umowy, gdyż możliwość i okoliczności zmiany umowy zostaną jak powyżej skonkretyzowane.**

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści Wzoru Umowy (stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ).

Pytanie Nr 67. Pytanie do części nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż 2019r?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 68. Część nr 5 – Dostawa kardiomonitorów z modulem jednoparametrowym w ilości 7 szt.

Uwzględniając obecną sytuację na świecie spowodowaną pandemią wirusa SARS-Cov-2, chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż dostępność sprzętu i aparatury medycznej, a w szczególności kardiomonitorów jest bardzo ograniczona a w wielu przypadkach często niemożliwa. Składa się na to kilka czynników, m.in. napływ niespotykanej dotąd ilości zamówień z całego świata na z wielokrotnione ilości towarów, które przekraczają znacząco możliwości produkcyjne wytwórców, spowolnienie wielu dziedzin gospodarki co ma bezpośredni wpływ na terminy produkcji, ograniczenia możliwości logistycznych w związku z zamknięciem granic, portów przeładunkowych, centr logistycznych, wstrzymaniem lotów itd.

Dlatego konieczne jest takie zmodyfikowanie zapisów SIWZ, aby dopuścić urządzenia jeszcze dostępne na rynku. Pozytywne odpowiedzi na pytania umożliwią realizację zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego

Pytanie 1 – poz. A.I.5

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej trzynastu krzywych jednocześnie (bez funkcji 12 EKG). Przekątna ekranu min. 15" (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania)?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 69. Pytanie 2 – poz. A. III.7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 10-40 sekund? Biorąc pod uwagę zakres normalnych oddechów czyli ok. 11-12/min., zakres 10-40 s. jest czasem optymalnym, który umożliwia wykrycie bezdechu.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 70. Pytanie 3 - poz. A.IV.3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min.? Jest to minimalna różnica w odniesieniu do wymaganego zakresu i nie ma większego wpływu na jakość oferowanego pomiaru ponieważ niezależnie od wartości czy to 20/min czy 25/min personel medyczny powinien podjąć reakcję.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 71. Pytanie 4 - poz. A.IV.8

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji wyświetlanym obok krzywej na jednym i tym samym ekranie?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 72. Pytanie 5 – poz. A.V.7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez programowej funkcji stazy, a w postaci standardowej opaski uciskowej? Programowa funkcja stazy w kardiomonitorze jest wykorzystywana bardzo rzadko, ponadto metoda ta wymaga wykonania dużo większej liczby czynności i jest bardziej czasochłonna niż wykorzystanie standardowej opaski uciskowej.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 73. Pytanie 6 - poz. A.V.10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 1200 ostatnich pomiarów NIBP na jednego pacjenta jak również w funkcję analizy NIBP z ostatnich 240h z prezentacją w postaci wartości liczbowych oraz wykresów liniowych zmian tegoż ciśnienia?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 74. Pytanie 7 - poz. A.VIII.3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość zaprogramowania 3 różnych konfiguracji monitora oraz wyświetlenia informacji w 8 niezależnych trybach wyświetlania takich jak: duże znaki, tryb minitrendów, oxyCRG, tryb 7 EKG, tryb parametrów życiowych, tryb standardowy, tryb gotowości, tryb nocny (zdefiniowany natywnie) ze zdefiniowanymi niezależnymi ustawieniami dotyczącymi m.in. alarmów oraz parametrów pomiarowych i układu wyświetlania danych?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 75. Pytanie 8 – poz. A.VIII.7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość wyciszenia alarmów w zakresie od 1 do 3 min. oraz na stałe (opcja chroniona hasłem użytkownika)? Oferowane czasy wyciszenia alarmów są najbardziej powszechne i najczęściej używane.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 76. Pytanie 9 – poz. A.VIII.9

Czy zamawiający dopuści 5 poziomów ustawień głośności sygnalizacji alarmowej? Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawiania głośności sygnalizacji alarmowej, 5 poziomów do wyboru ze stałymi wzorcami dźwiękowymi sygnalizacji, diametralnie różnymi dla poszczególnych priorytetów alarmowych tzw. niskich, średnich i wysokich? Proponowane rozwiązanie, tak samo jak wymagane przez Zamawiającego spełnia swoją rolę w monitorowaniu pacjenta.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 77. Pytanie 10 - poz. A.VIII.10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym ustawianiem granic alarmowych na podstawie typu pacjenta, na jednym wspólnym ekranie kardiomonitora? Proponowane rozwiązanie pod kątem profilu oddziałów nie ma wpływu na kliniczne walory użytkowania i monitorowania.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 78. Część nr 2: Dostawa wózków do transportu chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z dedykowanym miejscem na butle z tlenem w osłonie podstawy wózka?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z tunelem na kasetę RTG pod leżem na całej długości, z możliwością wprowadzenia kasety od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w bariery boczne wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w zdejmowany materac w kolorze czarnym?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, w którym stabilizacja materaca następuje poprzez zintegrowane ograniczniki w leżu wózka.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w teleskopowe wieszaki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 84. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w wieszak kroplówki o obciążeniu do 10 kg?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 85. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej wyposażony w składaną/odchylaną półkę pod defibrylator/monitor montowaną do wózka od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 86. Część nr 3: Dostawa wózków do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg w ilości 6 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg z leżem 4 segmentowym wypełnionym płytami HPL przeziernymi dla promieni RTG?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg z dedykowanym miejscem na butle z tlenem w osłonie podstawy wózka?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 88. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 89. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg z autonomiczną regulacją segmentu pleców w zakresie 00 do 870 wspomaganą sprężyną gazową?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 90. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg wyposażony w autonomicznie w regulowany segment uda zamiast ruchomego segmentu miednicy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 91. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg bez dodatkowego wyposażenia w postaci półki na dokumenty medyczne od strony wezglowia?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 92. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg wyposażony (zamiast w listw odbojowych) w krążki odbojowe zabezpieczające wszystkie naroża wózka?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 93. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg bez dodatkowego wyposażenia w postaci odbojników nad kołami?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 94. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg bez możliwości mycia ciśnieniowego wózka?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 95. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg wyposażony w jednowarstwowy, antystatyczny i antybakteryjny materac piankowy o wymiarach dostosowanych do wymiarów leża o grubości 100mm z wodoodporną, zmywalną i łatwą do dezynfekcji powłoką, nieprzepuszczającą płynów o udźwigu 315kg, przezierny dla promieni RTG, stabilizowany poprzez zintegrowane ograniczniki w leżu wózka?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 96. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg wyposażony w teleskopowy wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 97. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie 300kg wyposażony w wieszak kroplówki o obciążeniu do 10 kg?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 98. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z możliwością zwalniania blokady barierki bocznych z jednej strony wózka?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 99. Pytania dotyczą pakietu nr 8

Zamawiający w punkcie 1.4 wymaga „Źródło światła - z dioda LED o wysokim indeksie jasności. Zimne światło diody LED”. Zarówno parametr opisany jako „wysoki indeks jasności” oraz „zimne światło” jest parametrem subiektywnym. Oświetlenie diodowe LED można opisać podając parametry – natężenie oświetlenia wyrażone w lumenach (lub luksach z podaniem odległości mierzenia od końca dystalnego łyżki w określonym rozmiarze), temperatura barwowa wyrażona w stopniach K oraz w przypadku diody istotnym parametrem jest odwzorowanie kolorów (wskaźnik CRI). W związku z powyższym prosimy o zdefiniowanie powyższych parametrów w sposób obiektywny.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 100. Czy Zamawiający dopuści do rękojeść akumulatorową z możliwości ładowania o pojemności min. 2300mAh. W punkcie 1.7 Zamawiający wymaga, żeby naładowany akumulator wystarczał na min. 120 minut ciągłej pracy diody LED. Pojemność 2300mAh w przypadku zastosowania wysokiej jakości diody gwarantuje dłuższe czasy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



świecenia, a w przypadku baterii litowo-jonowej o mniejszej pojemności czasu pełnego ładowania będą krótsze.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 101. W punkcie 1.11 Zamawiający wymaga „Zestaw zawiera łyżki o numerach od 1 do 4 o wymiarach: 1 - 9.5 cm, 2 - 11.5 cm, 3 - 13.5 cm, 4 - 15.8 cm.” Czy Zamawiający dopuści łyżki o wymiarach 1 - 9.4 cm, 2 - 11.4 cm, 3 - 13.4 cm, 4 - 15.5 cm, różnice w długości wynoszące 1-3 mm są nieistotne użytkowo i najczęściej wynikają z dokładności pomiarów różnych producentów.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sprzedawania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,

o.o. Dyrektora Biura Inwestycji
Dorota Kowal-Kądrowska
Dorota Kowal-Kądrowska

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



