



Łódź, dnia 27 kwietnia 2020 roku

IMŁ/BZ/7-6/BI/ZP/2020

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.”

Znak sprawy : 7/ZP/PN/20

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1. Dotyczy: części 6 dostawa respiratorów stacjonarnych w ilości 2 szt., zał. 1A.6

IV. 3 Czy Zamawiający zaakceptuje tożsamy rozwiązanie polegające na możliwości zatrzymania krzywych w celu analizy np. sytuacji kryzysowej oraz możliwość wyświetlenia zapisu min. 15 s odcinka krzywych przed wystąpieniem sytuacji alarmowej ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 2. Dotyczy: części 6 dostawa respiratorów stacjonarnych w ilości 2 szt., zał. 1A.6

VI. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wyłącznie w wersji elektronicznej ?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 3. Część nr 12 – Dostawa pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 4 szt.

– **Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością połączenia dwóch pomp w jeden zestaw z automatycznym trybem przejmowania infuzji przez drugą pompę po zakończeniu infuzji pompy pierwszej za pomocą elementów dodatkowych? Aktualnie obserwuje się odwrót od stosowania modeli dwustrzykawkowych. Ich użycie było swego czasu bardzo powszechne i motywowane względami ekonomicznymi - tym niemniej ryzyko błędnego wprowadzenia danych (zmiana przepływu, podaż bolusa) lub zamiany strzykawek jest zdecydowanie większe przy użyciu takiej pompy, niż przy używaniu dwóch oddzielnych urządzeń. Możliwość popełnienia błędu zwiększa się w sytuacjach nagłych. Ponadto pompy dwutorowej nie można podzielić na dwie niezależne pompy - nie wolno stosować jej dla dwóch różnych pacjentów (każdy tor dla innego chorego). Wadą jest też większy ciężar pojedynczego urządzenia. Wszystkie te argumenty sprawiły, że organizacje zajmujące się

bezpieczeństwem procedur medycznych uznały pompy dwutorowe za niebezpieczne i nie zalecają ich stosowania.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 4. – Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z klasą ochronności I, typ CF, IP24 ? Oferowana pompa ma znacznie lepszą klasę wodoszczelności niż wymagana przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 5. – Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z dużym 4,3" kolorowym ekranem dotykowym bez podziału na wiersze ? Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż wymaga Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 6. –Pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe bez możliwości zaprogramowania nazwy oddziału ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 7. –Pyt. 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe bez wyjścia alarmu zewnętrznego 24V 1A ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 8. –Pyt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z regulacją głośności na 10 poziomach bez wyszczególnienia na ton przerywany czy ciągły ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 9. –Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z trybem pracy umożliwiającym programowanie w jednostkach objętościowych o nazwie „ml/h” zamiast wymaganej nazwy „standard” ? Nie ma to żadnego wpływu na pracę z pompą i w żaden sposób jej nie utrudni.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 10. – Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z trybem pracy umożliwiającym programowanie w jednostkach wagowych o nazwie „masa ciała” zamiast wymaganej nazwy „aneste” ? Nie ma to żadnego wpływu na pracę z pompą i w żaden sposób jej nie utrudni.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 11. – Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z trybem pracy umożliwiającym infuzję wielofazową o nazwie „sekwencyjny” zamiast wymaganej nazwy „profil” ? Nie ma to żadnego wpływu na pracę z pompą i w żaden sposób jej nie utrudni.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 12. –Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z nowoczesnym portem komunikacyjnym USB ? Porty RS232 są już przestarzałą technologią. Producenci powoli wycofują się z tego rozwiązania na poczet nowszych portów USB.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 13. – Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu pompy i bez możliwości odczytu w postaci pliku XML ? Wymagany przez Zamawiającego odczyt na pliku XML nie dość, że wymaga komputera, to jeszcze komputera z podłączeniem internetowym.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 14. – Pyt. 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,01 ml/h dla:

0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 5ml

0,01 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml

0,01 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,01 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml

0,01 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml

Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi.

Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ infuzja z niskimi przepływami dokładność jest zdecydowanie ważniejsza, szczególnie z możliwością współpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2/3 ml.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 15. –Pyt. 39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z programowanym ciśnieniem okluzji na 5 poziomach w zakresie od 50 do 900 mmHg ?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 16. Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności 30l/min?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17. Czy Zamawiający może doprecyzować czy będzie wymagał w pkt.12 specyfikacji 1szt. przewodu łączącego zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym oraz 2szt. 2-litrowych zbiorników podstawowych?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 18. Czy Zamawiający dopuści wciskane pokrywy zintegrowane z wkładami jednorazowymi, z zabezpieczeniem przed przelaniem w postaci filtra hydrofobowego/antybakteryjnego?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19. Czy Zamawiający dopuści oddzielne uchwyty naszynowe do zbiorników oraz uchwyt na przewód ssący montowany na szynie wózka?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy sterylny przewód ssący z PCV z zaworem zatrzymującym ssanie dł. 1,8m?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21. Czy Zamawiający dopuści worki jednorazowe o poj. 2,5l lub 1,5l z pokrywami wciskanymi w pojemnik?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22. Czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania pojemników wielorazowych z pokrywami o pojemnościach do wyboru: 5l; 3l; 2l; 1l lub zbiorników wielorazowych przystosowanych do wkładów jednorazowych o pojemnościach: 1,5l i 2,5l?
Możliwość zamontowania zbiorników na szynie podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23. Czy Zamawiający dopuści ssak, który ma w standardzie włącznik nożny on/off wbudowany w podstawę wózka oraz posiada możliwość rozbudowy o dodatkowy włącznik nożny na kablu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na dreny, cewniki z uchwytem montowanym na bocznej szynie wózka?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25. Czy Zamawiający dopuści ssak z obudową wykonaną z trwałego, odpornego na uszkodzenia oraz środki dezynfekcyjne materiału; obudowa z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw części zamiennych do 30 dni?. Części sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oczenie towaru) jest wydłużony i utrudniony.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż wydłużył termin skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych do 7 dni roboczych. W przypadku konieczności importowania części z zagranicy termin naprawy ulega wydłużeniu o dodatkowe 2 dni robocze. (Wyjaśnienia z dnia 21 kwietnia 2020 roku). Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? Części ulegające eksploatacji sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oczenie) jest wydłużony i utrudniony.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 28. I modyfikację:

Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - wynosi maksymalnie 30 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.

Dla zapewnienia Zamawiającego o należyтым wykonaniu usług i dostaw, Wykonawca zobowiązuje się w okresie napraw trwających do 30 dni, do dostarczenia sprzętu zastępczego o porównywalnych, nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 29. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki na koszt wykonawcy urządzenia podlegającego przeglądowi do siedziby serwisu wykonawcy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioszek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, iż jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie Nr 31. Dot. część nr 15 - Dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym w ilości 1 kpl. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania do postępowania dopakietu nr 15.
Czy Zamawiający ze względu na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia oraz fakt iż produkty znajdują się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy zamówienia częściowego do 8 tygodni?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy zamówienia. Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni wyłącznie z Części 15 przedmiotowego postępowania.

W związku z udzielonymi odpowiedziami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych doprecyzowuje treść SIWZ.

Zmianie ulega zapis dotyczący Rozdziału IV „Termin wykonania zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie :

(...)

„Termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy – dotyczy Części Nr 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16

Termin wykonania zamówienia do 30 września 2020 roku – dotyczy Części Nr 6

Termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy – dotyczy Części Nr 15”

Zmianie ulega zapis dotyczący z § 1 ust. 7 Wzory Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie :

(...)

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia/montażu/instalacji i uruchomienia Przedmiotu Zamówienia w terminie do :

- 6 tygodni od daty zawarcia umowy (dotyczy Części 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16”

- do dnia 30 września 2020 roku (dotyczy Części 6)

- 8 tygodni od daty zawarcia umowy (dotyczy Części 8)

(zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji sprzętu/wyposażenia”

(...)

Pytanie Nr 32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do 5 dni roboczych a czas naprawy z użyciem części zamiennych do 10 dni roboczych?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych wynosi maksymalnie 4 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż wydłużył termin skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych do 7 dni roboczych. W przypadku konieczności importowania części z zagranicy termin naprawy ulega wydłużeniu o dodatkowe 2 dni robocze. (Wyjaśnienia z dnia 21 kwietnia 2020 roku).
Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 33. Czy Zamawiający w pkt 49 wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej o kącie patrzenia 30° szt. 1 pozostawiając bez zmian pozostałe zapisy?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 34. Czy Zamawiający w pkt. 50 wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej o kącie patrzenia 0° szt. 2 pozostawiając bez zmian pozostałe zapisy?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 35. W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązкови, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 6- istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 6 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 36. Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 1 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż w Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, przewiduje możliwość zmiany postanowień treści umowy, zgodnie z § 8 ust. 10, § 8 ust. 11 wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ)

Pytanie Nr 37. Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 6 ust. 2.b wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 38. Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 6 ust.2.a wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 39. Część 4 L.p. 1.2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem zamykania naczyń do 7mm bez możliwości pracy w osłonie argonu ?

W opisie Lp.1, Zamawiający wymaga aparatu elektrochirurgicznego ze specjalistycznymi programami do resekcji w środowisku płynnym (mono i bipolarna) oraz systemem zamykania dużych naczyń-ilość zamiana 2 szt.

W dalszych pozycjach nie ma podanych parametrów wymaganych dla pracy w osłonie argonu oraz parametrów wymaganych co do wyposażenia instrumentarium do pracy w osłonie argonu a w szczególności reduktora i butli z argonem bez których zestaw będzie nie kompletny i uniemożliwi pracę w osłonie argonu. Wnosimy stąd, iż zamawiający nie oczekiwał zaoferowania aparatu z funkcją pracy w osłonie argonu.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 40. Część 4 L.p. 1.17.

Czy Zamawiający wraz z system rozpoznawania podłączonych narzędzi, automatycznym przywoływaniem trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia wymaga aby aparat posiadał funkcje pokazywania parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywnego instrumentu?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 41. Część 4 L.p. 1.18.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego następujące gniazda wyjściowe:

a. monopolarne – 1

Gniazdo uniwersalne monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów.

b.bipolarne-1 Gniazdo uniwersalne bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka standard, wtyczka 29mm,wtyczka 22mm) bez użycia dodatkowych adapterów.

c. uniwersalne z systemem rozpoznawania narzędzi mono i bipolarnych -1

d. uniwersalne elektrody neutralnej umożliwiające podłączenie kabli z wtyczką 1-pinową oraz 2-bolcową– 1?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 42. Część 4 L.p. 1.21.

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat wraz z sygnalizacją akustyczną i wizualną aktywowanego trybu pracy miał również monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością odczytu przez użytkownika podczas zabiegu wartości użytej mocy prądu podczas jednej aktywacji instrumentu ?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 43. Część 4 L.p. 1.25.

Czy Zamawiający wymaga, aby zdalna zmiana programów była również dokonywana przez czynną elektrodę ze sterylnego pola operacyjnego?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 44. Część 4 L.p. 1.30.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat dla bezpieczeństwa pracy posiadał możliwość ręcznego ograniczenia mocy max w całym dostępnym zakresie pracy aparatu dla cięcia monopolarnego z krokiem co 1W lub mniejszym?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 45. Część 4 L.p. 1.33.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat dla bezpieczeństwa pracy posiadał możliwość ręcznego ograniczenia mocy max w całym dostępnym zakresie pracy aparatu dla koagulacji monopolarnej z krokiem co 1W lub mniejszym?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 46. Część 4 L.p. 1.36.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat dla bezpieczeństwa pracy posiadał możliwość ręcznego ograniczenia mocy max w całym dostępnym zakresie pracy aparatu dla koagulacji bipolarnej z krokiem co 1W lub mniejszym?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 47. Część 4 L.p. 1.39

Czy Zamawiający wymaga, aby opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. tzw. funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych posiadała regulację opóźnienia do min 5 sek. z krokiem co 0,1 sek.?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 48. Część 4 L.p. 1.41.

Czy Zamawiający wymaga trybu bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych do 7 mm, gdzie praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozjuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i dezaktywuje aparat. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 49. 11. Część 4 L.p. 1.52.

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do laparoskopu, 4 m., gniazdo żeńskie 4mm bez wtyczki z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt.?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 50. Część 4 L.p. 2.17.

Czy Zamawiający wraz z system rozpoznawania podłączonych narzędzi, automatycznym przywoływaniem trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia wymaga aby aparat posiadał funkcje pokazywania parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywnego instrumentu?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 51. Część 4 L.p. 2.18.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego następujące gniazda wyjściowe:

a. monopolarne – 1

Gniazdo uniwersalne monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów.

b.bipolarne-1

Gniazdo uniwersalne bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach(wtyczka standard, wtyczka 29mm,wtyczka 22mm) bez użycia dodatkowych adapterów.

c. uniwersalne z systemem rozpoznawania narzędzi mono i bipolarnych -1

d. uniwersalne elektrody neutralnej umożliwiające podłączenie kabli z wtyczką 1-pinową oraz 2-bolcową– 1?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 52. Część 4 L.p. 2.21.

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat wraz z sygnalizacją akustyczną i wizualną aktywowanego trybu pracy miał również monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością odczytu przez użytkownika podczas zabiegu wartości użytej mocy prądu podczas jednej aktywacji instrumentu?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 53. Część 4 L.p. 2.25.

Czy Zamawiający wymaga, aby zdalna zmiana programów była również dokonywana przez czynną elektrodę ze sterylnego pola operacyjnego?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 54. Część 4 L.p. 2.31.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat dla bezpieczeństwa pracy posiadał możliwość ręcznego ograniczenia mocy max w całym dostępnym zakresie pracy aparatu dla cięcia monopolarnego z krokiem co 1W lub mniejszym?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 55. Część 4 L.p. 2.34.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat dla bezpieczeństwa pracy posiadał możliwość ręcznego ograniczenia mocy max w całym dostępnym zakresie pracy aparatu dla koagulacji monopolarnej z krokiem co 1W lub mniejszym?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 56. Część 4 L.p. 2.37.

Czy Zamawiający wymaga, aby koagulacja monopolarna argonowa miała moc min.120W?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie Nr 57. Część 4 L.p. 2.63.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę argonową sztywną do koagulacji i będzie wymagał wysuwaną (przesłanną) elektrodą szpatułkową (nożową) dł.320mm., średnica 5 mm.- 2 szt.?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 58. Część 4 L.p. 2.68.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę argonową sztywną z wysuwaną (przesłanną) elektrodą szpatułkową (nożową) , wielorazowa, dł. robocza 100 mm., śr. 5mm. -2 szt.?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 59. Pytanie dot. pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość połączenia dwóch pomp jednostrzykawkowych w moduł dwustrzykawkowy nie wymagający dodatkowego montażu i narzędzi.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843).

Pytanie Nr 60. Pytanie dot. pakietu 12 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o klasie ochronności IP23.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 61. Pytanie dot. pakietu 12 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp o łącznej masie 5kg.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 62. Pytanie dot. pakietu 12 pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości programowania nazwy oddziału.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 63. Pytanie dot. pakietu 12 pozycja 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z możliwością regulacji głośności alarmu 8 poziomów głośności oraz 3 tonach do wyboru.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 64. Pytanie dot. pakietu 12 pozycja 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy która obsługuje strzykawki z zakresu od 2ml do 50/60 ml , z listy 12 producentów strzykawek. Lista ta może być dowolnie modyfikowana o typy i producentów strzykawek którzy są aktualnie najpopularniejsi na naszym rynku.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 65. Pytanie dot. pakietu 12 pozycja 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy która pracuje w następujących jednostkach: ng/kg/min, µg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 66. Pytanie dot. pakietu 12 pozycja 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z prędkością dozowania: nastawiania co 0,1 ml/h:

0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50/60 ml

0,1 ÷ 900 ml/h dla strzykawki 30 ml

0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 20 ml

0,1 ÷ 300 ml/h dla strzykawki 10ml

0,1 ÷ 150 ml/h dla strzykawki 5 ml

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 12 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 12, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 67. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ (Wyjaśnienia z dnia 21 kwietnia 2020 roku)

Pytanie Nr 68. Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych do 10 dni roboczych?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ (Wyjaśnienia z dnia 21 kwietnia 2020 roku)

Pytanie Nr 69. Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z zapisów §6 ust. 2 d), e), f) oraz h) liczone były od wartości sprzętu, którego opóźnienie dotyczy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 70. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem opartym na dwóch stalowych kolumnach w osłonach z elastycznego tworzywa, składającego się w harmonijkę, o powierzchni łatwej do dezynfekcji?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 71. Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem na butle z tlenem, umieszczonym pod leżem, w osłonie podstawy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 72. Czy Zamawiający dopuści wózek z poręczami bocznymi, składanymi wzdłuż leża, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 73. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 55,5 – 88 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 74. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem 4 segmentowym, z segmentami pleców i uda regulowanymi za pomocą sprężyn gazowych oraz ze stałym segmentem miednicy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 75. Czy Zamawiający dopuści wózek z osłoną podwozia wyprofilowaną, tworzącą odbojniki przy kołach, bez możliwości wyboru koloru?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 76. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w pokrowcu zszywanym, szwem nie widocznym z zewnątrz?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 77. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem zabezpieczonym przed przesuwaniem się na leżu za poprzez materiał antypoślizgowy?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 78. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w pokrowcu niepalnym zgodnie z normą BS7175?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 79. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w standardowy, teleskopowy, chromowany wieszak kroplówki?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 80. Czy Zamawiający dopuści wózek z poręczami bocznymi zwalnianymi z jednej strony leżą w miejscu niedostępnym dla pacjenta, uniemożliwiającym przypadkowe opuszczenie barierki?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 81. Dotyczy: pakiet nr 2: Czy zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne ale bez osłony która było by tylko miejsce gromadzenia się brudu i utrudniałaby mycie i dezynfekcje? - w przypadku oferowanego w tym pakiecie przez nas wózka konstrukcja podwozia jest maksymalnie uproszczona i nie wymaga stosowania żadnych osłon

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 82. Czy zamawiający dopuści wózek o podwoziu nie zabudowanym tworzywem ale o podwoziu otwartym? Konstrukcja oferowanego przez nas w tym pakiecie wózka nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych osłon

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 83. Czy zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu 170kg?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 84. Czy zamawiający dopuści wózek w którym kaseta wprowadzana jest ze względów bezpieczeństwa pacjenta od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 85. Czy zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 560-960mm co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 86. Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w zdejmowany materac w kolorze czarnym kolorystyki. Materac o grubości 4cm, mocowany na piny w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, nieprzemakalny.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 87. Załącznik nr 1A.5 do SIWZ ; Część nr 5 – Dostawa kardiomonitorów z modulem jednoparametrowym w ilości 7 szt.

Dotyczy pkt. I.3, I.4 , I.5Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający ekran o przekątnej 15" i rozdzielczości 1024x768 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 8 stopni?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 88. **Dotyczy pkt. I.6, I.7**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający trendy graficzne i tabelaryczne z 24 godzin z zapamiętywaniem 8192 zdarzeń alarmowych z ostatnich 24 godzin z możliwością podglądu „full disclosure” 5 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843).

Pytanie Nr 89. **Dotyczy pkt. II.4, II.5**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający dokładność pomiaru HR na poziomie +/- 2bpm, z prędkością kreślenia: 6mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s i wzmocnieniem przebiegu EKG: x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 90. **Dotyczy pkt. III.5, III.7**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający szybkość przesuwu krzywej respiracji: 6mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s i alarm bezdechu regulowany w zakresie 5-40 sekund?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 91. Dotyczy pkt. IV.3, IV.5, IV.6, IV.8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający zakres pomiarowy pulsu z kanału saturacji 30-300 bpm, posiadający słupkowy wskaźnik jakości sygnału saturacji, z możliwością wyboru szybkości odpowiedzi SpO2 na trzech poziomach: szybkim, normalnym i wolnym?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 92. Dotyczy pkt. V.3, V.10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 93. Dotyczy pkt. pkt VI.2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający zakres pomiaru 0-45°C z dokładnością +/- 0,1 °C w zakresie 25-45°C?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 94. Dotyczy pkt. VII.1, VII.3, VII.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający zakres pomiarowy 0-100mmHg i zakres pomiarowym częstości oddechowej 3-150 odd/min z czujnikiem pomiarowym gotowym do użycia max 11 sekund od podłączenia, tzw „warm-up time”?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 95. Dotyczy pkt. VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.13, VIII.18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość rozbudowy o wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora, posiadający kompaktowe moduły jednoparametrowe mierzące parametry EKG 3-6 odpr., RR, HR, SPO2, PR, NIBP, 2 kanały TEMP, umożliwiające automatyczną konfigurację ekranu do mierzonych parametrów, obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i stałych przycisków?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 96. Dotyczy pkt. VIII.7, VIII.8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający 3 stopniowy system zawieszania alarmów oraz funkcję eskalacji alarmów saturacji?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 97. Dotyczy pkt. VIII.14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający funkcję obliczeń lekowych i wentylacyjnych?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 98. Dotyczy pkt. VIII.19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor wyświetlający 8 odprowadzeń EKG oraz trendy do wyboru z ostatnich 1, 2, 4, 8 lub 24 godzin?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 99. Dotyczy pkt. VIII.21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor umożliwiający rozbudowę o wyjście RGB do podłączenia monitora kopiującego?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843).

Pytanie Nr 100. Dotyczy pkt. VIII.23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający tryb uśpienia, w którym ekran jest przyciemniony a dźwięki synchronizacji wyłączone?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 101. Dotyczy pkt. VIII.27, VIII.28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający klawiaturę ekranową oraz umożliwiający przenoszenie konfiguracji za pomocą karty SD?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 102. Dotyczy pkt. VIII.32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur 10 - 40°C?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 103. Dotyczy pkt. IX.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w kabel EKG 6-odprowadzeniowy dla dorosłych?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 104. Dotyczy pkt. VII, IX.1 Czy Zamawiający przez linię pomiarową rozumie czujnik CO2 w strumieniu głównym gotowy do pomiaru max 11 sekund od podłączenia?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż przedmiotowa Część 5 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 10, określonego w Części 5, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. Poz. 1843)

Pytanie Nr 105. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, §1 Prosimy o określenie terminu dostawy, o którym mowa w §1 ust. 7, do **6 miesięcy** od daty podpisania umowy. Sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie znacząco wydłużyła terminy dostaw urządzeń medycznych od producentów. Szacowane terminy produkcji urządzeń ulegają ciągłym zmianom, co naraża Wykonawców na wysokie kary umowne nałożone w związku z opóźnieniami w dostawach, na które nie mają bezpośredniego wpływu.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 106. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, §1 Zważywszy na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju i na świecie wnosimy o wpisanie do wzoru umowy poniższego ustępu:

§1 ust. 7 (...) zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji sprzętu/wyposażenia.

§1 ust. 8. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia upływu określonego w niej terminu dostawy urządzeń wystąpi niezależna od Wykonawcy przeszkoda uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, termin dostawy ulega zawieszeniu na okres trwania tej przeszkody, i zaczyna biec na nowo po jej ustaniu. Za niezależne od Wykonawcy przeszkody uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy strony uznają szczególności wszelkie decyzje władz publicznych związane z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§1 ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania przyłączenia (...)

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę do Wzoru Umowy – stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie Nr 107. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, §2 ust.6 Prosimy o modyfikację niniejszego zapisu zgodnie z poniższym wzorem:

6. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii wynosi maksymalnie 6 dni roboczych (...). Dla napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas skutecznej naprawy może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ (Wyjaśnienia z dnia 21 kwietnia 2020 roku)

Pytanie Nr 108. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, §6 Wnosimy o naliczanie kar umownych o których mowa w §6 ust. 2b, 2d-f, 2h od wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

ROZDZIAŁ XI SIWZ : PKT. 11. 1 i 11. 2, które otrzymują brzmienie:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11 maja 2020 r. do godz. 14:00**

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /IML_Lodz/SkrytkaESP

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, al. Piłsudskiego 12, lok. 515 (V Piętro) Dział Zamówień Publicznych w dniu **11 maja 2020 r. o godz. 14:30**

11.2.1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

11.2.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

11.2.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert
(...)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana treści ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.04.2020r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany przy sporządzaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sprzedawania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Krzysztof Kluczyński
Prokurent

Z poważaniem,

Dorota Kowal-Kąkolowska
Prokurent

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



