



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
REGON: 101745880

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
iml@iml.biz.pl
www.iml.biz.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej 221 tys. euro na

**Dostawę sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i
niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek,
małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.**

nr sprawy: 1/ZP/PN/19

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| – Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy | – Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 |
| – Formularz ofertowy | – Załącznik nr 2 |
| – Oświadczenie JEDZ | – Załącznik nr 3 |
| – Wzór umowy | – Załącznik nr 4 |
| – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej | – Załącznik nr 5 |

ZATWIERDZIŁ

Kierownik Zamawiającego
Janusz Kazimierczak

PREZES Zarządu

dnia 08.04.2019 r. roku

Janusz Kazimierczak

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty
nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Spis treści

I.	Nazwa oraz adres zamawiającego	3
II.	Tryb udzielenia zamówienia	3
III.	Opis przedmiotu zamówienia	3
IV.	Termin wykonania zamówienia	5
V.	Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	5
	Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp	7
	Vb. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia	7
	Vc. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego	12
VI.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	12
VII.	Wymagania dotyczące wadium	14
VIII.	Termin związania ofertą	15
IX.	Opis sposobu przygotowania ofert	15
X.	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert	18
XI.	Opis sposobu obliczania ceny	18
XII.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	19
XIII.	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	20
XIV.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	20
XV.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach	20
XVI.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej	20
XVII.	Inne postanowienia	22
XVIII.	KLAUZULA INFORMACYJNA INWESTYCJI MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	22

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź

Tel: (42) 206 88 60

Fax: (42) 206 88 61

e-mail Zamawiającego: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.iml.biz.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /IML_Lodz/SkrytkaESP

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.12 SIWZ.**

Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość [szt.]
Część 1	1. Szafka szatniowa czterodrzwiowa (w tym 4 szt. z ławką)	12
	2. Szafka szatniowa dwudrzwiowa (w tym 1 szt. z ławką)	5
	3. Szafa metalowa ubraniowa dwuprzedsziałowa	5
	4. Krzesło składane/ Krzesło zwykłe	19
	5. Krzesło/ krzesło tapicerowane	13
	6. Krzesło robocze	9
	7. Krzesło obrotowe	3
	8. Fotel obrotowy/ Fotel biurowy o regulowanej wysokości siedziska/ Krzesło obrotowe	14
	9. Fotel wypoczynkowy	6
	10. Kanapa rozkładana	1
	11. Sofa 3 osobowa	1
	12. Wózek do przewożenia potraw	1
	13. Kosz zamykany na pedał	4
	14. Szczotka do WC	9
	15. Wózek sprzątacza	6
	16. Aparat telefoniczny	17
	17. Niszczarka	2
	18. Kuchenka mikrofalowa	1
	19. Czajnik elektryczny	1
	20. Waga elektroniczna	2
Część 2	1. Pojemniki na czystą i brudną bieliznę	2
	2. Wózek na brudną bieliznę - akceptacja	6
	3. Wózek do przewożenia bielizny	1
	4. Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne	2
	5. Wózek na czystą bieliznę	1
	6. Wózek szafowy na worki z brudną bielizną	3

	7. Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu	4
	8. Wózek do transportu materiałów sterylnych	2
	9. Wózek na materiały medyczne	3
	10. Wózek zabiegowy z szufladą	2
	11. Stolik zabiegowy	2
	12. Wózek transportowy	1
	13. Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną	26
	14. Stelaż przejezdny na worki 60 l	1
	15. Stelaż na worek na odpady	9
	16. Stolik Mayo	4
	17. Stolik na instrumenty chirurgiczne	4
	18. Stolik na instrumenty chirurgiczne	4
	19. Stolik narzędziowy	3
	20. Stolik narzędziowy	1
Część 3	1. Tabelet obrotowy z oparciem	8
	2. Tabelet obrotowy bez oparcia	22
	3. Tabelet chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę	4
	4. Tabelet chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę	4
Część 4	1. Stojak na kroplówki	12
	2. Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne	4
	3. Statyw do kroplówek	10
	4. Podest jednostopniowy	5
	5. Podest dwustopniowy	3
	6. Wiadro na odpady medyczne	4
	7. Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki	29
	8. Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne	6
	9. Rolki do przemieszczania pacjenta	3
Część 5	Szyna sprzętowa	2
Część 6	Parawan sufitowy (OIT izolatka/sala chorych 8 stanowiskowa)	13
Część 7	1. Zestaw do intubacji	8
	2. Torba reanimacyjna z wyposażeniem	1
	3. Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym	11
Część 8	1. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej/wózek-łóżko	8
	2. Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej	1
	3. Wózek do pielęgnacji chorych w pozycji leżącej	1
Część 9	1. Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym	2
	2. Parawan przejezdny z ochroną RTG	2
Część 10	1. Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji wózków transportowych	1
	2. Pistolet z wymiennymi końcówkami do mycia ręcznego precyzyjnych narzędzi	3
	3. Pistolet bez wymiennych końcówek do oczyszczania sprężonym powietrzem precyzyjnych narzędzi	3
Część 11	Ssak elektryczny	4
Część 12	1. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	1
	2. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, z funkcją archiwizacji	1

- Miejsce dostawy: **Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi.**
- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12.1. SIWZ.
- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.12.1. SIWZ.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 4 do SIWZ**.
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod CPV główny	33190000	
Kod CPV uzupełniające:	Część 1	39151000
	Część 2	39151000
	Część 3	39151000
	Część 4	33190000
	Część 5	33190000
	Część 6	33190000
	Część 7	33100000
	Część 8	33190000
	Część 9	33190000
	Część 10	39330000
	Część 11	33100000
	Część 12	39330000

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, która część/ części zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy/podwykonawcom wraz z wykazem zakresu zadań zleczanych podwykonawcy/podwykonawcom oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy/podwykonawców. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w ww. zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stanowi aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie Wykonawcy, w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ**.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 Pzp dotyczące	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu	Wykaz oświadczeń/dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 Pzp
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; <i>Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny</i>	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.	
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; <i>Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny</i>		
3) zdolności technicznej lub zawodowej <i>Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny</i>		
Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia		
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.		

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oświadczenie potwierdzające zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotów, o których mowa w pkt. V.4 SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. V.1.2) SIWZ.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) (art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Vb. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

Lp.	Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.	Termin wystawienia
1. art. 24 ust. 1 pkt 13	Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz 2017r. poz. 60 i 1051), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. art. 24 ust. 1 pkt 14	Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 ustawy Pzp;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Lp.	Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyższej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.	Termin wystawienia
3. art. 24 ust. 1 pkt 15	Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.	
4. art. 24 ust. 1 pkt 16	Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
5. art. 24 ust. 1 pkt 17	Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
6. art. 24 ust. 1 pkt 18	Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
7. art. 24 ust. 1 pkt 19	Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		

Lp.	Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają <u>dostarczyć</u> na wezwanie <u>zamawiającego</u> wykonawcy, których oferta została <u>najwyżej oceniona</u> , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.	Termin wystawienia
8. art. 24 ust. 1 pkt 20	Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
9. art. 24 ust. 1 pkt 21	Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. poz. 1541 oraz z 2017r. poz. 724 i 993)	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. art. 24 ust. 1 pkt 22	Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.	
11. art. 24 ust. 1 pkt 23	Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 i 1132) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.			
12. art. 24 ust. 5 pkt 1	Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3. do SIWZ.	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. <i>Zamawiający pobierze ten dokument z bazy danych wskazanej przez Wykonawcę.</i>	

Lp.	Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyższej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.	Termin wystawienia
	upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).			

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia

- 13.** 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- 14.** 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 1, 2, 9 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- 15.** 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, 2, 9, składa dokument, o którym mowa w pkt 14 tabeli ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 14 tabeli ust. 2 stosuje się.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

- 16.** W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

2. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa:
– w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
– w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;
c) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres

- wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
- d) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- f) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. V b. ust. 3 SIWZ.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w V i V b. SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669, z 2019 r. poz. 60.), zgodnie z art. 26 ust 6 PZP.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. V ust. 1 i V b. ust. 1 SIWZ, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w pkt. V b. ust. 1 pkt 15 tabeli, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
10. Wykonawca, **W TERMINIE 3 DNI** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu **OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (**Załącznik nr 5 do SIWZ**).
- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zgodnie z V, Vb, Vc. SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia – standardowego formularza Jednorodnego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, Vb i Vc. SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.
15. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, V b i Vc. SIWZ, zgodnie z art. 26 ust 4 PZP.
16. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
17. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
18. Zapisy Rozdziału IX SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert - dla oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
 - 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
 - 3) brak podstaw wykluczeniastosuje się odpowiednio.

Vc. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien złożyć na WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
 - a. prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w języku polskim) potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wymagane SIWZ.
 - b. oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymagań w zakresie wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach 1.1. – 1.12. SIWZ – w przypadku braku potwierdzenia każdego z parametrów w dokumentach, o których mowa w pkt Vc. pkt. 1 ust. a SIWZ.
2. Dokumenty należy czytelnie oznaczyć w zakresie przypisania danego dokumentu do oferowanego wyrobu.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:
 - a. miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP **/IML_Lodz/SkrytkaESP****ORAZ**

- b. **poczty elektronicznej** (email) na adres: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl .
2. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej i odbywa się zgodnie z:
 - a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.);
 - b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).
 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
 4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z miniPortalu” oraz „Regulaminie ePUAP”.
 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SIWZ, zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.
 7. Zamawiający udostępni klucz publiczny i identyfikator postępowania na swojej stronie internetowej www.iml.biz.pl wraz z dokumentacją postępowania. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dostępne są także na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki.
 10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
 11. Korespondencja z Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy.
 12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
 - a. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. – w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.)oraz
 - b. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
 13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 14. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
 15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na 6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
17. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaze (bez ujawniania źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści zmianę SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ. Wszelkie zmiany wprowadzone do SIWZ przez Zamawiającego będą obowiązywały zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę. Natomiast zmiany wprowadzone na własną rękę przez Wykonawcę skutkować będą odrzuceniem oferty.
19. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.
20. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 15.
21. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
22. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piechota Dział Zamówień Publicznych, tel. 42 307 09 97, e-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl .
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakiegokolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w swojej siedzibie.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wnieścia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi **14.959,84 zł**, słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100. Łączna kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne części:

Nr części	Kwota wadium dla poszczególnych części postępowania	Kwota wadium dla poszczególnych części - słownie:
Część 1	3.364,90 zł	Trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złotych 90/100
Część 2	4.583,40 zł	Cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100
Część 3	1.344,00 zł	Tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote 00/100
Część 4	988,80 zł	Dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 80/100
Część 5	36,00 zł	Trzydzieści sześć złotych 00/100
Część 6	312,00 zł	Trzysta dwanaście złotych 00/100
Część 7	2.818,52 zł	Dwa tysiące osiemset osiemnaście 52/100
Część 8	189,59 zł	Sto osiemdziesiąt dziewięć 59/100
Część 9	189,59 zł	Sto osiemdziesiąt dziewięć 59/100
Część 10	252,00 zł	Dwieście pięćdziesiąt dwa 00/100
Część 11	233,26 zł	Dwieście trzydzieści trzy złote 26/100
Część 12	647,78 zł	Sześćset czterdzieści siedem złotych 78/100
RAZEM	14.959,84 zł	Czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100

2. **Wadium należy przed upływem terminu składania ofert.**
3. Wadium może być wniesione w:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr: **74 1240 3073 1111 0010 5905 3755** z dopiskiem na przelewie: „**Wadium – postępowanie 1/ZP/PN/19**”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale oraz obejmować cały okres wiązania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny **GWARANTA**, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 3 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć poprzez załączenie pliku do oferty.
8. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
9. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).
2. **Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej w niniejszym**

postępowaniu do upływu terminu składania ofert:

- a) Wypełniony **Formularz ofertowy** – załącznik nr 2 do SIWZ.
 - b) Wypełniony **Formularz asortymentowy** (w częściach, na które Wykonawca składa ofertę) – według wzorów stanowiących załączniki od nr 1.1. do nr 1.12. do SIWZ.
 - c) **Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.**
 - d) **Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 3 do SIWZ** (elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE). Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - d.1) W przypadku **wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - d.2) Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX. 2.d). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
 - d.3) Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX. 2.d). niniejszej SIWZ.
 - e) **Pełnomocnictwo** (jeżeli jest wymagane).
 - f) **Zobowiązanie** podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeśli dotyczy).
 - g) W przypadku **wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** – dokument ustanawiający **pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 - h) **Uprawdopodobnienie**, że zastrzeżone informacje stanowią **tajemnicę przedsiębiorstwa** (jeśli dotyczy).
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. **Wykonawca składa ofertę WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.** Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i na stronie internetowej Zamawiającego. Do formularza do składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze 150MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je (każdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować i zapisać te pliki w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania, a następnie załączyć do formularza do składania ofert.
5. W formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
7. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych „.doc”, „.docx” lub „.pdf” oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania został opisany w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”. Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z „Regulaminem miniPortalu”.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie **oryginałów** w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy dołączonych do SIWZ oraz, aby załączone pliki zawierały nazwę identyfikującą

dany dokument, tytuł postępowania oraz oznaczenie Wykonawcy.

10. Do oferty należy dołączyć **JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA** (załącznik nr 3) w **postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11. **DOKUMENTY** tworzące ofertę muszą być **PODPISANE** przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy **KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM**. Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty.
12. **PEŁNOMOCNICTWO** do składania ofert składane jest w **ORYGINALE** opatrzone **KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM** osób/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 ze zm.). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
13. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby.
14. Oświadczenia lub dokumenty, o których jest mowa w rozdziale V, V.b i V.c SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10 **składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem**.
15. **POŚWIADCZENIA ZA ZGODNOŚĆ** z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, o której mowa w ust. 14, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
17. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą jak i na żądanie Zamawiającego w językach obcych mają być złożone z **tłumaczeniem** na język polski. Tłumaczenie może zostać złożone zarówno w formie oryginału jak i elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z zm.).
19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
20. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
21. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

22. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
23. Wykonawca może wprowadzić **zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty** pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. za pomocą formularza zmiany dostępnego poprzez konto ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
24. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert **wycofać** się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek tj. za pomocą formularza wycofania oferty dostępnego poprzez konto ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal. Sposób zmiany oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Wycofanie oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty wycofywane nie będą otwierane.
25. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **17.05.2019 r. do godz. 09:00** na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /IML_Lodz/SkrytkaESP
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, al. Piłsudskiego 12, Dział Zamówień Publicznych w dniu: **17.05.2019 r. o godz. 11:00**.
5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt.1, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - dla części 1, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 „łączna cena ofertowa brutto”(C), „Gwarancja” (G) oraz „Parametry techniczne” (P);
 - dla części 2, 3, 4, 5 i 6 „łączna cena ofertowa brutto”(C) oraz „Gwarancja” (G).
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

w zakresie części 1, 7, 8, 9, 10, 11 i 12:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny kryterium
Łączna cena ofertowa brutto	90%	90	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 90 \text{ pkt}$
Okres gwarancji	5%	5	Zamawiający będzie ocenił zaoferowany przez Wykonawcę termin gwarancji (G). Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji.
Parametry techniczne	5%	5	$P = \frac{\text{Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie}}{\text{Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert}} \times 5 \text{ pkt}$
RAZEM	100%	100	

w zakresie części 2, 3, 4, 5 i 6:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny kryterium
Łączna cena ofertowa brutto	90%	90	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 90 \text{ pkt}$
Okres gwarancji	10%	10	Zamawiający będzie ocenił zaoferowany przez Wykonawcę termin gwarancji (G). Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji.
RAZEM	100%	100	

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
 - $L = C + G + P$ dla części 1, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
 - $L = C + G$ dla części 2, 3, 4, 5 i 6.
4. Ocena punktowa w kryterium „łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według sposobu (wzoru) opisanego w tabelach powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie złożonego przez wykonawcę Załącznika nr 2 do SIWZ („Formularz ofertowy”). W przypadku, jeśli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym w pkt. III ust. 1) w kryterium oceny ofert „Gwarancja” oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji.
6. Ocena punktowa w kryterium „Parametry techniczne” dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę Załącznika od nr 1.1 do nr 1.12 do SIWZ.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. W przypadku spółek cywilnych Zamawiający żąda przedłożenia umowy spółki.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Wykonawca powinien złożyć w dniu dostawy (przy odbiorze):
 - a. dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych, na zaoferowany sprzęt medyczny;
 - b. deklarację zgodności wystawioną przez producenta dla wyrobów medycznych;
 - c. wniosek o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu do obrotu – dla wyrobów medycznych;
 - d. inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym (dotyczy wszystkich części);
 - e. atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej, jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli).

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stanowi **Załącznik nr 4 do SIWZ**.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopii odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie 16 internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
14. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Odpis skargi przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi.
18. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVII. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA INWESTYCJI MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.** z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (nr tel. 42 206 88 60, adres e-mail: iml@iml.biz.pl);
 - Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- * ***Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*
- ** ***Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załączniki SIWZ:

- Załącznik nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 1”
- Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 2”
- Załącznik nr 1.3 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 3”
- Załącznik nr 1.4 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 4”

- Załącznik nr 1.5 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 5”
- Załącznik nr 1.6 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 6”
- Załącznik nr 1.7 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 7”
- Załącznik nr 1.8 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 8”
- Załącznik nr 1.9 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 9”
- Załącznik nr 1.10 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 10”
- Załącznik nr 1.11 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 11”
- Załącznik nr 1.12 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Część 12”
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie JEDZ
- Załącznik nr 4 - Wzór umowy
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 1				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 12 skutkuje odrzuceniem oferty.				
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		-
2	Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu.	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2		-
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie załaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne, 6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,	TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia		-
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do dostawy, montażu i uruchomienia oferowanego produktu.	TAK		-
5	W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie, montażu i uruchomieniu do odebrania opakowań po dostarczonem, zmontowanym i uruchomionym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt.	TAK		-
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym). Wykonawca przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy uzgodni z Zamawiającym kolorystykę w zakresie przedmiotów zamówienia (jeśli dotyczy).	TAK		-
7	Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK		-
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które byłyby możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej	TAK		-
9	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		-
1	Szafka szatniowa czterodrzwiowa (w tym 4 szt. z ławką)	Liczba sztuk: 12		
25	nazwa produktu	podać		-
26	model/typ	podać		-
27	producent/kraj	podać		-
28	Szafka ubraniowa czterodrzwiowa metalowa			-
29	Montaż: 1/BLO/01 Szatnia personelu (brudna); 1/BLO/04 Szatnia personelu (brudna); 2/OIT/02 Szatnia	TAK, podać		-
		TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
30	Wykonanie z blachy o grubości min. 0,8 mm, malowanej proszkowo	TAK, podać		-
31	Każda z komór szafki wyposażona w półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe, wyposażona dodatkowo w minimum 2 haczyki	TAK, podać		-
32	Drzwi zamykane zamkiem patentowym z ryglowaniem min. trzypunktowym	TAK, podać		-
33	Każda z komór szafki wyposażona w otwory wentylacyjne	TAK, podać		-
34	Szafka na cokołe o wysokości min. 50 mm, wyposażona w regulowane stopki	TAK, podać		-
35	Ławka wymiary (szerokość x wysokość) max.: 800 x 450 mm - dla 4 szt. szafek	TAK, podać		-
36	Wymiary szafki (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 500 x 1800 (max. 2200 z ławeczką) mm +/-10%	TAK, podać		-
2	Szafka szatniowa dwudrzwiowa (w tym 1 szt. z ławką)	Liczba sztuk: 5		
37	nazwa produktu	podać		-
38	model/typ	podać		-
39	producent/kraj	podać		-
40	Szafka ubraniowa dwudrzwiowa metalowa			-
40	Montaż: 1/BLO/01 Szatnia personelu (brudna); 1/BLO/04 Szatnia personelu (brudna); 2/OIT/02 Szatnia	TAK, podać		-
41	Wykonanie z blachy o grubości min. 0,8 mm, malowanej proszkowo	TAK, podać		-
42	Każda z komór szafki wyposażona w półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe, wyposażona dodatkowo w minimum 2 haczyki	TAK, podać		-
43	Drzwi zamykane zamkiem patentowym z ryglowaniem min. trzypunktowym	TAK, podać		-
44	Każda z komór szafki wyposażona w otwory wentylacyjne	TAK, podać		-
45	Szafka na cokołe o wysokości min. 50 mm, wyposażona w regulowane stopki	TAK, podać		-
46	Ławka wymiary (szerokość x wysokość) max.: 400 x 450 mm - dla 1 szt. szafki	TAK, podać		-
47	Wymiary szafki (szerokość x głębokość x wysokość) max.: 400 x 500 x 1800 mm (max. 2200 z ławeczką).	TAK, podać		-
3	Szafa metalowa ubraniowa dwuprzdziałowa	Liczba sztuk: 5		
48	nazwa produktu	podać		-
49	model/typ	podać		-
50	producent/kraj	podać		-
51	Metalowa szafa na ubrania dwuprzdziałowa do ustawienia na ławce			-
52	Montaż: 0/STE/13 Szatnia	TAK, podać		-
53	Konstrukcja wykonana z blachy zgrzewanej zabezpieczona przed działaniem korozji	TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
54	Drzwi wyposażone w: - wizytownik na zewnętrznej stronie drzwi, - otwory wentylacyjne, - zamek cylindryczny 3 punktowy w systemie typu Master (możliwość otwarcia wszystkich zamków danej serii specjalnym kluczem), - 2 klucze standardowe	TAK, podać		-
55	Pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części			
56	Wewnątrz każdej komory: - stała półka, światło półki 250 mm ($\pm 10\%$), - drążek z 2 haczykami	TAK, podać		-
57	Wymiary szafki ($\pm 10\%$): - szerokość 80 cm, - głębokość 50 cm, - wysokość 180 cm	TAK, podać		-
58	Wyposażona w wysuwaną ławkę. - konstrukcja ławki wykonana ze stali zabezpieczonej przed działaniem korozji, - przystosowana do montażu szafki na ławkę, - wysuwane siedzisko ławki, - listwy ławki wykonane z lakierowanej sklejki o grubości min. 12 mm, - wymiary ławki ($\pm 10\%$): - szerokość 80 cm, - głębokość 30 cm, - wysokość 40 cm.	TAK, podać		-
4	Krzesło składane/ Krzesło zwykłe	Liczba sztuk: 19		
59	nazwa produktu	podać		-
60	model/typ	podać		-
61	producent/kraj	podać		-
62	Krzesło składane	TAK, podać		-
63	Siedzisko i oparcie pleców wykonane z łatwowymywalnego plastiku, kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK, podać		-
64	Stelaż krzesła metalowy w kolorze jasnoszarym (alu)	TAK, podać		-
65	Masa krzesła nie przekraczająca 3,5 kg	TAK, podać		-
66	Wymiary krzesła (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 460 x 420 x 820 mm	TAK, podać		-
5	Krzesło/ krzesło tapicerowane	Liczba sztuk: 13		
67	nazwa produktu	podać		-
68	model/typ	podać		-
69	producent/kraj	podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
70	Krzesło tapicerowane, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
71	Stelaż metalowy, chromowany	TAK, podać		-
72	Siedzisko oraz wstawka oparcia tapicerowane materiałem zmywalnym	TAK, podać		-
73	Wymiary krzesła (szerokość x głębokość x wysokość): 380 x 440 x 850 mm (+/- 50 mm)	TAK, podać		-
6	Krzesło robocze	Liczba sztuk: 9		
74	nazwa produktu	podać		-
75	model/typ	podać		-
76	producent/kraj	podać		-
77	Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska	TAK, podać		-
78	Podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału	TAK, podać		-
79	Podparcie dla nóg na całym obwodzie	TAK, podać		-
80	Regulowany kąt ustawienia oparcia	TAK, podać		-
81	Powierzchnie zewnętrzne krzesła gładkie, odporne na działanie rozтворów środków do dezynfekcji powierzchniowej	TAK, podać		-
7	Krzesło obrotowe	Liczba sztuk: 3		
82	nazwa produktu	podać		-
83	model/typ	podać		-
84	producent/kraj	podać		-
85	Krzesło/ Fotel obrotowy biurowy, przejezdny	TAK, podać		-
86	Fotel z płynną regulacją wysokości położenia siedziska	TAK, podać		-
87	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie nie mniejszym niż 470 - 550 mm	TAK, podać		-
88	Siedzisko o wymiarach (szerokość x głębokość) około: 500 x 510 mm (+/- 50 mm)	TAK, podać		-
89	Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz tkaniną skóropodobną, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
90	Oparcie tapicerowane siatką, a w górnej części tkaniną skóropodobną	TAK, podać		-
91	Oparcie fotela wyposażone w podpórkę części lędźwiowej, o regulowanej wysokości	TAK, podać		-
92	Wysokość oparcia nie mniejsza niż 700 mm	TAK, podać		-
93	Podłokietniki z regulacją wysokości położenia (mechanizm zwalniający regulację - przycisk)	TAK, podać		-
94	Fotel wyposażony w mechanizm "Tilt" lub równoważny	TAK, podać		-
95	Chromowana, stalowa podstawa jezdna	TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
96	Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 600 x 600 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać		-
8.	Fotel obrotowy/ Fotel biurowy o regulowanej wysokości siedziska/ Krzesło obrotowe	Liczba sztuk: 14		
96	nazwa produktu			
97	model/typ	podać		-
98	producent/kraj	podać		-
99	Fotel obrotowy biurowy, przejezdny	podać		-
100	Fotel z płynną regulacją wysokości położenia siedziska	TAK, podać		-
101	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie nie mniejszym niż 460 - 570 mm	TAK, podać		-
102	Siedzisko o wymiarach (szerokość x głębokość) około: 470 x 430 mm (+/- 10%)	TAK, podać		-
103	Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane	TAK, podać		-
104	Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać		-
105	Oparcie ergonomicznie wyprofilowane	TAK, podać		-
106	Oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną	TAK, podać		-
107	Regulacja wysokość położenia oparcia pleców bez konieczności wstawiania z krzesła	TAK, podać		-
108	Możliwość regulacji kąta wychylenia oparcia pleców względem siedziska - minimum 5 pozycji.	TAK, podać		-
109	Regulacja wychylenia realizowana bez konieczności wstawiania krzesła	TAK, podać		-
110	Podłokietniki z regulacją wysokości położenia (mechanizm zwalniający regulację - przycisk)	TAK, podać		-
111	Fotel wyposażony w mechanizm "Tilt" lub równoważny	TAK, podać		-
	Chromowana (stalowa) lub nylonowa podstawa jezdna	TAK, podać		-
9.	Fotel wypoczynkowy	Liczba sztuk: 6		
112	nazwa produktu			
113	model/typ	podać		-
114	producent/kraj	podać		-
115	Fotel wypoczynkowy	podać		-
116	Rama drewniana	TAK, podać		-
117	Tapicerka zmywalna, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
118	Wymiary: - wysokość: 110 cm (+/-20%) - szerokość: 70 cm (+/-20%) - głębokość: 80 cm (+/-20%)	TAK, podać		-
10.	Kanapa rozkładana	Liczba sztuk: 1		
				-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
119	nazwa produktu	podać		-
120	model/typ	podać		-
121	producent/kraj	podać		-
122	Kanapa rozkładana/ Wersalka na ramie drewnianej z pojemnikiem na pościel	TAK, podać		-
	Tapicerka zmywalna, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać		-
11. Sofa 3 osobowa		Liczba sztuk: 1		
123	nazwa produktu	podać		-
124	model/typ	podać		-
125	producent/kraj	podać		-
126	Sofa 3 osobowa	TAK, podać		-
127	Tapicerka zmywalna, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać		-
12. Wózek do przewożenia potraw		Liczba sztuk: 1		
128	nazwa produktu	podać		-
129	model/typ	podać		-
130	producent/kraj	podać		-
131	Wózek do przewożenia potraw, wyposażony w 3 półki, wykonany ze stali nierdzewnej	TAK, podać		-
132	Maksymalne obciążenie półek min. 50 kg	TAK, podać		-
133	Wózek wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku	TAK, podać		-
134	Wózek na kółkach o średnicy fi min. 70 mm. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża	TAK, podać		-
135	Wymiary: 900x600x900 mm (+/- 20%)	TAK, podać		-
13. Kosz zamykany na pedał		Liczba sztuk: 4		
136	nazwa produktu	podać		-
137	model/typ	podać		-
138	producent/kraj	podać		-
139	Pojemnik - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać		-
140	Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości	TAK, podać		-
141	Pojemność kosza nie większa niż 30 litrów	TAK, podać		-
142	Wymiary kosza (szerokość x głębokość x wysokość) około: 380 x 300 x 450 mm (+/-10 mm)	TAK, podać		-
14. Szczotka do WC		Liczba sztuk: 9		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
143	nazwa produktu	podać		-
144	model/typ	podać		-
145	producent/kraj	podać		-
146	Szczotka WC z pojemnikiem, wykonana ze stali nierdzewnej	TAK, podać		-
147	Szczotka wolnostojąca z możliwością zamocowania do ściany	TAK, podać		-
148	Wymienna końcówka szczotki	TAK, podać		-
15.	Wózek sprzątacza	Liczba sztuk: 6		
149	nazwa produktu	podać		-
150	model/typ	podać		-
151	producent/kraj	podać		-
152	Wózek sprzątacza	TAK, podać		-
153	Dwa wiadra o pojemności min. 20 litrów	TAK, podać		-
154	Stelaż chromowany	TAK, podać		-
155	Kółka samokrętne	TAK, podać		-
156	Prasa do wyciskania mopów	TAK, podać		-
157	Koszyk metalowy	TAK, podać		-
158	Wymiary: 120 x 60 x120 cm (+/- 20%)	TAK, podać		-
15.	Aparat telefoniczny	Liczba sztuk: 17		
159	nazwa produktu	podać		-
160	model/typ	podać		-
161	producent/kraj	podać		-
162	Aparat telefoniczny bezprzewodowy	TAK, podać		-
163	Integracja z linią telefoniczną: analogowa	TAK, podać		-
164	Identyfikacja numeru przychodzącego	TAK, podać		-
165	Ekran czarno - biały LCD	TAK, podać		-
166	Wewnętrzna książka telefoniczna min. 50 wpisów	TAK, podać		-
17	Niszczyarka	Liczba sztuk: 2		
167	nazwa produktu	podać		-
168	model/typ	podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
169	producent/kraj	podać		-
170	Niszczarka dokumentów, zasilana elektrycznie	TAK, podać		-
171	Niszczenie jednorazowe [szt.] min.: 10	TAK, podać		-
172	Wymiary: - wysokość: 50 cm (+/- 20%) - szerokość: 40 cm (+/- 20%) - głębokość 22 cm (+/- 20%)	TAK, podać		-
173	Pojemność kosza [l]: 20 (+/- 20%)	TAK, podać		-
174	Waga [kg]: 4 (+/- 20%)	TAK, podać		-
175	Funkcja cofania	TAK, podać		-
176	Funkcje bezpieczeństwa: - zabezpieczenie przed przegrzaniem - zabezpieczenie przed zbyt dużą ilością kartek	TAK, podać		-
18.	Kuchenka mikrofalowa	Liczba sztuk: 1		
177	nazwa produktu	podać		-
178	model/typ	podać		-
179	producent/kraj	podać		-
180	Kuchenka mikrofalowa			-
181	Typ: wolnostojąca	TAK, podać		-
182	Pojemność [l] : 25 (+/- 20%)	TAK, podać		-
183	Średnica talerza obrotowego [cm] : 25 (+/- 20%)	TAK, podać		-
184	Kierunek otwierania: w lewo	TAK, podać		-
185	Napięcie [V]: 230	TAK, podać		-
186	Sterowanie: elektroniczne	TAK, podać		-
187	Wyświetlacz elektroniczny: tak	TAK, podać		-
188	Wymiary: - wysokość: 30 cm (+/- 20%) - szerokość: 50 cm (+/- 20%) - głębokość 40 cm (+/- 20%)	TAK, podać		-
19.	Czajnik elektryczny	Liczba sztuk: 1		
189	nazwa produktu	podać		-
190	model/typ	podać		-
191	producent/kraj	podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
192	Czajnik elektryczny	TAK, podać		-
193	Pojemność 1,5 L (+/- 20%)	TAK, podać		
194	Wykonanie: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne	TAK, podać		-
195	Element grzejny: ukryta grzałka	TAK, podać		-
196	Wskaźnik poziomu wody: tak	TAK, podać		-
197	Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie	TAK, podać		-
198	Otwieranie pokrywy: przycisk	TAK, podać		-
199	Moc grzałki [W] max.: 1800	TAK, podać		-
20.	Waga elektroniczna			
200	nazwa produktu	Liczba sztuk: 2		
201	model/typ	podać		-
202	producent/kraj	podać		-
203	Waga elektroniczna ze wzrostomierzem	podać		-
204	Obciążenie maksymalne min. 200 kg	TAK, podać		-
205	Dokładność odczytu max. 200g do 200 kg	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
206	Wyświetlacz LCD	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
207	Zakres pomiarowy wzrostomierza min. 100 ÷ 200 cm	TAK, podać		-
208	Podziałka wzrostomierza min. 0,5 cm	TAK, podać		Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
				-

Lp.		Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 2.					
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9 (skutkuje odrzuceniem oferty)					
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane, rok produkcji min. 2019		TAK		-
2	Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu.		TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2		-
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, (jeżeli występuje), 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie załaminowanego dokumentu 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne, 6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,		TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia		-
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu		TAK		-
5	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt		TAK		-
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym)		TAK		-
7	Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.		TAK		-
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej		TAK		-
9	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ		TAK		-
Wymogi ogólne odnoszące się do mebli ze stali nierdzewnej					
10	Mebel wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9		TAK, podać		-
11	Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych – w technologii szkieletu konstrukcyjnego. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu		TAK, podać		-
1	Pojemniki na czystą i brudną bieliznę		Liczba sztuk: 2		
12	nazwa produktu		podać		-
13	model/typ		podać		-
14	producent/kraj		podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
15	Pojemnik - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 120 l	TAK, podać		-
16	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali	TAK, podać		-
17	Wypozażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać		-
18	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać		-
19	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu.	TAK, podać		-
20	Wymiar pojemnika - stelaża (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 400x510x710mm (+/-20 mm)	TAK, podać		-
2	Wózek na brudną bieliznę			
21	nazwa produktu	Liczba sztuk: 6		
22	model/typ	podać		-
23	producent/kraj	podać		-
24	Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l	podać		-
25	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9	TAK, podać		-
26	Wypozażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać		-
27	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać		-
28	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu.	TAK, podać		-
29	Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 415x580x1050mm (+/-20 mm)	TAK, podać		-
3	Wózek do przewożenia bielizny			
30	nazwa produktu	Liczba sztuk: 1		
31	model/typ	podać		-
32	producent/kraj	podać		-
33	Błat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	podać		-
34	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać		-
35	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać		-
36	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%)	TAK, podać		-
37	Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
4	Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne			
38	nazwa produktu	Liczba sztuk: 2		
39	model/typ	podać		-
		podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
40	producent/kraj	podać		-
41	Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	TAK, podać		-
42	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać		-
43	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać		-
44	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%)	TAK, podać		-
45	Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
5	Wózek na czystą bieliznę			-
46	nazwa produktu	Liczba sztuk: 1		
47	model/typ	podać		-
48	producent/kraj	podać		-
49	Błat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	podać		-
50	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać		-
51	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać		-
52	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%)	TAK, podać		-
53	Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
6	Wózek szafowy na worki z brudną bielizną			-
54	nazwa produktu	Liczba sztuk: 3		
55	model/typ	podać		-
56	producent/kraj	podać		-
57	Wózek szafowy na worki z brudną bielizną, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	podać		-
58	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać		-
59	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać		-
60	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%)	TAK, podać		-
61	Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
7	Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu			-
62	nazwa produktu	Liczba sztuk: 4		
63	model/typ	podać		-
64	producent/kraj	podać		-
65	Dwa wyjmowane pojemniki na narzędzia (w tym jeden z pokrywą i uszczelką)	podać		-
		TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
66	Wymiary wewnętrzne pojemników na narzędzia (szerokość x głębokość x wysokość) około [mm]: 500 x 300 x 200 (+/- 5 mm), oraz 300 x 150 x 200 (+/- 5 mm)	TAK, podać		-
67	Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	TAK, podać		-
68	Wymiary blatu [mm]: 750 x 380 (+/- 10 mm)	TAK, podać		-
69	Wymiary wózka [mm]: 860 x 440 x 850 (+/- 10 mm)	TAK, podać		-
8	Wózek do transportu materiałów sterylnych	Liczba sztuk: 2		
70	nazwa produktu			
71	model/typ	podać		-
72	producent/kraj	podać		-
73	Wózek transportowy z dwoma blatami	podać		-
74	Blaty wykonane z polimeru	TAK, podać		-
75	Błat dolny umieszczony nie niżej niż 300 mm od podłoża	TAK, podać		-
76	Brzegi blatów wyniesione - wysokość nie mniejsza niż 80 mm (+/- 15 mm)	TAK, podać		-
77	Powierzchnia blatów gładka, łatwa do utrzymania w czystości	TAK, podać		-
78	Konstrukcja wózka metalowa - chromowana	TAK, podać		-
79	Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy nie mniejszej niż 140 mm (+/- 20 mm), z czego minimum dwa blokowane	TAK, podać		-
80	Wózek wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać		-
81	Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające [mm]: 550 x 830 x 1050 (+/- 20 mm)	TAK, podać		-
9	Wózek na materiały medyczne	Liczba sztuk: 3		
82	nazwa produktu			
83	model/typ	podać		-
84	producent/kraj	podać		-
85	Wózek - szafka na materiały medyczne	podać		-
86	Konstrukcja szafki: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9	TAK, podać		-
87	Konfiguracja	TAK, podać		-
88	Błat z pogłębieniem	TAK, podać		-
89	Szafka dwudrzwiowa	TAK, podać		-
90	Wypożyczenie szafki:	TAK, podać		-
91	Podstawa z obojami, na kołach o średnicy nie mniejszej niż 120 mm, z czego minimum dwa koła blokowane	TAK, podać		-
		TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
92	Nadstawa z minimum 10 pojemnikami na materiały medyczne, rozmieszczonymi w 2 rzędach	TAK, podać		-
93	Szyna instrumentalna - 2 szt.	TAK, podać		-
94	Wysuwane kosze na akcesoria - 10 szt.	TAK, podać		-
95	Kosz na cewniki (montowany do szyny instrumentalnej) - 1 szt.	TAK, podać		-
96	Wózek wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać		-
97	Wymiary wózka bez nadstawki (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające [mm]: 870 x 550 x 1050 (+/- 50 mm)	TAK, podać		-
17	Wózek zabiegowy z szufladą			-
98	nazwa produktu	Liczba sztuk: 2		
99	model/typ	podać		-
100	producent/kraj	podać		-
101	Wózek zabiegowy z szufladą	podać		-
102	Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9	TAK, podać		-
103	Wózek na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane	TAK, podać		-
104	Szuflada umieszczona pod blatem - 1 szt.	TAK, podać		-
105	Wózek wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać		-
106	Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 450 x 1000 x 900 (+/- 50 mm)	TAK, podać	7	-
18	Stolik zabiegowy			-
107	nazwa produktu	Liczba sztuk: 2		
108	model/typ	podać		-
109	producent/kraj	podać		-
110	Stolik zabiegowy z dwoma półkami	podać		-
111	Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9	TAK, podać		-
112	Stolik na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane	TAK, podać		-
113	Stolik wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać		-
114	Wymiary całkowite stolika (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 450 x 1000 x 900 (+/- 50 mm)	TAK, podać		-
19	Wózek transportowy			-
115	nazwa produktu	Liczba sztuk: 1		
116	model/typ	podać		-
117	producent/kraj	podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
118	Wózek transportowy, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	TAK, podać		-
119	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać		-
120	Zamykany z drzwiczkami, ruchome min. 3 półki w środku	TAK, podać		-
121	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%)	TAK, podać		-
122	Chromowany, kolor do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
20	Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną	Liczba sztuk: 26		
123	nazwa produktu			
124	model/typ	podać		-
125	producent/kraj	podać		-
126	Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l	podać		-
127	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9	TAK, podać		-
128	Wypończony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać		-
129	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać		-
130	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu	TAK, podać		-
131	Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) [mm] nie przekraczające: 500 x 500 x 960 lub 415x510x910 lub 415x580x1050 (+/-20 mm)	TAK, podać		-
21	Stelaż przejezdny na worki 60 l	Liczba sztuk: 1		
132	nazwa produktu			
133	model/typ	podać		-
134	producent/kraj	podać		-
135	Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 80 l	podać		-
136	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9	TAK, podać		-
137	Wypończony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać		-
138	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać		-
139	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu	TAK, podać		-
140	Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 420 x 350 x 700 mm lub 400x510x710 mm (+/-20 mm)	TAK, podać		-
22	Stelaż na worki na odpady	Liczba sztuk: 9		
141	nazwa produktu			
142	model/typ	podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
143	producent/kraj	podać		-
144	Wózek wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać		-
145	Konstrukcja przystosowana do umieszczenia worka o pojemności 120 litrów	TAK, podać		-
146	Pokrywa unoszona przy użyciu dźwigni nożnej	TAK, podać		-
147	Wypończony w 4 obrotowe kółka z bieżnią elastyczną nie brudzącą posadzki	TAK, podać		-
148	Co najmniej 2 kółka wyposażone w hamulce	TAK, podać		-
149	Wszelkie krawędzie zaokrąglone i wykonane w sposób zabezpieczający przed skażeniem	TAK, podać		-
23	Stolik Mayo			
150	nazwa produktu	Liczba sztuk: 4		-
151	model/typ	podać		-
152	producent/kraj	podać		-
153	Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych	podać		-
154	Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów	TAK, podać		-
155	Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni	TAK, podać		-
156	Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min. 80 mm, wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża	TAK, podać		-
157	Górny blat obracany w poziomie o min. 360°	TAK, podać		-
158	Dopuszczalne obciążenie - 15 kg, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać		-
159	Wymiary [mm]: 740x490x960 /1370 (+/- 10 mm)	TAK, podać		-
24	Stolik na instrumenty chirurgiczne			
160	nazwa produktu	Liczba sztuk: 4		-
161	model/typ	podać		-
162	producent/kraj	podać		-
163	Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9	podać		-
164	Stolik z zagłębionym blatem i półką zagłębioną montowaną na stałe	TAK, podać		-
165	Odległość między blatami min. 445 mm	TAK, podać		-
166	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku	TAK, podać		-
167	Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego	TAK, podać		-
168	Wymiary [mm]: 800x600x870 (+/- 10 mm)	TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru		Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
25	Stolik na instrumenty chirurgiczne		Liczba sztuk: 4		
169	nazwa produktu		podać		-
170	model/typ		podać		-
171	producent/kraj		podać		-
172	Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9		TAK, podać		-
173	Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, półka dolna zagłębiona		TAK, podać		-
174	Odległość między blatami min. 445 mm		TAK, podać		-
175	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku		TAK, podać		-
176	Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego		TAK, podać		-
177	Wymiary: 800x600x870 (+/- 10 mm)		TAK, podać		-
26	Stolik narzędziowy		Liczba sztuk: 3		
178	nazwa produktu		podać		-
179	model/typ		podać		-
180	producent/kraj		podać		-
181	Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9		TAK, podać		-
182	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe, stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku		TAK, podać		-
183	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.		TAK, podać		-
184	Wymiary blatu [mm]: 1200x600 (+/- 50 mm)		TAK, podać		-
185	Wymiary stolika [mm]: 1315x670x870 (+/- 50 mm)		TAK, podać		-
27	Stolik narzędziowy		Liczba sztuk: 1		
186	nazwa produktu		podać		-
187	model/typ		podać		-
188	producent/kraj		podać		-
189	Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9		TAK, podać		-
190	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe		TAK, podać		-
191	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku		TAK, podać		-
192	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą)		TAK, podać		-
193	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem		TAK, podać		-
194	Wymiary blatu: 1500x600 mm, wymiary całkowite 1615x670x870 (+/- 50 mm)		TAK, podać		-

Postępowanie nr 1/ZP/PN/19					
Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości	
Część 3.					
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 – 9 skutkuje odrzuceniem oferty					
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane, rok produkcji min. 2019.	TAK			-
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim)	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2			-
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, (jeżeli występuje), 2) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji 3) paszport techniczny, 4) karty gwarancyjne, 5) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,	TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia			-
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu	TAK			-
5	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK			-
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym)	TAK			-
7	Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK			-
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej	TAK			-
9	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK			-
1	Taboret obrotowy z oparciem				
10	nazwa produktu	Liczba sztuk: 8			
11	model/typ	podać			-
12	producent/kraj	podać			-
13	Taboret obrotowy przejezdny z oparciem pleców	podać			-
14	Siedzisko tapicerowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać			-
		TAK, podać			-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
15	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub 490/630mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać		-
16	Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku OH18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm	TAK, podać		-
17	Minimum 2 koła blokowane	TAK, podać		-
18	Taboret wyposażony w podporę pod nogi	TAK, podać		-
2	Taboret obrotowy bez oparcia	TAK, podać		-
19	nazwa produktu	Liczba sztuk: 22		
20	model/typ	podać		-
21	producent/kraj	podać		-
22	Taboret obrotowy przejezdny	podać		-
23	Siedzisko tapicerowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-
24	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub 490/630mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać		-
25	Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku OH18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm	TAK, podać		-
26	Minimum 2 koła blokowane	TAK, podać		-
27	Taboret wyposażony w podporę pod nogi	TAK, podać		-
3	Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę	TAK, podać		-
28	nazwa produktu	Liczba sztuk: 4		
29	model/typ	podać		-
30	producent/kraj	podać		-
31	Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podporę pleców oraz podporę ręki.	podać		-
32	Taboret obrotowy, przejezdny	TAK, podać		-
33	Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać		-
34	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać		-
35	Funkcja odchylenia siedziska	TAK, podać		-
36	Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać		-
37	Regulacja wysokości położenia podpory pleców	TAK, podać		-
38	Podpora ręki wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
39	Regulacja wysokości położenia podpory ręki	TAK, podać		-
40	Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub chromowanego metalu	TAK, podać		-
42	Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		
4	Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę	Liczba sztuk: 4		
42	nazwa produktu	podać		-
43	model/typ	podać		-
44	producent/kraj	podać		-
45	Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podporę pleców oraz podporę ręki	TAK, podać		-
46	Taboret obrotowy, przejezdny	TAK, podać		-
47	Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać		-
48	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, realizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać		-
49	Funkcja odchylenia siedziska	TAK, podać		-
50	Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać		-
51	Regulacja wysokości położenia podpory pleców	TAK, podać		-
52	Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub chromowanego metalu	TAK, podać		-
53	Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego	TAK, podać		-

Postępowanie nr 1/ZP/PN/19				
Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 4.				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 – 9 skutkuje odrzuceniem oferty.				
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		-
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim)	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2		-
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zaalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne, 6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia		-
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu	TAK		-
5	W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		-
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym)	TAK		-
7	Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK		-
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej	TAK		-
9	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		-
1	Stojak na kropiółki	Liczba sztuk: 12		
10	nazwa produktu	podać		-
11	model/typ	podać		-
12	producent/kraj	podać		-
13	Stojak na kropiółki wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać		-
14	Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm.	TAK, podać		-

Str. 1 z 4

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
15	Średnica podstawy nie większa niż 650 mm.	TAK, podać		-
16	Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.	TAK, podać		-
17	Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm	TAK, podać		-
2 Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne				
18	nazwa produktu	Liczba sztuk: 4		
19	model/typ	podać		-
20	producent/kraj	podać		-
21	Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	podać		-
22	Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK		-
23	Średnica podstawy nie większa niż 650 mm	TAK, podać		-
24	Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać		-
25	Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm	TAK, podać		-
3 Statyw do kroplówek				
26	nazwa produktu	Liczba sztuk: 10		
27	model/typ	podać		-
28	producent/kraj	podać		-
29	Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	podać		-
30	Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać		-
31	Średnica podstawy nie większa niż 650 mm	TAK, podać		-
32	Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać		-
33	Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm	TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru		Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
4	Podest jednostopniowy		Liczba sztuk: 5		
18	nazwa produktu		podać		-
19	model/typ		podać		-
20	producent/kraj		podać		-
21	Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9		TAK, podać		-
22	Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm-możliwość wy poziomowania		TAK, podać		-
23	Na powierzchni paski antypoślizgowe		TAK, podać		-
24	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK, podać		-
25	Wymiary: 500x300x200 (+/- 50 mm)		TAK, podać		-
5	Podest dwustopniowy		Liczba sztuk: 3		
26	nazwa produktu		podać		-
27	model/typ		podać		-
28	producent/kraj		podać		-
29	Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9		TAK, podać		-
30	Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm-możliwość wy poziomowania		TAK, podać		-
31	Na powierzchni paski antypoślizgowe		TAK, podać		-
32	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK, podać		-
33	Wymiary: 500x650x400 (+/- 50 mm)		TAK, podać		-
6	Wiadro na odpady medyczne		Liczba sztuk: 4		
34	nazwa produktu		podać		-
35	model/typ		podać		-
36	producent/kraj		podać		-
37	Wiadro mobilne z uchwytem		TAK, podać		-
38	Wiadro na odpadki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, wyposażone w uchwyt do prowadzenia		TAK, podać		-
39	Wiadro zdejmowane, umieszczone na podstawie mobilnej - kółka fi 50 mm (wszystkie bez hamulców)		TAK, podać		-
40	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża		TAK, podać		-
41	Pojemność wiadra – 10 litrów		TAK, podać		-
42	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK, podać		-
7	Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki		Liczba sztuk: 29		

Lp.	Opis parametru		Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
43	nazwa produktu		podać		-
44	model/typ		podać		-
45	producent/kraj		podać		-
46	Pojemnik - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego		TAK, podać		-
47	Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości		TAK, podać		-
48	Pojemność kosza nie większa niż 30 litrów		TAK, podać		-
49	Wymiary kosza (szerokość x głębokość x wysokość) około: 380 x 300 x 450 mm (+/-50 mm)		TAK, podać		-
8	Zamykany pojemnik na odpady medyczne / Pojemnik na odpady medyczne		Liczba sztuk: 6		-
50	nazwa produktu		podać		-
51	model/typ		podać		-
52	producent/kraj		podać		-
53	Pojemnik - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego		TAK, podać		-
54	Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości		TAK, podać		-
55	Pojemność kosza 60 litrów (+/-10%)		TAK, podać		-
9	Rolki do przemieszczania pacjenta		Liczba sztuk: 3		-
56	nazwa produktu		podać		-
57	model/typ		podać		-
58	producent/kraj		podać		-
59	Przenośnik wykonany z ramy duraluminiowej powlekanej białym lakierem poliestrowym, odpornym na uderzenia i odpryski.		TAK, podać		-
60	Rolki pokryte materiałem skóropodobnym, trwałym, zmywalnym oraz odpornym na odkształcenia, pęknięcia i rozdarcia.		TAK, podać		-
61	Rolki przeznaczone do przesuwania bezwładnego pacjenta w pozycji leżącej z łóżka na łóżko, czy też ze stołu operacyjnego na łóżko itd.		TAK, podać		-
62	Rolki dostępne w min. 3 kolorach		TAK, podać		-
63	Wymiary min. 1100 x 485 mm		TAK, podać		-
64	Udźwig min. 130 kg		TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 5.				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 – 7 skutkuje odrzuceniem oferty.				
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		-
2	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu.	TAK		-
3	W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt.	TAK		-
4	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym).	TAK		-
5	Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK		-
6	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.	TAK		-
7	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		-
1	Szyna sprzętowa	Liczba sztuk: 2		
8	nazwa produktu			
9	model/typ	podać		-
10	producent/kraj	podać		-
11	Szyna sprzętowa do powieszenia dodatkowego sprzętu medycznego (np. pomp infuzyjnych); nośność min. 10 kg	podać		-
12	Szyna o wymiarach typu DIN lub Euro	TAK, podać		-
13	Długość szyny min. 50 cm	TAK, podać		-
14	Szyna do montażu na ścianie w miejscu wskazanym przez Użytkownika.	TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 6.				
<u>Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9 skutkuje odrzuceniem oferty</u>				
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		-
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim)	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2		-
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim; w wersji papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie załaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne, 6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia		-
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu	TAK		-
5	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		-
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym)	TAK		-
7	Wykonawca, który wygra postępowanie ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK		-
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej	TAK		-
9	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		-
1	Parawan sufitowy (OIT izolatka/ sala chorych 8 stanowiskowa)	Liczba sztuk: 13		
10	nazwa produktu	podać		-
11	model/typ	podać		-
12	producent/kraj	podać		-
13	Parawan mocowany na szynie sufitowej	TAK, podać		-

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
14	Szyna aluminiowa mocowana za pomocą specjalnych złączy do sufitu	TAK, podać		-
15	Długość parawanu min. 2000 [mm]	TAK, podać		-
16	Tkanina zmywalna lub barierowa	TAK, podać		-
17	Możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego (min. 5 kolorów)	TAK, podać		-

Postępowanie nr 1/ZP/PN/19				
Opis parametru				
Lp.	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości	
Część 7.				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 8 skutkuje odrzuceniem oferty				
1	Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim)	TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2. Dokumenty z pkt. 1), 2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie załaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dostać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
4	Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsc: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika	TAK		
5	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ.	TAK		
6	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia.	TAK		
7	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika	TAK		
8	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		

Lp.	Opis parametru		Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
1	Zestaw do intubacji		Liczba sztuk: 8		
9	nazwa produktu		podać		
10	model/typ		podać		
11	producent/kraj		podać		
12	Laryngoskop: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, krótka, do intubacji osób otyłych, w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; łyżka Macintosh 3 wielorazowa - 4 szt.; łyżka Macintosh 4 wielorazowa - 4 szt.; łyżka do trudnej intubacji, typu McCoy - 1 szt. Etui do laryngoskopu - 2 szt.		TAK, podać		
13	Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowego użytku, z możliwością ukształtowania, metalowa, 3,94 mm - 40 szt. LUB Zestaw do intubacji, w zestawie z przewodnikami do rurek wykonane z aluminium pokryta tworzywem medycznym, specjalny, zabarwiony na niebiesko materiał zmniejsza tarcie między rurką a prowadnicą w rozmiarach: FR 6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14 (7,0 -100) - 40 szt. rozmiary do wyboru przez użytkownika przed dostawą.		TAK, podać		
14	Prowadnica typu Bougie: - wielorazowego użytku, - śr. 5 mm, dł. 600 mm - 1 szt. - śr. 5 mm, dł. 800 mm - 1 szt.		TAK, podać		
15	Rurki kraniowe min. 40 szt. - rozmiary do ustalenia z Użytkownikiem przed dostawą.		TAK, podać		
16	Szczypce: Szczypce Magilla 9" dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie - 1 szt.		TAK, podać		
17	Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie - 1 szt. Rezerwuar tienu do worka samorozprężalnego, Dezynfekcja w płynie - 2 szt.		TAK, podać		
18	Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie - 1 szt. Maski przezroczyste z specjalnym nadmuchiwany kółkiem nr 3 - z silikonu - 2 szt., Maski przezroczyste z specjalnym wywijanym kółkiem nr 4 - z silikonu - 2 szt. Maski przezroczyste w płynie, sterylizacja w autoklawie, w płynie Maski przezroczyste z wywijanym kółkiem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie - 2 szt.		TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
19	Aparat do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną - 1 szt.	TAK, podać		
2	Torba reanimacyjna z wyposażeniem	Liczba sztuk: 1		
20	nazwa produktu			
21	model/typ	podać		
22	producent/kraj	podać		
23	Usztynwiona i zabezpieczona torba z min. pięcioma niezależnymi przegrodami	podać		
24	Z każdego dostępu można korzystać niezależnie, można również korzystać z wielu dostępów jednocześnie w dowolnej konfiguracji	TAK, podać		
Wyposażenie torby reanimacyjnej – 1 szt.				
25	Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii – PCK			
26	Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T lub równoważny oraz szew chirurgiczny z igłą	TAK, podać		
27	Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystycznie wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm	TAK, podać		
28	Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, 7,0mm, 8,0mm, sterylna	TAK, podać		
29	Rurka intubacyjna z mankietem zwięzającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu, z otworem Murphy'ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta oraz rodzaju mankieta, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zainstalowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki, ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 - 9,0 mm co 0,5 mm	TAK, podać		
30	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm	TAK, podać		
31	Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm.	TAK, podać		
32	Jednorazowa maska kraniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklonowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 3 do 5.	TAK, podać		
33	Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu Macintosh (zakrzywione), Nr 2 (100x17mm) Nr 3 (130x18mm), Nr 4 (155x18mm), antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowod 4mm, bez elementów plastikowych, światłowod nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowod z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo,	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
	ksononowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwyty, sztywny futerał, kompatybilne z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja”, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli).			
34	Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dorosłych o masie ciała powyżej 40 lub 25kg, w zestawie z rezerwuarem tlenu 2600ml oraz dwoma przezroczystymi maskami silikonowymi z nakładkami wielofunkcyjnymi i zaczepami do paska mocującego; worek o pojemności 1600ml, wykonany z przezroczystego silikonu, zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru, maksymalna objętość dostarczanego gazu ok. 800ml lub ok. 900 ml; opór wydechowy ok. 2,6 cm H ₂ O mierzony przy przepływie 50 l/min, opór wdechowy z rezerwuarem ok. 4,2 cm H ₂ O (bez rezerwuaru ok. 3,1 cm H ₂ O) mierzony przy przepływie 50 l/min; w komplecie maski w rozmiarach: 3/4 oraz 4/5+ wyposażone w miękkie mankiety uszczelniające maskę pozwalające na obserwację twarzy pacjenta; resuscytator do sterylizacji w autoklawie; rezerwuar tlenu do dezynfekcji.	TAK, podać		
35	Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 794-3.	TAK, podać		
36	Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu.	TAK, podać		
37	Maksymalna waga respiratora max. 4 kg.	TAK, podać		
38	Tryb IPPV/ CMV.	TAK, podać		
39	Funkcja automatyczna blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej.	TAK, podać		
40	Minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV min. 150 ml	TAK, podać		
41	Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym.	TAK, podać		
42	Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” - podciśnienie max. 3 cmH ₂ O.	TAK, podać		
43	Układ pacjenta z zaworem antyinhaleacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% tlenem w atmosferze skażonej.	TAK, podać		
44	Niezależna płynna regulacja częstotliwości oddechowej i objętości oddechowej	TAK, podać		
45	Zakres regulacji częstotliwości oddechowej min. 8-40 cykli/min.	TAK, podać		Zakres wymagany - 1 pkt.; zakres większy niż wymagany - 2pkt.
46	Zakres regulacji objętości oddechowej min. 100 - 1300 ml.	TAK, podać		Zakres wymagany - 1 pkt.; zakres większy niż wymagany - 2pkt.
47	Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH ₂ O	TAK, podać		
48	Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O ₂ deklarowaną w materiałach technicznych producenta).	TAK, podać		
49	Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w funkcji podciśnienia w układzie oddechowym, min. 0-100 l/min.	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
50	Manometr ciśnienia w układzie pacjenta.	TAK, podać		
51	Alarmy min.: wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia), stałego ciśnienia w układzie pacjenta	TAK, podać		
52	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego	TAK, podać		
53	Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o natężeniu pola do min. 3 T	TAK/NIE, podać		TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
54	Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm	TAK, podać		
55	Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm	TAK, podać		
56	Torba transportowa z kieszeniami i uchwytyami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy	TAK, podać		
57	Butla tlenowa aluminiowa min. 2,7 l O ₂ z głowicą DIN ¾", pojemność 400 l O ₂ przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm.	TAK, podać		
58	Reduktor tlenowy z gniazdem AGA O ₂ i przepływomierzem obrotowym w zakresie min. 0-25 l/min., ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem	TAK, podać		
3	Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym	Liczba sztuk: 11		
59	nazwa produktu	podać		
60	model/typ	podać		
61	producent/kraj	podać		
62	Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dzieci kaniula o śr. 2 [mm]. Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm (+/-10%) umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.	TAK, podać		
63	Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4 [mm]. Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm (+/-10%) umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.	TAK, podać		
Laryngoskop				

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
64	Rękojść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojść standardowa, prosta, pediatriczna, w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Łyżka Macintosh 1 wielorazowa - 2 szt.; Łyżka Macintosh 2 wielorazowa - 2 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa - 2 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa - 2 szt.; Etui do laryngoskopu - 2 szt.	TAK, podać		
Prowadnice				
65	Prowadnica, 06FR, dziecięca - 1 szt. Prowadnica, 86FR, dorośli - 1 szt.			
Szczypce				
66	Szczypce Magilla 7,25" dla dzieci i młodzieży do sterylizacji w autoklawie - 1 szt. Szczypce Magilla 9" dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie - 1 szt.	TAK, podać		
Worek samorozprężalny				
67	Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych, dzieci i niemowląt z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie - 1 szt. Rezerwuar tienu do worka samorozprężalnego, dezynfekcja w płynie - 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 1 lub nr 2 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie - 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 3 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie - 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie - 1 szt.	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 8				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9 skutkuje odrzuceniem oferty				
1	Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim)	TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2 Dokumenty z pkt. 1), 2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zaalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czystości serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dostać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
4	Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika	TAK		
5	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		
6	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia	TAK		
7	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika	TAK		
8	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		
1	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej/wózek -łóżko (BO; OIT)	Liczba sztuk: 8		
9	nazwa produktu	podać		
10	model/typ	podać		
11	producent/kraj	podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
12	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	TAK, podać		
13	Przystosowany do monitorowania pacjenta	TAK, podać		
14	Możliwość wykonywania zdjęć RTG	TAK, podać		
15	Wyposażony w min.: składane barierki boczne, wieszak na kropłówki, zdejmowany materac, krążki odbojowe, uchwyty do pchania	TAK, podać		
16	Dopuszczalne obciążenie robocze min. 220 kg	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
17	Półka pod monitor	TAK, podać		
18	Cztery koła jezdne blokowane	TAK, podać		
19	Hydrauliczna regulacja wysokości leża sterowana nożnie po obu stronach stołu	TAK, podać		
20	Oparcie pleców regulowane sprężyną gazową	TAK, podać		
21	Pozycja anty- Trendelenburga i Trendelenburga regulowana płynnie sprężyną gazową lub przy pomocy dźwigni nożnej	TAK, podać		
22	Długość max. 2150 [mm]	TAK, podać		
23	Szerokość min. 700 [mm]	TAK, podać		
24	Zakres wysokości leża: min. 600 - 850 [mm]	TAK, podać		Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
25	Kąt odchylenia oparcia pleców min. 0° - 65°	TAK, podać		
26	Trendelenburg: min. 12°	TAK, podać		
27	Anty –Trendelenburg: min. 10°	TAK, podać		
28	Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne	TAK, podać		
2	Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej	Liczba sztuk: 1		
29	nazwa produktu	podać		
30	model/typ	podać		
31	producent/kraj	podać		
32	Szerokość siedziska min. 45 cm.	TAK, podać		
33	Głębokość siedziska min. 40 cm	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
34	Wysokość oparcia min. 40 cm	TAK, podać		
35	Szerokość całkowita wózka max. 70 cm	TAK, podać		
36	Waga wózka kompletnego (z kołami i podnożkami) max. 20 kg	TAK, podać		
37	Maksymalne obciążenie min. 120 kg	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
38	Stal chromowo-molibdenowa na ramie krzyżakowej	TAK, podać		
39	Odcyłane podłokietniki oraz regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnożki	TAK, podać		
3	Wózek do pielęgnacji chorych w pozycji leżącej	Liczba sztuk: 1		
40	nazwa produktu	podać		
41	model/typ	podać		
42	producent/kraj	podać		
43	Wózek przysznycowy na min. 1 kolumnie, z elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia pleców za pomocą zintegrowanych paneli sterujących, znajdujących się z trzech stron wózka.	TAK, podać		
44	Regulacja wysokości od podłogi do leża w zakresie min. od 600 mm do 950 mm.	TAK/NIE, podać		TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.
45	Długość całkowita max. 2150 mm	TAK, podać		
46	Szerokość leża min. 550 mm	TAK, podać		
47	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 170 kg.	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt. wyższa niż wymagana - 2 pkt.
48	Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 15°.	TAK/NIE, podać		TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
49	Przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowania.	TAK, podać		
50	Wózek wyposażony w funkcję zatrzymania obniżania leża przy napotkaniu na przeszkodę.	TAK/NIE, podać		TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
51	Elastyczna strefa leża składająca się z giętkich lameli leża, które pozwalają rozłożyć nacisk na dolną część pleców i pośladki pacjenta. Oznaczenie elastycznej strefy na materiale pozwalające na jej łatwe zlokalizowanie.	TAK/NIE, podać		TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
52	Leże wózka lekko pochylone w kierunku odpływu dla lepszego odprowadzenia wody.	TAK, podać		
53	Cztery kółka wyposażone w hamulce.	TAK, podać		
54	Poręcze boczne opuszczane z obu stron wózka.	TAK, podać		
55	Poręcze z uchwyty dla pacjenta pozwalającym się w trakcie przekręcania się na leżu a tym samym umożliwiającym bardziej aktywny udział pacjenta w trakcie kąpieli. Na poręczach uchwyt dla słuchawki przysznycowej.	TAK/NIE, podać		TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
56	Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi.	TAK/NIE, podać		TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
57	Leże o zwężonym kształcie na środku, w miejscu przerwy w konstrukcji barierki umożliwiającej opiekunowi pracę bliżej pacjenta i większy zasięg ruchów, co pozwala na lepsze utrzymanie ergonomicznej postawy opiekuna.	TAK/NIE, podać		TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
58	Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem.	TAK, podać		
59	Poduszka nienasiąkliwa pod głowę.	TAK, podać		
60	Odłączany wąż odprowadzający wodę. Możliwość skracania węża odpływowego celem jego jeszcze lepszego dostosowania do różnych warunków odprowadzania wody.	TAK, podać		
61	Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia.	TAK, podać		
62	W zestawie z wózkiem: 2 baterie i 1 ładowarka.	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 9				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9, skutkuje odrzuceniem oferty				
1	Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych), 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych), 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim).	TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2. Dokumenty z pkt. 1), 2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie załaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dostać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
4	Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika	TAK		
5	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		
6	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia	TAK		
7	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika	TAK		
8	W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		
1	Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym	Liczba sztuk: 2		
9	nazwa produktu	podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
10	model/typ	podać		
11	producent/kraj	podać		
12	Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym, składający się z kamizelki oraz spodnicy (w jednym zestawie wersja męska, w drugim zestawie wersja damska)	TAK, podać		
13	Dwustronna kamizelka ochronna RTG	TAK, podać		
14	Ekwiwalent ołowiu: 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył	TAK, podać		
15	Kamizelka wyposażona w poduszki łagodzące nacisk na barki	TAK, podać		
16	Rozmiar: M	TAK, podać		
17	Dwustronna spodnica ochronna RTG	TAK, podać		
18	Ekwiwalent ołowiu: 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył	TAK, podać		
19	Rozmiar: M	TAK, podać		
20	W komplecie wieszak przejezdny na zestaw lub wieszak z trzema obrotowymi ramionami umocowany na ruchomym statywie jezdnym	TAK, podać		
21	Możliwość wyboru kolorystyki, min. 5 kolorów	TAK, podać		5 - 10 kolorów - 1 pkt.; 11 i więcej kolorów - 2 pkt.
2	Parawan przejezdny z ochroną RTG	Liczba sztuk: 2		
22	nazwa produktu	podać		
23	model/typ	podać		
24	producent/kraj	podać		
25	Parawan ochronny RTG, jednoskrzydłowy przejezdny, z szybą lub z płytą antix, osadzoną w ramie z anodowanego aluminium	TAK, podać		
26	Parawan ochronny przed promieniowaniem jonizującym, o równoważniku ołowiu min. 0,5 mm Pb	TAK, podać		
27	Parawan wyposażony w szybę ołowianą o wymiarach nie mniejszych niż 110 x 145 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać		
28	Wymiary całkowite parawanu nie mniejsze niż (szerokość x wysokość): 900 x 1900 mm (+/- 100 mm) lub Szerokość: 80-100 cm lub 105-150 cm, wysokość: 175-195 cm	TAK, podać		
29	Możliwość wyboru koloru oraz naniesienia grafiki dekoracyjnej lub parawan w kolorze białym, bez możliwości naniesienia grafiki dekoracyjnej	TAK, podać		Parawan w kolorze białym, bez możliwości naniesienia grafiki dekoracyjnej - 0 pkt. 5 - 10 kolorów - 1 pkt.; 11 i więcej kolorów - 2 pkt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 10				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 8 skutkuje odrzuceniem oferty				
1	Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018	TAK		
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim)	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2		
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie załaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dośłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
4	Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika	TAK		
5	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		
6	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia	TAK		
7	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika	TAK		
8	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		
1	Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji wózków transportowych		Liczba sztuk: 1	
9	nazwa produktu	podać		
10	model/typ	podać		
11	producent/kraj	podać		
12	Pistolet przystosowany do zasilania sprężonym powietrzem i mycia wodą	TAK, podać		
13	Wypożyczenie min. 16 końcówek	TAK, podać		16 końcówek - 1 pkt. 17 i więcej końcówek - 2 pkt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
14	W komplecie pistolet, wąż przyłączeniowy i końcówki	TAK, podać		
2	Pistolet z wymiennymi końcówkami do mycia ręcznego precyzyjnych narzędzi	Liczba sztuk: 3		
15	nazwa produktu	podać		
16	model/typ	podać		
17	producent/kraj	podać		
18	Pistolet przystosowany do zasilania sprężonym powietrzem i mycia wodą	TAK, podać		
19	Wypożyczenie min. 8 końcówek	TAK, podać		8 końcówek - 1 pkt.
20	W komplecie pistolet, wąż przyłączeniowy i końcówki	TAK, podać		9 i więcej końcówek - 2 pkt.
3	Pistolet bez wymiennych końcówek do oczyszczania sprężonym powietrzem precyzyjnych narzędzi	Liczba sztuk: 3		
21	nazwa produktu	podać		
22	model/typ	podać		
23	producent/kraj	podać		
24	Pistolet przystosowany do zasilania sprężonym powietrzem i mycia wodą	TAK, podać		
25	W komplecie pistolet oraz wąż przyłączeniowy	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 11				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 8, skutkuje odrzuceniem oferty				
1	Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019	TAK		
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim).	TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2. Dokumenty z pkt. 1), 2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie załaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dołączyć do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
4	Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika	TAK		
5	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		
6	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia	TAK		
7	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika	TAK		
8	W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		
1	Ssak elektryczny	Liczba sztuk: 4		
9	nazwa produktu	podać		
10	model/typ	podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
11	producent/kraj	podać		
12	Ssak elektryczny przenośny	TAK, podać		
13	Możliwość 24 godzinnej pracy	TAK/NIE, podać		TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
14	Generowany przepływ min. 30 l/min.	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
15	Generowane podciśnienie min. 80 kPa.	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
16	Bezolejowa pompa próżniowa.	TAK, podać		
17	Poziom hałas nie przekraczający 45 dB.	TAK, podać		Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
18	Zasilanie 230 VAC	TAK, podać		
Wypożyczenie każdego ssaka:				
19	Zbiornik z poliwęglanu lub polisulfonu na wkłady jednorazowego użytku o pojemności minimum 1 litra.	TAK, podać		
20	Wkład jednorazowego użytku na odsysane treści - 50 szt.	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Część 12				
Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 8 skutkuje odrzuceniem oferty				
1	Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018	TAK		
2	Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim)	TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2. Dokumenty z pkt. 1), 2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpieczeństwa użytkownika, w formie załącznika do dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dołączyć do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.	TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia		
4	Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika	TAK		
5	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK		
6	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia	TAK		
7	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika	TAK		
8	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK		
1	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	Liczba sztuk: 1		
9	nazwa produktu	podać		
10	model/typ	podać		
11	producent/kraj	podać		
12	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania	TAK, podać		

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
13	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym	TAK, podać		—
14	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz	TAK, podać		—
15	Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości min. od 25 do 350 m ³ .	TAK, podać		—
16	Masa urządzenia nie przekraczająca max. 32 kg	TAK, podać		—
17	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego.	TAK, podać		—
18	Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadlenku wodoru + kationy srebra, o zapachu miętowym lub środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 2% stężeniu nadlenku wodoru lub środek na bazie 2,5% nadlenku wodoru stabilizowanego kwasem nadoctowym nie zawierającego jonów metali ciężkich lub 2 lub 6 % stężeniu nadlenku wodoru, który jest w 100 % biodegradowalny i bezpieczny zarówno dla personelu.	TAK, podać		—
19	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelkach; butelki o pojemności: 0,75 litra lub 1 litra lub 5 litrów; należy dostarczyć minimum 10 litrów środka dezynfekcyjnego.	TAK, podać		—
20	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów	TAK, podać		—
21	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9%	TAK, podać		—
22	Urządzenie z turbiną o prędkości min. 20 000 RPM lub brak turbiny	TAK, podać		Brak turbiny - 0 pkt. Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
23	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min.: 60m/s	TAK, podać		Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
24	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie	TAK, podać		—
25	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka	TAK, podać		—
26	Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów	TAK, podać		—
27	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi	TAK, podać		—
28	Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB	TAK, podać		—
29	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji	TAK, podać		—
30	Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu	TAK, podać		—
31	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych	TAK/NIE, podać		Tak = 1 pkt. Nie = 0 pkt.
2	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, z funkcją archiwizacji	Liczba sztuk: 1		
32	nazwa produktu	podać		—
33	model/typ	podać		—
34	producent/kraj	podać		—
35	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z funkcją archiwizacji	TAK, podać		—

LP.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca	Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
36	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym	TAK, podać		—
37	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz	TAK, podać		—
38	Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości min. od 25 do 350 m ³ .	TAK, podać		—
39	Masa urządzenia nie przekraczająca max. 32 kg	TAK, podać		—
40	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego	TAK, podać		—
41	Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenu wodoru + kationy srebra, o zapachu miętowym lub środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 2% stężeniu nadtlenu wodoru lub środek na bazie 2,5% nadtlenu wodoru stabilizowanego kwasem nadctowym nie zawierającego jonów metali ciężkich lub 2 lub 6 % stężeniu nadtlenu wodoru, który jest w 100 % biodegradowalny i bezpieczny zarówno dla personelu	TAK, podać		—
42	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelkach; butelki o pojemności: 0,75 litra lub 1 litra lub 5 litrów; należy dostarczyć minimum 40 litrów środka dezynfekcyjnego.	TAK, podać		—
43	Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów	TAK, podać		—
44	Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9%	TAK, podać		—
45	Urządzenie z turbiną o prędkości min. 20 000 RPM lub brak turbiny	TAK, podać		Brak turbiny - 0 pkt. Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
46	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min.: 60m/s	TAK, podać		Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
47	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie	TAK, podać		—
48	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka	TAK, podać		—
49	Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów	TAK, podać		—
50	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi	TAK, podać		—
51	Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB	TAK, podać		—
52	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji	TAK, podać		—
53	Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu	TAK, podać		—
54	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych	TAK/NIE, podać		Tak = 1 pkt. Nie = 0 pkt.

FORMULARZ OFERTOWYInwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12**OFERTA**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na**„Dostawę sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek
szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.”****I. DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy	
Adres:	
NIP:	
REGON:	
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:	
Telefon osoby do kontaktu z Zamawiającym:	
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:	
Adres e-mail:	
Adres skrzynki ePUAP:	

II. OFERUJĘ/EMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
Część 1	1. Szafka szatniowa czterodrzwiowa (w tym 4 szt. z ławką)	12					
	2. Szafka szatniowa dwudrzwiowa (w tym 1 szt. z ławką)	5					
	3. Szafa metalowa ubraniowa dwuprzekładowa	5					
	4. Krzesło składane/ Krzesło zwykłe	19					
	5. Krzesło/ krzesło tapicerowane	13					
	6. Krzesło robocze	9					
	7. Krzesło obrotowe	3					
	8. Fotel obrotowy/ Fotel biurowy o regulowanej wysokości siedziska/ Krzesło obrotowe	14					
	9. Fotel wypoczynkowy	6					

	10. Kanapa rozkładana	1					
	11. Sofa 3 osobowa	1					
	12. Wózek do przewożenia potraw	1					
	13. Kosz zamykany na pedał	4					
	14. Szczotka do WC	9					
	15. Wózek sprzątacza	6					
	16. Aparat telefoniczny	17					
	17. Niszcarka	2					
	18. Kuchenka mikrofalowa	1					
	19. Czajnik elektryczny	1					
	20. Waga elektroniczna	2					
Razem:						Razem:	
Część 2	1. Pojemniki na czystą i brudną bieliznę	2					
	2. Wózek na brudną bieliznę - akceptacja	6					
	3. Wózek do przewożenia bielizny	1					
	4. Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne	2					
	5. Wózek na czystą bieliznę	1					
	6. Wózek szafowy na worki z brudną bielizną	3					
	7. Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu	4					
	8. Wózek do transportu materiałów sterylnych	2					
	9. Wózek na materiały medyczne	3					
	10. Wózek zabiegowy z szufladą	2					
	11. Stolik zabiegowy	2					
	12. Wózek transportowy	1					
	13. Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną	26					
	14. Stelaż przejezdny na worki 60 l	1					
	15. Stelaż na worek na odpady	9					
	16. Stolik Mayo	4					
	17. Stolik na instrumenty chirurgiczne	4					
	18. Stolik na instrumenty chirurgiczne	4					
	19. Stolik narzędziowy	3					
	20. Stolik narzędziowy	1					
Razem:						Razem:	
Część 3	1. Taboret obrotowy z oparciem	8					
	2. Taboret obrotowy bez oparcia	22					
	3. Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę	4					
	4. Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę	4					

			Razem:				Razem:
Część 4	1. Stojak na kroplówki	12					
	2. Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne	4					
	3. Statyw do kroplówek	10					
	4. Podest jednostopniowy	5					
	5. Podest dwustopniowy	3					
	6. Wiadro na odpady medyczne	4					
	7. Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki	29					
	8. Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne	6					
	9. Rolki do przemieszczania pacjenta	3					
			Razem:				Razem:
Część 5	Szyna sprzętowa	2					
			Razem:				Razem:
Część 6	Parawan sufitowy (OIT izolotka/sala chorych 8 stanowiskowa)	13					
			Razem:				Razem:
Część 7	1. Zestaw do intubacji	8					
	2. Torba reanimacyjna z wyposażeniem	1					
	3. Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym	11					
			Razem:				Razem:
Część 8	1. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej/wózek-łóżko	8					
	2. Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej	1					
	3. Wózek do pielęgnacji chorych w pozycji leżącej	1					
			Razem:				Razem:
Część 9	1. Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym	2					
	2. Parawan przejezdny z ochroną RTG	2					
			Razem:				Razem:
Część 10	1. Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji wózków transportowych	1					
	2. Pistolet z wymiennymi końcówkami do mycia ręcznego precyzyjnych narzędzi	3					
	3. Pistolet bez wymiennych końcówek do oczyszczania sprężonym powietrzem precyzyjnych narzędzi	3					
			Razem:				Razem:
Część 11	Ssak elektryczny	4					
			Razem:				Razem:
Część 12	1. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	1					
	2. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, z funkcją archiwizacji	1					

Razem:		Razem:	
--------	--	--------	--

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**1) Oświadczam, że (proszę skreślić niewłaściwy wariant):**

w części 1 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 2 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 3 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 4 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 5 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 6 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 7 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 8 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 9 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 10 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 11 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części 12 udzielam:	24 miesięcy gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*

- 2) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy.
- 3) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
- 4) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
- 5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 6) Wadium w wysokości _____ PLN (słownie: _____ złotych), zostało wniesione w dniu _____, w formie: _____.
- 7) Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: _____.
- 8) Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
- 9) Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców.
W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca jest zobowiązany podać:
1. zakres tej części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: _____.
2. nazwę /firmę/podwykonawcy: _____.
Nie podanie powyżej przez wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom będziemy traktować, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami.
- 10) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi jednorazowo (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
- 11) Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia***. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
- 12) Oświadczamy, że oferta **nie zawiera*/zawiera*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 13) W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela zarządzającego realizacją Umowy w osobie: (imię i nazwisko) _____, tel. _____.
- 14) Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
- 15) Aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 5 pkt 1): **jest / nie jest*** dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. KRS lub CEiDG: _____.

należy skreślić niewłaściwy wariant*IV. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

Imię i nazwisko _____

E-mail _____

Tel./fax. _____

V. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Oferta została złożona na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

VI. OŚWIADCZAM, ŻE:

Wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – **dotyczy* / nie dotyczy***

****należy skreślić niewłaściwy wariant***

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1)

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania informacyjnego, stosownie do art. 13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I: INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INSTYTUCJI
ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego¹	Odpowiedź:
Nazwa:	INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP.Z O.O.
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ² :	Dostawę sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ³ :	1/ZP/PN/19 Ogłoszenie nr _____
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.	

CZĘŚĆ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁴ :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁵ ?	[] Tak [] Nie

¹ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

² Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

³ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁴ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁵ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁶: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej „przedsiębiorstwem społecznym”⁷ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	☐ Tak ☐ Nie [...] [....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie⁸: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Tak ☐ Nie e) ☐ Tak ☐ Nie

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁶ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁷ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

⁸ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ⁹ ?	☐ Tak ☐ Nie
JEŻELI TAK, PROSZĘ DOPILNOWAĆ, ABY POZOSTALI UCZESTNICY PRZEDSTAWILI ODRĘBNE JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
	[.....]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....],
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należyte wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych	

⁹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹⁰.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

CZĘŚĆ III: PODSTAWY WYKLUCZENIA

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w organizacji przestępczej¹¹;
2. korupcja¹²;
3. nadużycie finansowe¹³;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁴
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁵
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁶.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
--	------------

¹⁰ Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

¹¹ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹² Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹³ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁵ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁷
Jeżeli tak , proszę podać ¹⁸ : a) datę wyroku, określić, których spośród punktów b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²⁰ („samooczyszczenie”)?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²¹ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	☐ Tak ☐ Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu	Podatki a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie [.....] [.....]	Składki na ubezpieczenia społeczne a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie [.....] [.....]

¹⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.¹⁸ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.²⁰ Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.²¹ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²² [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²³

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁴ ?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ²⁵ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej ²⁶ .	☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....]

²² Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²³ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁴ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁵ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁶ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁷? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów²⁸ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie	☐ Tak ☐ Nie

²⁷ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

²⁸ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ²⁹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	☐ Tak ☐ Nie [.....]

CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	☐ Tak ☐ Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³⁰ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] ☐ Tak ☐ Nie

²⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

³⁰ Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	--

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³¹ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych ³³ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y ³⁴ – oraz wartość): [.....], [.....] ³⁵ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które	[.....]

³¹ Jedynie jeżeli jest to dopuszczane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.³² Jedynie jeżeli jest to dopuszczane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.³³ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.³⁴ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.³⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	--

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.											
Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:										
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁶ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]										
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁷ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych³⁸:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy								
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych³⁹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....] [.....]										
3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[.....]										
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]										
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać											

³⁶ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁷ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

³⁸ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

³⁹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴⁰ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?	☐ Tak ☐ Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴¹ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność	☐ Tak ☐ Nie

⁴⁰ Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴¹ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
---	--

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
--

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴², proszę wskazać dla każdego z nich:	[...] ☐ Tak ☐ Nie⁴³ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁴

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁵, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁶, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

⁴² Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴³ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁵ Pod warunkiem, że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁶ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w niniejszym jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.”

znak postępowania 1/ZP/PN/19

Data, miejscowość

UMOWA Nr ____ /ZP/PN/D/2019

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.” [nr postępowania 1/ZP/PN/19]

zawarta w dniu _____ r. w Łodzi
pomiędzy:

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.
90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12 pok. 515

NIP: 726-26-54-060**REGON: 101745880**

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000507870, kapitał zakładowy: 18 120 000,00zł (opłacony w całości)
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Janusza Kazimierczaka
zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a:

(w przypadku osób fizycznych)

imię i nazwisko właściciela nazwa firmy i jej adres oraz adres do doręczeń

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej _____ pod nr _____

NIP: _____**REGON:** _____*(w przypadku spółki prawa handlowego)*

nazwa firmy, jej siedziba, KRS, nr rejestru, imiona i nazwiska członków Zarządu,

reprezentowanym przez:

imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę**NIP:** _____**REGON:** _____zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.” tj.: _____. *(Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).*
2. Dostawa / montaż / instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia będzie miało miejsce w **Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi**. *(Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).*
3. Parametry techniczne ww. przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1. ____ do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia w częściach ____), który stanowi integralną część umowy. *(Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).*
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt/wyposażenie jest fabrycznie nowy/e, wyprodukowany/e w 2019 roku, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia /montażu /instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia w okresie do 4 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji sprzętu/wyposażenia.
6. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, w których sprzęt medyczny / wyposażenie jest instalowany/e, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
7. Wykonawca po dostarczeniu /montażu /zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
 - a. dokonania wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia;
 - b. nieodpłatnego przeszkolenia pracowników użytkownika sprzętu w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu/wyposażenia w miejscu użytkowania sprzętu/wyposażenia.
8. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym sprzętem medycznym/wyposażeniem:
 - a. dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych, na zaoferowany sprzęt medyczny;
 - b. deklarację zgodności wystawioną przez producenta dla wyrobów medycznych;
 - c. wniosek o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu do obrotu – dla wyrobów medycznych;
 - d. inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym (dotyczy wszystkich części);
 - e. atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli).
 - f. paszport techniczny urządzenia z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji;
 - g. instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);
 - h. dokumenty gwarancyjne;
 - i. wykaz lokalizacji gwarancyjnych, autoryzowanych serwisów Wykonawcy (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami/faksami);
 - j. inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym (dotyczy wszystkich części);
 - k. listę preparatów do sterylizacji i dezynfekcji.
9. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga:
 - a. specjalnych części zamiennych, część i zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów;
 - b. fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej lub doraźnych przeglądów, regulacji kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika – załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

§ 2

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany sprzęt / wyposażenie - _____ (minimum 24 miesiące) zgodnie ze złożoną ofertą (Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą). Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Czas przystąpienia do naprawy wynosi maksymalnie **48 godzin** w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od momentu zgłoszenia.
3. Gwarancja, dla wymienionych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w końcowym okresie zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – wynosi minimum **6 miesięcy**.
4. Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przedmiotu umowy (minimum jeden raz w ciągu 12 miesięcy, minimum dwa bezpłatne przeglądy w tym, drugi po 24 miesiącach od daty uruchomienia), o ile przeglądy w takim wymiarze są wymagane przez producenta

danego urządzenia. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych, części podlegających wymianie, dojazdów do Użytkownika sprzętu oraz robocizny w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

5. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – wynosi **maksymalnie 3 dni robocze** rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - wynosi **maksymalnie 6 dni** roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
7. Wymiana podzespołu urządzenia na nowy - po maksymalnie trzech nieskutecznych próbach naprawy tego podzespołu.
8. Niesprawność przedmiotu umowy trwająca minimum 2 dni z powodu awarii, uniemożliwiająca korzystanie z niego, automatycznie wydłuża gwarancję o czas przestoju.
9. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla sprzętu medycznego przez minimum 10 lat.
10. W przypadku nie dokonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w paragrafie 2 ust. 5 lub 6 niniejszej umowy, Wykonawca zapewni na swój koszt i we własnym zakresie sprzęt zastępczy w tej samej klasie, o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy.
11. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Użytkownika przedmiotu umowy na numer faksu: _____ lub adres e-mail: _____. Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej.
12. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania uprawnień wynikających z gwarancji, na rzecz _____ (zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą), który zyskuje samodzielne uprawnienia z tytułu gwarancji, w szczególności do zgłaszania usterek, wad oraz żądania naprawy gwarancyjnej. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez w/w Szpital.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych bez konieczności zgłaszania ich przez Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej (przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru). Odbiór całościowy przedmiotu umowy będzie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru. W protokole potwierdzony zostaje fakt odbycia szkolenia (jeśli dotyczy) dla uprawnionych osób oraz dostarczenie wszelkich dokumentów wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy. Bezusterkowy protokół odbioru stanowić będzie integralną część umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń/zastrzeżeń, podczas odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie do 14 dni. Fakt ten zostanie opisany w protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony umowy.

§ 4

1. Osobą upoważnioną do kontaktów a także do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: _____
2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:
imię, nazwisko, numer telefonu, faxu _____
3. Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmianie numerów telefonów.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy wynosi:
cena netto: _____ zł (słownie: _____ zł),
podatek: _____ zł (słownie: _____ zł),
cena brutto: _____ zł (słownie: _____ zł).
2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty (w tym materiałów i robocizny, przeglądów, szkoleń) niezbędne do realizacji umowy.
3. Płatność całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbieżności cen za poszczególne pozycje, wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy,

- tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz podpisaniu protokołu odbioru sprzętu/wyposażenia.
4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
 5. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy.
 6. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

1. **Strony ustanawiają kary umowne.**
2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - a. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części umowy lub całości umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od tej części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 - b. w wysokości 0,3% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust.5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - c. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części lub całości umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 a). lub innego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
 - d. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.2 (przystąpienia serwisu do naprawy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - e. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.5 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - f. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.6 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - g. w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, w przypadku nieprzywrócenia do stanu pierwotnego na koszt własny pomieszczeń, w których sprzęt medyczny/wyposażenie jest instalowany/e, w sytuacji określonej w § 1 ust. 6 umowy- w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - h. w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku niedostarczenia sprzętu/wyposażenia zastępczego w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust. 10 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie:
 - a. Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 1 ust. 5 umowy.
2. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
3. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych pacjentów, których Użytkownik przedmiotu umowy jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem

niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, Wykonawca zawrze z administratorem danych osobowych (Użytkownikiem) umowę powierzenia danych osobowych *(jeżeli dotyczy)*.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona własnymi siłami z udziałem / bez udziału podwykonawców: _____ *(Zapisy powyższego paragrafu zostaną doprecyzowane na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty)*.

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami do umowy stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Miejscowość, data (dd-mm-rrrr)

(oznaczenie Wykonawcy)

**Oświadczenie o
braku przynależności / przynależności
Wykonawcy do grupy kapitałowej**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.” zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że :

1. NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z żadnym z Wykonawców, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

1. _____
2. _____
3. _____

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*** niepotrzebne skreślić**

UWAGA:

- W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.
- Niniejsze oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty.