



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 16.01. 2020 roku

IMŁ/BZ/18 - 2...../BI/ZP/2020

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o. dla IMŁ Sp. z o.o.”

Znak sprawy: 18/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Część nr 1

Poz. 20 Waga elektroniczna

Czy Zamawiający wymagać będzie wag zasilanych bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2.

Część nr 1

Poz. 20 Waga elektroniczna

Czy Zamawiający wymagać będzie wzrostomierzy mechanicznych o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego ponieważ mamy możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 1 Pojemnik na czystą i brudną bieliznę dopuści pojemnik – stelaż o wymiarach 435x505x860 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik stelaż o w/w wymiarach.

Pytanie 4.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 2 Wózek na brudną bieliznę dopuści wózek o wymiarach 435x505x860 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o w/w wymiarach.

Pytanie 5.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 10 Wózek zabiegowy z szufladą dopuści wózek o wymiarach całkowitych 805x480x890 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o w/w wymiarach całkowitych.



Pytanie 6.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 11 Stolik zabiegowy dopuści stół o całkowitych wymiarach 805x480x890 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół o w/w wymiarach.

Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 13 Stelaż przejezdny na worki 120l dopuści wózek o wymiarach 435x505x860 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o w/w wymiarach.

Pytanie 8.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 14 Stelaż przejezdny na worki 60l dopuści wózek o wymiarach 380x450x680 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o w/w wymiarach.

Pytanie 9.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 16 Stolik Mayo dopuści stół z trzema pojedynczymi kółkami fi 75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół z trzema pojedynczymi kółkami fi 75 mm.

Pytanie 10.

Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Czy Zamawiający w części 2 pozycja 16 Stolik Mayo dopuści stół o wymiarach 750x500x960-1330 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół o w/w wymiarach.

Pytanie 11.

Dotyczy załącznika nr 1.4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do przewożenia narzędzi do zabiegu (poz. 7) wyposażonego w pojemniki na narzędzia o wymiarach: 530x325x200 mm oraz 325x176x200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka do przewożenia narzędzi do zabiegu wyposażonego w pojemniki na narzędzia o w/w wymiarach.

Pytanie 12.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do transportu materiałów sterylnych (poz. 8) z blatami wykonanymi ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, który jest powszechnie stosowany w tego typu wózkach i mniej odporny na zarysowania aniżeli blaty wykonane z polimeru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka do transportu materiałów sterylnych z blatami wykonanymi ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301.

Pytanie 13.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wózka (poz. 8) z blatami prostymi, wyposażonymi w relingi zabezpieczające blaty przed zsuwaniem się przewożonych przedmiotów?



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka z blatami prostymi, wyposażonymi w relingi zabezpieczające blaty przed zsuwaniem się przewożonych przedmiotów.

Pytanie 14.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (poz. 8) o konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, co jest korzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na trwałość?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka o konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301.

Pytanie 15.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (poz. 8) wyposażone w wysokiej jakości układ jezdny fi 100mm (dwa koła z blokadą)? Oferowany rozmiar kółek jest optymalny dla wózka o podanych wymiarach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażone w wysokiej jakości układ jezdny fi 100 mm (dwa koła z blokadą)

Pytanie 16.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika (poz. 8) o wymiarach blatu 750x650mm i wymiarach zewnętrznych: 865x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika o w/w wymiarach blatu i w/w wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 17.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka na materiały medyczne (poz. 9) wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny fi 100mm (2 koła z blokadą), z odbojnikami z tworzywa w formie krążków nad kołami?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka na materiały medyczne wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny fi 100 mm (2 koła z blokadą), z odbojnikami z tworzywa w formie krążków nad kołami.

Pytanie 18.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (poz. 9) wyposażonego w 8 koszy? Mamy obawy, że w wózku o podanych wymiarach nie zmieści się 10 koszy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w min. 8 koszy.

Pytanie 19.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający zaakceptuje wózek (poz. 10) o wymiarach całkowitych: 690x700x985mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka o w/w wymiarach całkowitych.



Pytanie 20.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika (poz. 11) o wymiarach blatu 1000x650mm i wymiarach zewnętrznych: 1115x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika o w/w wymiarach blatu o w/w wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 21.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika (poz. 11) o wymiarach blatu 750x650mm i wymiarach zewnętrznych: 865x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika o w/w wymiarach blatu i w/w wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 22.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika (poz. 17) o wymiarach blatu 750x650mm i wymiarach zewnętrznych: 865x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika o w/w wymiarach blatu i w/w wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 23.

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika (poz. 18) o wymiarach blatu 750x650mm i wymiarach zewnętrznych: 865x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika o w/w wymiarach blatu i w/w wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 24.

Dotyczy Załącznika nr 1.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowy część 3 poz. 3 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej: 66-86 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25.

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowy część 3 poz. 3 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło bez funkcji odchylenia siedziska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26.

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowy część 3 poz. 3 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło na chromowanej podstawie?



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27.

Dotyczy Załącznika nr 1.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowy część 3 poz. 4 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło z chromowaną podstawą o średnicy podstawy 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28.

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowy część 3 poz. 4 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej: 58-84 cm, bez funkcji odchylenia siedziska?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29.

Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2

Poz. 1 Pojemniki na czystą i brudną bieliznę- 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na czystą i brudną bieliznę na worki foliowe o pojemności 60-80 l z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemniki na czystą i brudną bieliznę na worki foliowe o pojemności 60-80 l z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.



Pytanie 30.

Poz. 1 Pojemniki na czystą i brudną bieliznę- 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na czystą i brudną bieliznę na worki foliowe o pojemności 60-80l o wymiarach 405x520x680 z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemnik na czystą i brudną bieliznę na worki foliowe o pojemności 60-80 l o wymiarach 405x520x680 z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 31.

Poz. 2 Wózek na brudną bieliznę - 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek na brudną bieliznę o wymiarach 405x520x860 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka na brudną bieliznę o w/w wymiarach.

Pytanie 32.

Poz.3 Wózek do przewożenia bielizny- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia bielizny opisany poniżej?

Wózek do czystej bielizny- szafka z drzwiczkami, 1xpółka, uchwyt do prowadzenia.

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej . Błat z 3 stron obudowany. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy. Wymiary: 640x540x960 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia bielizny opisanego powyżej.

Pytanie 33.

Poz.4 Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne- 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia bielizny opisany poniżej?

Wózek do czystej bielizny- szafka z drzwiczkami, 1xpółka, uchwyt do prowadzenia.

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej . Błat z 3 stron obudowany. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy. Wymiary: 640x540x960 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia bielizny opisanego powyżej.

Pytanie 34.

Poz.5 Wózek na czystą bieliznę - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia bielizny opisany poniżej?

Wózek do czystej bielizny- szafka z drzwiczkami, 1xpółka, uchwyt do prowadzenia.

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej . Błat z 3 stron obudowany. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy. Wymiary: 640x540x960 mm



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia bielizny opisanego powyżej.

Pytanie 35.

Poz.6 Wózek szafowy na worki z brudną bielizną - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia bielizny opisany poniżej?

Wózek do czystej bielizny- szafka z drzwiczkami, 1xpółka, uchwyt do prowadzenia.

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej . Błat z 3 stron obudowany. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy. Wymiary: 640x540x960 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózka do przewożenia bielizny opisanego powyżej.

Pytanie 36.

Poz. 8 Wózek do transportu materiałów sterylnych- 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu materiałów sterylnych który ma brzegi blatów wyniesione o wysokości 70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózka do transportu materiałów sterylnych, który ma brzegi blatów wyniesione o wysokości 70 mm.

Pytanie 37.

Poz.10 Wózek zabiegowy z szufladą- 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z szufladą o wymiarach 805x480x890 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka zabiegowego o w/w wymiarach.

Pytanie 38.

Poz. 11 Stolik zabiegowy- 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o wymiarach 805x480x890 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika zabiegowego o w/w wymiarach.

Pytanie 39.

Poz.12 Wózek transportowy- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy opisany poniżej?

Wózek do czystej bielizny- szafka z drzwiczkami, 1xpółka, uchwyt do prowadzenia.

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej . Błat z 3 stron obudowany. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, odboje na narożach podstawy. Wymiary: 640x540x960 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka transportowego opisanego powyżej.

Pytanie 40.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Poz. 13- Stelaż pojedynczy na worki 120 l/ Stelaż na worki medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną- 26 szt.

Czy Zamawiający dopuści stelaż na worki o wymiarach 405x520x860 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stelaża na worki o w/w wymiarach.

Pytanie 41.

Część 2- Poz. 14- Stelaż przejezdny na worki 60 l -1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stelaż przejezdny na worki 60 l o wymiarach 405x520x680 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stelaża przejezdnego na worki 60 l o w/w wymiarach.

Pytanie 42.

Poz. 16 Stolik Mayo- 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo z trzema pojedynczymi kółkami fi 75 mm z dopuszczalnym obciążeniem blatu 10 kg o wymiarach: 750x500x960-1330 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolika Mayo z trzema pojedynczymi kółkami fi 75 mm z dopuszczalnym obciążeniem blatu 10 kg o w/w wymiarach z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 43.

Poz. 17 Stolik na instrumenty chirurgiczne- 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik na instrumenty chirurgiczne wyposażony w kółka fi 125mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika na instrumenty chirurgiczne wyposażonego w kółka fi 125 mm.

Pytanie 44.

Poz. 18 Stolik na instrumenty chirurgiczne- 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik na instrumenty chirurgiczne wyposażony w kółka fi 125mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika na instrumenty chirurgiczne wyposażonego w kółka fi 125 mm.

Pytanie 45.

Poz. 19. Stolik narzędziowy- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik narzędziowy wyposażony w kółka fi 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika narzędziowego wyposażonego w kółka fi 125 mm.

Pytanie 46.

Część 2, Pozycja 9 Wózek na materiały medyczne

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja wykonana jest z tworzywowego odlewu, tworzywo poliuretanowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 47.

Część 2, Pozycja 9 Wózek na materiały medyczne

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 szuflad wysuwanych od frontu korpusu z funkcją blokady wysuwu wszystkich szuflad, zatem wózek jest bez drzwiczek gdyż jest to zbędne wyposażenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48.

Część 2, Pozycja 9 Wózek na materiały medyczne

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jedną szynę instrumentalną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w jedną szynę instrumentalną.

Pytanie 49.

Część 2, Pozycja 9 Wózek na materiały medyczne

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 pojemnych szuflad na akcesoria, ale bez 10 wysuwanych koszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50.

Część 2, Pozycja 9 Wózek na materiały medyczne

Czy Zamawiający dopuści wózek z koszem na cewniki wytłoczonym w korpusie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z koszem na cewniki wytłoczonym w korpusie wózka.

Pytanie 51.

Część 2, Pozycja 9 Wózek na materiały medyczne

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach bez nadstawki (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]: 830 x 715 x 910 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1.

Dotyczy załącznika nr 1.4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia, Formularz asortymentowy część 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu chirurgicznego z oparciem (poz. 3) wg poniższego opisu i wizualizacji?

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podłokietniki. Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

(304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: podstawa fi 480, zakres regulacji: 490/630 mm.



na zdjęciu taboret w wersji bez podłokietników

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taboretu chirurgicznego z oparciem wg powyższego opisu, dodatkowo Zamawiający precyzuje, że należy zaoferować taboret w wersji z podłokietnikami.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu chirurgicznego z oparciem (poz. 4) wg poniższego opisu i wizualizacji?

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: podstawa fi 480, zakres regulacji: 490/630 mm.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taboretu chirurgicznego z oparciem wg powyższego opisu i wizualizacji.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w poz. 3 pkt.4 załącznika nr 1.3 do SIWZ (*taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę*), tj. wykreśleniu ulega zapis: [...] oraz podporę ręki [...]



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Zmianie ulegają zapisy SIWZ dotyczące:

➤ **Rozdz. X. pkt. 1 i 4, które otrzymują brzmienie:**

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30 stycznia 2020r. do godz.11:00** na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /IML_Lodz/SkrytkaESP
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, al. Piłsudskiego 12 lok. 515 (V piętro), Dział Zamówień Publicznych w dniu: **30 stycznia 2020r. o godz. 12:00.**
5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt.1, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **16 stycznia b.r.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektora Biura Inwestycji


Dorota Kowal-Kądrowska