



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 24 lipca 2018 roku

IMŁ/BZ/20-.....²/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: Dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia

Znak sprawy: 20/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: części nr 8 – System ogrzewania noworodka – 3 kpl.

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w punkcie nr 9, parametrów technicznych Zamawiający nie popełnił błędu pisarskiego. Podając wymiary materaca 600x34 mm (+/- 5 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w **Załączniku nr 9** w punkcie 9 parametrów technicznych dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej:

”

9.	Wymiary materaca min. 600x34 mm (+/- 5 mm)
----	--

”

Winno być:

”

9.	Wymiary materaca min. 600x 340 mm (+/- 5 mm)
----	---

”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16.192.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Dotyczy: Pakiet nr 6

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Dorota Kowal-Kadrowaska
Kierownik
Dział Zamówień Publicznych