

Karta materiałowa nr: **EL/21**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Przycisk gruszkowy pacjenta</i>

Opis:	<i>przycisk gruszkowy pacjenta</i>
-------	------------------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	Ilość przycisków wezwania	2	
2	Ilość przycisków sterowania oświetleniem	2	
3	zintegrowana kontrolna dioda LED czerwona	<i>tak</i>	
4	zintegrowana kontrolna dioda LED żółta	<i>tak</i>	
5	symbol pielęgniarstwa na przycisku przywołania	<i>tak</i>	
6	długość kabla	2,8m	
7	kolor obudowy	RAL9016	
8	Rodzaj obudowy	tworzywo sztuczne ABS	
9	Wtyczka	Wtyk RJ45 w wykonaniu	
10	Sposób mocowania	w uchwycie z tworzywa	
11	Napięcie zasilania	24V (od20V do 30V)	
12	Bezpieczeństwo produktu	EN60950	
13	Odporność na zakłócenia radiowe	EN55022B	
14	zgodność z normą	DIN VDE 0834	