



Łódź, dnia 3 stycznia 2018r.

IMŁ/OA/23- *1* /ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: „Przebudowy i modernizacji bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi oraz centralną sterylizatorem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ”

Znak sprawy 23/ZP/PN/17

Lampy operacyjne bezcieniowe – 4 szt.

Kopuła główna

1. Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy plamy świetlnej w zakresie 19-36 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją plamki świetlnej w zakresie 19-36cm.

Kopuła satelitarna

2. Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy plamy świetlnej w zakresie 19-36 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją plamki świetlnej w zakresie 19-36cm.

3. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odp. Wysokość Sali mierzona od posadzki do sufitu podwieszonego wynosi 300cm. Odległość od sufitu podwieszonego do stropu wynosi 77,5cm, grubość sufitu podwieszonego ma wynosić 4cm.

4. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odp. Do czasu uruchomienia agregatu – około 12minut zasilanie będzie podtrzymywane przez UPS na 230V po tym czasie zasilanie będzie z agregatu 230V.

5. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odp. Strop jest wykonany z pustaków typ Akerman.

6. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?

Odp. Tak, jest niewielka przestrzeń około 1m między stropem a poddaszem.

7. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odp. Instalacja elektryczna będzie nowa położona w trakcie prac budowlanych.

8. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie doprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odp. Instalacja elektryczna będzie doprowadzona.

9. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta.

Odp. Zamontowane są obecnie stare lampy firmy FAMED Łódź, ale nowe nie będą montowane w miejscu starych (przesunięte znacznie posadowienie).

Monitor

10. Czy zamawiający dopuści monitor o rozdzielczości wideo: 1920 x 1200? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza monitor o rozdzielczości 1920 x 1200.

Kamera

11. Czy zamawiający dopuści kamerę z przetwornikiem obrazu 1 / 2,8 CMOS? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza kamerę z przetwornikiem obrazu 1/2,8 CMOS.

12. Czy Zamawiający dopuści kamerę o czułości równej 1,4 lux? Jest to parametr równoważny do wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza kamerę o czułości równej 1,4 lux.

Pytania do załącznika nr 2A – zestawienie parametrów granicznych lampy operacyjnej bezcieniowej

13. Dotyczy – punkt A4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o czaszy w formie wieloboku na planie litery X, posiadającej bardzo dobre parametry przepływu laminarnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

14. Dotyczy – punkt A7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której obudowa czaszy wykonana jest z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

15. Dotyczy – punkt B7 i C7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której czasza główna wyposażona jest w 24 diody najnowszej generacji generujących światło o najwyższych parametrach użytkowych, oraz zapewniających bardzo dobrą bezcieniowość pola operacyjnego.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

16. Dotyczy – punkt B8 i C8.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z możliwością jej pozycjonowania za pomocą uchwytu sterylnego w centralnej części czaszy lampy oraz uchwytem przy przegubie lampy, przez który ze względów bezpieczeństwa nie można przełożyć dłoni?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

17. Dotyczy – punkt B10 i C10.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw (Ra) równym 95. Wartość ta jest tylko nieznacznie mniejsza od wymaganej i nie ma żadnego wpływu na parametry użytkowe lampy.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

18. Dotyczy – punkt B11 i C11.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o zmiennej plamie świetlnej regulowanej w przedziale 200 – 250cm w pięciu krokach? Z doświadczenia wiemy, że zakres taki jest wystarczający dla zastosowania w większości aplikacji.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

19. Dotyczy – punkt E1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę, która jest montowana w centralnym punkcie kopuły lampy za pomocą mechanizmu „szybkozłączowego”.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

20. Dotyczy – punkt E2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę której parametry Zoom są sterowane z panelu przy przegubie lampy, a pozostałe funkcje ustawiane są na wyświetlaczu dotykowym montowanym na ścianie Sali Operacyjnej?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania do załącznika nr 2A – zestawienie parametrów granicznych kolumny anestezyjologicznej

21. Dotyczy – punkt A9.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny wyposażone w uchwyt pojemnościowy, który po jego uchwyceniu zwalnia hamulce przegubów, a po jego puszczeniu – automatycznie je blokuje. Rozwiązanie takie jest bardziej intuicyjne i funkcjonalne od rozwiązania z przyciskami zwalnającymi poszczególne przeguby. Regulacja wysokości ramienia odbywa się przy pomocy przycisków sterujących umieszczonych przy uchwycie.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

22. Dotyczy – punkt A18.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumny nie wyposażone w półki z końcówkami szyn ukrytymi w miękkich ochroniaczach naroży? W przypadku oferowanej przez nas kolumny, szyna sprzętowa ma kształt zaokrąglony, bez narożników i kantów – jest więc bezpieczna w użytkowaniu.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kolumna anestezjologiczna – 3szt.

23. Czy Zamawiający dopuści kolumnę z przyciskami do zwalniania hamulców umieszczonych na 2 pionowych uchwytych umieszczonych bezpośrednio na ścianach bocznych konsoli?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

24. Czy Zamawiający dopuści szerokość głowicy wynoszącą 390 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

25. Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 430x425mm?

Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Lampa operacyjna bezcieniowa – 4 szt.

26. Czy Zamawiający dopuści kopuły w kształcie wieloboku, efektywnie eliminujące zaburzenia strumienia w nawiewie laminarnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

27. Zamawiający wymaga dostawy lampy o natężeniu światła 130 000 Lux. W punkcie 6 Zamawiający wymaga regulacji natężenia światła w tej kopule w zakresie od 50 000 do 160 000 Lux oraz w pkt 7 min. 110 diod LED. Czy wobec powyższych sprzeczności nie wkraść się tu błąd i czy w związku z tym Zamawiający dopuści kopułę o mocy 140 000 Lux z regulacją natężenia w zakresie 40 000 – 140 000 Lux światło emitowane przez min. 72 diody LED?

Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

28. W rozdziale XI punkt 1 ppkt b) żądają Państwo kierownika budowy (1 os.) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który legitymuje się przynależnością do OIIB. W rozdziale XIII punkt 2 podpunkt 2.1 A wymagają Państwo kierownika budowy (1 os.) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który legitymuje się przynależnością do OIIB. Proszę o informację czy zgodnie z rozdziałem XIII oczekują Państwo kierownika budowy w jednej osobie z dwoma różnymi uprawnieniami? Proszę sprecyzować jakie uprawnienia powinien mieć kierownik budowy na 1 zadaniu a jakie na 2 zadaniu.

Odpowiedź:

*Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże że **dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami**, które skieruje do realizacji zamówienia: **(dotyczy obu części)***

A) kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
(...)

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ rozdział XIII pkt 2.2.1 (w sprawie dokumentów), który otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **zdolności technicznej lub zawodowej** zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj:

C) ~~yx~~(A) kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

B) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

C) kierownikiem robót (1 osoba) instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ)

(...)

Dla obu zadań wymagania odnośnie uprawnień są jednakowe.

Ponadto Zamawiający informuje, że dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowania osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia - w przypadku składania oferty na obie części zamówienia - Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie się tymi samymi osobami dla każdej z części postępowania.

Zamawiający doprecyzowuje wymagania odnośnie warunków serwisu i naprawy sprzętu medycznego

1. Czas przystąpienia do naprawy **max. 48 godzin** w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
2. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
3. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635788-N-2017

Data: 22/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10174588000000, ul. Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 206 88 60, e-mail zamowienia.publiczne@iml.biz.pl, faks 42 206 88 61.

Adres strony internetowej (url): www.iml.biz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: dot. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (...) 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj: (A) kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi o specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz

uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa B) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa C) kierownikiem robót (1 osoba) instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) (...)

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ rozdział XIII pkt 2.2.1 (w sprawie dokumentów), który otrzymuje brzmienie: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj: C (A) kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa B) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa C) kierownikiem robót (1 osoba) instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) (...)