



Łódź, dnia 9 stycznia 2018 roku

IMŁ/OA/12-7/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: Dostawy sprzętu medycznego/wyposażeni/mebli

Znak sprawy: 12/ZP/PN/17

Część 4

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W związku z faktem, iż na stronie Zamawiającego pojawiły się dwa odmienne opisy przedmiotu zamówienia w zakresie Załącznika 56 (minihisteroskop) – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obowiązującym jest opis z wersji nieedytowalnej (PDF).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż obowiązującym jest opis z wersji nieedytowalnej (PDF). Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiadający mu załącznik w wersji edytowalnej, gdzie prawidłowa numeracja załącznika to: Załącznik nr 57.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert dla części 4:

a) pkt. IX.10 SIWZ, który otrzymuje brzmienie (wyłącznie dla części 4):

(...)

„ Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego nr sprawy: 12/ZP/PN/17 **część 4**”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 16 stycznia 2018 roku o godz. **11.30**”

(...)

b) pkt. X.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie (wyłącznie dla części 4):

(...)

1. „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi – pok. 515 - **do dnia 16 stycznia 2018r., do godziny 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX SIWZ.”
(...)

c) pkt. X.3 SIW, który otrzymuje brzmienie **(wyłącznie dla części 4)**:

(...)

„Otwarcie ofert **w części 4** nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **16 stycznia 2018r.**, o godzinie **11.30**”
(...)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 9 stycznia 2017 roku. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Dorota Kwaśniewska
Kierownik
Dział Zamówień Publicznych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Minihisteroskop -1szt

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

L.p.	Pompa ssąco - płuczająca - 1 zestaw	PARAMETR OFEROWANY - PODAĆ	PUNKTACJA
1.	Optyka histeroskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 302mm.	TAK	
2.	Kompletny minihisteroskop kompakt (jednoczęściowy, nierozbieralny), przepływowy, dedykowany do pracy z optyką 2,9 mm o kącie patrzenia 30 stopni, dł. 302 mm. Histeroskop posiadający 2 metalowe kraniki (pod kątem prostym względem trzonu) do przepływu medium oraz 1 kanał roboczy o średnicy 5 Charr. Płaszcz o średnicy zewnętrznej 5 mm, długość części roboczej 226 mm. Część, dystalna atraumatyczna i owalna o kształcie "kropli wody". Trzon laserowo wygrawerowany podziałką centymetrową głębokości. Mocowanie optyki w systemie zapadkowym. Minihisteroskop posiada kodowanie kolorystyczne kompletu	TAK	
3.	Obturator płaszcza tępy dedykowany do minihisteroskopu z poz.2, posiadający system kodowania kolorystycznego (fragmenty obturatora i histeroskopu posiadają akcenty kolorystyczne w identycznym odcieniu)	TAK	
4.	Kompletne kleszczyki biopsyjne, endoskopowe, pół-sztywne, łyżeczkowe, jednoczęściowe i nierozbieralne, obie bransze ruchome, śr.5FR, dł.400mm. Wymóg posiadania w ofercie ww.kleszczy wykonanych w technologii giętkiej oraz giętkiej w pełni zaizolowanej.	TAK	
5.	Kompletne kleszczyki chwytne Alligator, endoskopowe, pół-sztywne, bransze wyposażone we wsteczne zęby, jednoczęściowe i nierozbieralne, obie bransze ruchome, śr.5FR, dł.400mm. Wymóg posiadania w ofercie ww.kleszczy wykonanych w technologii giętkiej oraz giętkiej w pełni zaizolowanej.	TAK	

6.	Kompletne nożyczki histeroskopowe, pół-sztywne, jedna bransza ruchoma, jednocześnie i nierozbieralne, śr.5FR, dł.400mm. Wymóg posiadania w ofercie ww.nożyczek wykonanych w technologii giętkiej oraz giętkiej w pełni zaizolowanej.	TAK	
7.	Elektroda histeroskopowa bipolarna, giętka, igłowa, część pracująca zagięta do dołu, podłączenie na dwa płaskie wtyki, śr.5FR, dł.robocza 360mm	TAK	
8.	Światłowod medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamiwy. Kolor zielony, na obu końcach światłowodu specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo silnymi źródłami światła, przewodzący pełną wiązkę świetlną emitowaną przez ksenon 300W, dł..3 m, śr. 3,5 mm. Światłowod wyposażony w adaptory po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami w systemie	TAK	
9.	Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk endoskopowych o śr.1-10mm, z pokrywą odłączaną, obie części wyposażone w silikonowe mocowania optyki, wym.460x80x52mm	TAK	
10.	Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z rączkami do transportu o wym.475x275x100mm, pokrywy aluminiowej perforowanej (na jeden filtr jedno lub wielorazowy) stanowiącej komplet z wanną, sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wym.405x250x70mm oraz matą silikonową typu "język" o wym.380x230mm. Możliwość wyboru koloru pokrywy z min. 6 kolorów – 10 pkt	TAK/PODAĆ	
11.	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK	
12.	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów zamiennych	TAK	
13.	Gwarancja min 24miesiące	TAK	
Łączna ilość punktów do zdobycia 10pkt			

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie **parametr oferowany** będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.....
Podpis Wykonawcy

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nkazijan
NO_DOC_EXT:	2018-003909
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	przetargi_uml@tlen.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji****Dostawy****Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający****I.1) Nazwa i adresy**

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515

Łódź

90-051

Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Kowal-Kądrowska

Tel.: +48 422068860

E-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

Faks: +48 422068861

Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.iml.biz.pl>

Sekcja II: Przedmiot**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1) Nazwa:**

Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia/mebli

Numer referencyjny: 12/ZP/PN/17

II.1.2) Główny kod CPV

33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia/mebli:

CZĘŚĆ 1: SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ 2: WYPOSAŻENIE/MEBLE

CZĘŚĆ 3: WYPOSAŻENIE/MEBLE

CZĘŚĆ 4: SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ 5: SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ 6: SPRZĘT MEDYCZNY

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

09/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: nkazijan

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-167909

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 230-478976

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/11/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: 4

Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/01/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Termin składania ofert w części 4 lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/01/2018

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: 4

Zamiast:

Warunki otwarcia ofert:

Data: 10/01/2018

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert w części 4:

Data: 16/01/2018

Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

-Na oryginale właściwe podpisy-