



Łódź, dnia 8 marca 2018 roku

IMŁ/BZ/4-...1.../BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

*Dot.: Dostawy sprzętu medycznego
Znak sprawy: 4/ZP/PN/18*

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: CZĘŚĆ NR 4. ZAŁĄCZNIK NR 8 Stolik typu MAYO - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści stolik typu MAYO z blatem roboczym z pogłębieniem?

Podane rozwiązanie gwarantuje zabezpieczenie przed zsuwaniem sprzętu lub narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik typu MAYO z blatem roboczym z pogłębieniem.

2. Czy Zamawiający dopuści stolik typu MAYO z regulacją wysokości w zakresie 960-1330 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisu w SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność stolika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik typu MAYO z regulacją wysokości w zakresie 960-1330 mm.

3. Czy Zamawiający odstąpi od punktu 7 podpunkt b) zawartego w umowie, dot. przeszkolenia pracowników użytkownika sprzętu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, jeżeli zgodnie z Oświadczeniem Producenta produkt nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, ponieważ wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi? Stolik typu MAYO nie jest aparaturą medyczną, zatem nie wymaga przeszkolenia personelu w zakresie jego użytkowania.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 9. Stolik narzędziowy, dwublatowy, wym. ok 80x60x89 cm

4. Czy Zamawiający dopuści stolik, którego szerokość będzie wynosiła 44 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści stolik, którego szerokość będzie wynosiła 43 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Czy Zamawiający wymagając, aby materiały, z których wykonany jest stolik narzędziowy posiadał świadectwa dopuszczającego do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, rozumie atest PZH dla wyrobów ze stali kwasoodpornej? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów Zamawiający wymaga.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, oświadczenie producenta o możliwości stosowania w/w stolika narzędziowego w pomieszczeniach medycznych, podpartego dokumentami/atestami/certyfikatami na elementy składowe. Powyższe oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 10. Stolik zabiegowy – 3 szt.

7. Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o poniższych podanych parametrach:

- Wymiary całkowite: 915x430x880 mm [długość x szerokość x wysokość],

- Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany na białą,

WYPOSAŻENIE:

- 2 blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowane na stałe do stelaża, blaty z podniesionym rantem.

- Błat górny o wymiarach: 705x415x20 mm [długość x szerokość x wysokość], powierzchnia użytkowa blatu górnego: 702x412x20 mm [długość x szerokość x wysokość].

- Błat dolny o wymiarach: 655x415x20 mm [długość x szerokość x wysokość], powierzchnia użytkowa blatu dolnego: 652x412x20 mm [długość x szerokość x wysokość].

- 2 kuwety z tworzywa sztucznego na jednym poziomie, możliwość wyjmowania kuwet.

Wymiary kuwety: 395x325x65 mm [długość x szerokość x wysokość],

- 1 x Uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa w kolorze białym,

- Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,

- 2 uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszych bokach stolika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik zabiegowy o w/w parametrach.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 11. Wózek reanimacyjny – 1 szt.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w 4 szyny instrumentalne mocowane do profilu wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w 4 szyny instrumentalne mocowane do profilu wózka.

9. Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt. 17 parametrów wózka reanimacyjnego, Zamawiający poprzez półkę nadblatową z miską i koszem rozumie szynę instrumentalną, na której zamontowany jest koszyk oraz miska?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprzez półkę nadblatową z miską i koszem rozumie szynę instrumentalną na której zamontowany jest koszyk oraz miska.

10. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 17 parametrów wózka reanimacyjnego miskę oraz kosz na akcesoria o wymiarach 360x160x150 mm mocowane na szynie instrumentalnej, odstępując od półki nadblatowej, ponieważ zamontowanie półki nadblatowej na jednym poziomie oraz szyny z koszykiem i miską będzie niepraktyczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania miskę oraz kosz na akcesoria o wymiarach 360x160x150 mm mocowane na szynie instrumentalnej, odstępując od półki nadblatowej.

11. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny, którego szerokość będzie wynosić 560 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek reanimacyjny, którego szerokość będzie wynosić 560 mm.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 12. Wielofunkcyjny wózek medyczny – 1 szt.

12. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek medyczny o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 5 szuflad pyłoszczelnych:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm,
 - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,

- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.

- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,

- Wyposażenie dodatkowe:

Wysuwany blat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm,

Zamek centralny do szuflad,

Kosz na odpady,

Zamykany kosz na odpady z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej,

Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wielofunkcyjny wózek medyczny o w/w parametrach.

13. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek medyczny o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

- długość: 870 mm,

- szerokość: 570 mm,

- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,

- Wózek wyposażony w 5 szuflad , wysokość frontów szuflad: 5x138 mm i 1 drzwiczki,

- Drzwiczki, szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,

- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 2 stron,

- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,

- Drzwiczki, szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),

- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,

- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z krótszego boku wózka,

- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa,

- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,

- Wyposażenie dodatkowe:

Wysuwany blat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm,

Zamek centralny do szuflad,

Kosz na odpady,

Zamykany kosz na odpady z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej,

Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wielofunkcyjny wózek medyczny o w/w parametrach.

14. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek medyczny o podanych poniższych parametrach:

-Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

- długość: 700 mm,
- szerokość: 560 mm,
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,

- Szafka o wymiarach:

- długość: 600 mm,
- szerokość: 500 mm,
- wysokość: 413 mm,

- Stelaż wózka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości szafki i półki oraz przystosowany do rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (np. szufladę, półkę koszową, półkę z przegłębieniem) wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min 6 kolorach,

- Wózek wyposażony w 3 szuflad , wymiar powierzchni użytkowej szuflady: 525x460x105 mm [długość x szerokość x wysokość],

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,

- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,

-Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),

- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,

- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z krótszego boku wózka,

- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa,

- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokręteł stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,

- Wyposażenie dodatkowe:

Wysuwany blat z przodu wózka: szerokość: 535 mm, głębokość: 450 mm,

Zamek centralny do szuflad,

Kosz na odpady,

Zamykany kosz na odpady z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej,

Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

15. Czy Zamawiający odstąpi od punktu 8.: Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. Zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązanie nie jest higieniczne z powodu gromadzenia się bakterii oraz drobnoustrojów. Prowadnice tworzywowe podczas eksploatacji wózka, mogą ulec pęknięciu, przez co skraca się żywotność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnic innego rodzaju niż tworzywowe.

16. Czy Zamawiający odstąpi od punktu 23.: Wózek zamykany roletą z uchwytem i zamkiem kluczowym? Podane przez Zamawiającego rozwiązanie technologiczne jest zagrożeniem epidemiologicznym. Roleta ze względu na swoją budowę oraz kąt opadania powoduje większe osadzanie się kurzu oraz tworzenia się ognisk bakterii trudne do dezynfekcji. Ponadto roleta wyposażona w uchwyt ogranicza dostęp do wewnętrznego wyposażenia Użytkownikowi, na całej długości wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z zamykanymi szufladami i zamkiem centralnym.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 13. Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

17. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie z załącznika nr 13, dotyczącej punktu 20: „Wyposażenie do wózka: aparat ambu, rurki ustno-gardłowe, zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami” i utworzenie nowego pakietu dla tych pozycji?

Stworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców, co korzystnie wpłynie na konkurencyjność i cenę.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

18. Czy Zamawiający odstąpi od: Błat wózka z tworzywa sztucznego - polipropylenu posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. Uchwyt do przetaczania wózka zintegrowany z blatem. Tworzywo sztuczne polipropylen charakteryzuje się dużą kruchością i wrażliwością na działanie tlenu. Materiały wytworzone z powyższego materiału często ulegają tzw. zagnieceniu, ponieważ nie mają właściwości sprężystych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie blatu wózka posiadającego odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące, uchwyt do przetaczania wózka zintegrowany z blatem.

19. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 5 szuflad pyłoszczelnych:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm,
 - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm,

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
 - Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
 - Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
 - Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
 - Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
 - wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
 - wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
 - Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokręteł stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
 - Wyposażenie dodatkowe:
- Wysuwany blat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm,
 Zamek centralny do szuflad,
 Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól,
 Stelaż pod nadstawkę z możliwością montowania szyny instrumentalnej lub półki nadblatowej,
 Nadstawka na 5 pojemników,
 Półka nadblatowa wykonana z tworzywa ABS,
 Pojemnik na rękawiczki
 Kosz na akcesoria w dwóch rozmiarach: 360x160x150 mm [długośćxszerośćxwysokość] oraz 290x96x90 mm [długośćxszerośćxwysokość]
 Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego,
 Uchwyt worka na odpady stalowy,
 Wieszak kroplówki z regulacją wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek anestezjologiczny o w/w parametrach.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 14. Wózek do dystrybucji leków na oddziale – 2 szt.

20. Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków na oddziale o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary całkowite: 660x425x890 mm [długośćxszerośćxwysokość],
 - Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany na biało,
 - 2 blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat w formie 2 wyjmowanych tac,
 - 4 tace z przegródkami do leków z tworzywa sztucznego,
 - Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
 - 1 uchwyt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku wózka
- Podane przez nas rozwiązanie spełnia swoją funkcję wózka do dystrybucji leków na oddziale. Z powodu braku zabudowy, dostęp do leków nie jest ograniczony. Wózek dzięki swoim

gabarytom umożliwia łatwe prowadzenie i manewrowanie. Ponadto powyższe rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystne cenowo od zaproponowanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

21. Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków na oddziale o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 4 szuflady pyłoszczelnych:
 - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
- Wyposażenie dodatkowe:
Wyjmowane tacki do leków dopasowane do wysokości frontów szuflad?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do dystrybucji leków o w/w parametrach.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 15. Wózek pod aparaturę – 5 szt.

22. Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparaturę o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary całkowite bez wyposażenia dodatkowego: 600x600x1200 mm [długość x szerokość x wysokość],
- Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany,
- Stelaż umożliwiający dowolną regulację umieszczenia półek oraz wyposażenia dodatkowego,

- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w podwójne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą
- 3 blaty stalowe, blaty z pogłębieniem, wymiary blatu: 500x500 [długość x szerokość], wymiary powierzchni użytkowej blatu: 450x450 mm [długość x szerokość],
- 1 szuflada o wymiarach: 500x500x155 mm [długość x szerokość x wysokość], wymiar powierzchni użytkowej szuflady: 425x460x105 mm [długość x szerokość x wysokość],
- 2 uchwyty do prowadzenia montowane do profilu z lewej i prawej strony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek pod aparaturę o w/w parametrach.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 16. Wózek zabiegowy (typ I) – 4 szt.

23. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ I) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 5 szuflad pyłoszczelnych:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm,
 - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
- Wyposażenie dodatkowe:
 - Zamek centralny do szuflad,
 - Kosz na odpady,
 - Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól.
 - Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego,

Kosz na akcesoria w dwóch rozmiarach: 360x160x150 mm [długość x szerokość x wysokość] oraz 290x96x90 mm [długość x szerokość x wysokość]?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek zabiegowy (typ I) o w/w parametrach technicznych.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 17. Wózek zabiegowy (typ II) – 1 szt.

24. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ II) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 5 szuflad pyłoszczelnych:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm,
 - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
- Wyposażenie dodatkowe:
 - Zamek centralny do szuflad,
 - Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek zabiegowy (typ II) o w/w parametrach.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 18. Wózek zabiegowy (typ III) – 1 szt.

25. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ III) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
 - Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
 - Wózek wyposażony w 4 szuflady pyłoszczelnych:
 - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,
 - Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
 - Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
 - Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
 - Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
 - Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
 - wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
 - wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
 - Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokręteł stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
 - Wyposażenie dodatkowe:
 - Wyjmowane tacki do leków dopasowane do wysokości frontów szuflad:
 - Zamek centralny do szuflad,
 - Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól,
 - Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego,
 - Kosz na akcesoria w dwóch rozmiarach: 360x160x150 mm [długośćxszerośćxwysokość] oraz 290x96x90 mm [długośćxszerośćxwysokość]
 - 3 uchylne pojemnik z PLEXI przeznaczone na dokumenty
 - kosz na odpady?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek zabiegowy (typ III) o w/w parametrach.

26. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ IV) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 870 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
 - Wózek wyposażony w 5 szuflad , wysokość frontów szuflad: 5x138 mm i 1 drzwiczki,
 - Drzwiczki, szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,

- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 2 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Drzwiczki, szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z krótszego boku wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa,
- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
- Wyposażenie dodatkowe:
 Wysuwany błat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm,
 Zamek centralny do szuflad,
 Kosz na odpady,
 Zamykany kosz na odpady z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej,
 Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól.
- Wyposażenie dodatkowe:
 -Wyjmowane tacki do leków dopasowane do wysokości frontów szuflad:
 - Zamek centralny do szuflad,
 - Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól,
 - Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego,
 - Kosz na akcesoria w dwóch rozmiarach: 360x160x150 mm [długość x szerokość x wysokość] oraz 290x96x90 mm [długość x szerokość x wysokość]
 - 3 uchylne pojemnik z PLEXI przeznaczone na dokumenty
 - kosz na odpady?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 19. Wózek zabiegowy (typ IV) – 2 szt.

27. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ IV) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,

- wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 4 szuflady pyłoszczelnych:
- 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
- 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
- Wyposażenie dodatkowe:
- Wyjmowane tacki do leków dopasowane do wysokości frontów szuflad:
- Zamek centralny do szuflad,
- Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól,
- Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego,
- 3 uchylne pojemniki z PLEXI przeznaczone na dokumenty
- kosz na odpady

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

28. Czy Zamawiający dopuści zabiegowy (typ IV) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
- długość: 870 mm,
- szerokość: 570 mm,
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wózek wyposażony w 5 szuflad , wysokość frontów szuflad: 5x138 mm i 1 drzwiczki,
- Drzwiczki, szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 2 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Drzwiczki, szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z krótszego boku wózka,

- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa,
- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm,
- Wyposażenie dodatkowe:
 Wysuwany blat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm,
 Zamek centralny do szuflad,
 Kosz na odpady,
 Zamykany kosz na odpady z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej,
 Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól.
- Wyposażenie dodatkowe:
 - Zamek centralny do szuflad,
 - Szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól,
 - Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego,
 - Kosz na akcesoria w dwóch rozmiarach: 360x160x150 mm [długość x szerokość x wysokość] oraz 290x96x90 mm [długość x szerokość x wysokość]
 - 3 uchylne pojemnik z PLEXI przeznaczone na dokumenty
 - kosz na odpady?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: Załącznika nr 10 - Stolik zabiegowy-3 szt.

29. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy posiadający długość/szerokość wynoszącą 800 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: Załącznik nr 11 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

30. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych, którego konstrukcja nośna składa się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

31. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający blat wykonany z tworzywa typu polipropylen z pogłębieniem,, otoczony z 3 stron rantami (podniesionymi krawędziami)?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

32. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający cztery szuflady?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

33. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający półkę nadbłatową z pojemnikiem (zamiast misy) i koszem?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

34. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający stelaż z profilu aluminiowego, bez pokrycia lakierem proszkowym, z bokami korpusu wypełnionymi tworzywowymi panelami z możliwością wyboru ich koloru z umieszczonymi z przodu frontami szuflad z możliwością wyboru koloru ich etykiet?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

35. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający podstawę wykonaną z tworzywa ABS z metalowymi elementami konstrukcyjnymi?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

36. Dotyczy punktu 21 i 22 tabeli technicznej. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający następujące wymiary zewnętrzne: szerokość 770 mm, głębokość 510 mm, wysokość 1010 mm, wysokość z nadstawką nadbłatową 1630 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: Załącznik nr 12 – Wielofunkcyjny wózek medyczny – 1 szt.

37. Dotyczy punktu 27 tabeli technicznej. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny wózek medyczny z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wielofunkcyjny wózek medyczny z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm.

Dotyczy: Załącznik nr 13 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny posiadający uniwersalne aluminiowego szyny do montażu wyposażenia dodatkowego posiadające długość 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek anestezjologiczny posiadający uniwersalne aluminiowego szyny do montażu wyposażenia dodatkowego posiadające długość 350 mm.

Dotyczy: Załącznik nr 15 – Wózek pod aparaturę – 5 szt.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek pod aparaturę posiadający wysokość kolumny montażowej wynoszącą 960 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: Załącznik nr 17 – Wózek zabiegowy (typ II) – 1 szt.

40. Dotyczy punktu nr 2 tabeli technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający konstrukcję wykonaną z tworzywa (polipropylenu) z wewnętrznymi elementami metalowymi usztywniającymi konstrukcję, z podstawą wykonaną z tworzywa ABS z możliwością wyboru jej koloru?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający górny blat wykonany z polipropylenu o grubości całkowitej wraz z podniesionymi krawędziami wynoszącej 55 mm, bez właściwości antybakteryjnych?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający pięć szuflad o następujących wymiarach:

- 2 x 628x534x72 mm
- 1 x 628x534x148 mm
- 2 x 628x534x225 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający następujące wymiary: szerokość 850 mm, głębokość 595 mm, wysokość 1044 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: Załącznik nr 18 – Wózek zabiegowy (typ III) – 1 szt.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający głębokość całkowitą 590 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy: Załącznik nr 19 – Wózek zabiegowy (typ IV) – 2 szt.

45. Dotyczy punktu 27 tabeli technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm.

Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w formularzu JEDZ stanowiącym Załącznik nr 3.3. do SIWZ:

Jest: „znak sprawy: 12/ZP/PN/17”

Powinno być: „znak sprawy: 4/ZP/PN/18

(...)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowalik-Kądrowska
Kierownik
Dział Zamówień Publicznych