



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

IMŁ/BZ/13-1/BI/ZP/2019

Łódź, dnia 21 sierpnia 2019 roku

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla IMŁ Sp. z o.o.”

Znak sprawy : 13/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnego systemu Redcord (dawna nazwa : Terapia Master) opracowanego na podstawie metody Neurac ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie stawia takiego wymogu.

Pytanie Nr 2.

Czy Zamawiający może określić jaka jest dokładna wysokość od podłogi do sufitu żelbetonowego w pomieszczeniu w którym ma być zamocowany system ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający oraz Użytkownik udostępnia pomieszczenie do wizji lokalnej.

Pytanie Nr 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system Redcord Workstation Professional z dwoma aparatami i konstrukcją sufitową wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów tj. :

1x aparat AXIS,

2x aparat TRAINER,

2x podwieszka szeroka,

2x podwieszka wąska,

1x podwieszka dzielona,

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



1x linka 5 m z klamrą,
2x linka 60 cm czerwona,
2x linka 30 cm czerwona,
2x linka elastyczna 30 cm czarna,
2x linka elastyczna 30 cm czerwona,
2x linka elastyczna 60 cm czarna,
2x linka elastyczna 60 cm czerwona,
wałek 15x50 cm,
2x poduszka sensomotoryczna,
3x para uchwytów zwykłych,
1x para uchwytów POWER GRIP

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie stawia takiego wymogu.

Pytanie Nr 4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system Redcord Workstation Professional z dwoma aparatami regulowanymi wyłącznie wzdłużnie? Konstrukcja systemu ma wymiary : 1718x600mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system z dwoma aparatami regulowanymi wzdłużnie o podanych wyżej wymiarach.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,


Prezes Zarządu
Marcin Rybka

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

