



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 05.08.2019r.

IMŁ/BZ/12-1/BIZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa Myjni - dezynfektorów i chłodziarek farmaceutycznych dla IMŁ Sp. z o.o.”

Znak sprawy : 12/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczna Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie naczyń sanitarnych przewidzianych do mycia i dezynfekcji w opisanych myjniach dezynfektorach a w szczególności: rodzaju użytkowanych basenów (prosimy o podanie długości basenów łącznie z rączką), oraz średnicy używanych misek do mycia chorych.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa rozmiarów naczyń, ale oczekuje od wykonawców, aby podali rozmiary naczyń, które będą pasowały do oferowanych myjni-dezynfektorów.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Biorąc pod uwagę iż przywołana w lp. 7 Polska Norma PN-EN ISO 15883-1/3 określa spełnienie dezynfekcji termicznej współczynnikiem A_0 , który odnosi się zarówno do temperatury dezynfekcji jak i czasu jej trwania prosimy o określenie współczynnikiem A_0 wymaganego poziomu dezynfekcji termicznej $A_0 60$, $A_0 600$, $A_0 3000$? Prosimy również o wyjaśnienie czy zgodnie z przywołaną PN Zamawiający wymaga aby temperatura dezynfekcji była kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej tj. w miejscu występowania w procesie dezynfekcji termicznej najniższej temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi mu o współczynnik $A_0=60$. W przypadku czujników temperatury zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora mającego drzwi komory uchylne w dół na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy otwieraniu i zamykaniu co jest rozwiązaniem znacznie tańszym zarówno w zakupie jak i eksploatacji z uwagi na mniejszą ilość awarii. Nadmienić jednocześnie należy iż względów epidemicznych sposób otwierania i zamykania nie ma większego znaczenia, ponieważ personel obsługi musi w każdym przypadku „załadować wsad” ręcznie wykonując tę czynność w rękawicach ochronnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego odnośnie sposobu płukania i mycia naczyń sanitarnych w myjni dezynfektorze a w szczególności prosimy o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną, wysokosprawną, taną w eksploatacji myjnię dezynfektor w której stosuje się wyłącznie środek odkamieniający (zmiękczaający wodę i zmniejszający jej napięcie powierzchniowe) a efekt mycia uzyskuje się działaniem silnych strumieni wody kierowanych z specjalnie dobranych umieszczonych wewnątrz komory mycia dysz zamiast myjni-dezynfektora z tradycyjnym systemem płukania a następnie mycia z użyciem detergentu i ponownego płukania wsadu który jest znacznie droższy w eksploatacji i to zarówno z uwagi na koszt detergentu jak i na większe zużycie ilości wody?

Jako uzupełnienie do powyższych pytań prosimy o określenie dopuszczalnej maksymalnej ilości wody zużywanej dla procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu „dla basenów”-(vide lp. 25).

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Uwzględniając powyższe nasuwa się pytanie Czy w ocenie jakości technicznej nie nastąpiła pomyłka w wyniku której premiowane jest 2.5 pkt urządzenie z dodatkową pompą do podawania detergentu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących zasilania myjni dezynfektora poprzez określenie maksymalnego dopuszczalnego poboru mocy myjni-dezynfektora przy zasilaniu jednofazowym 230V,50Hz oraz trójfazowym 400V,50Hz.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa maksymalnego dopuszczalnego poboru mocy myjni-dezynfektora

Pytanie Nr 6:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Biorąc pod uwagę iż program do eliminacji spor Clostridium Difficile jest jednocześnie programem mycia i dezynfekcji termicznej, prosimy o doprecyzowanie ile programów uruchamianych bezpośrednio z panelu sterującego ma posiadać wymagana myjni=dezynfektor .Prosimy również o doprecyzowanie czy poprzez zapis w lp. 21 Zamawiający wymaga potwierdzenia zdolności usuwania spor Clostridium Difficile bez dozowania do myjni środka sporobójczego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje urządzenia, które będzie posiadało min. 2 programy mycia i dezynfekcji oraz osobny program sporobójczy eliminujący Clostridium Difficile. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje likwidacji Clostridium Difficile poprzez proces hemodezynfekcji (srodek sporobójczy) albo termodezynfekcji (wysoka temperatura). Zamawiający doprecyzowuje zapis w Załączniku Nr 1.1 pkt. 21 który otrzymuje brzmienie: *„Zdolność urządzenia do usuwania spor Clostridium Difficile potwierdzona dokumentem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą – na wezwanie Zamawiającego”.*

Pytanie Nr 7:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga paroszczelności urządzenia zarówno w trakcie procesu mycia i dezynfekcji a zwłaszcza w czasie schładzania i suszenia po przez odprowadzanie skroplin i pary wodnej do kanalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 8:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – Część 1 „Myjnie - dezynfektory”

Prosimy o doprecyzowanie wymogów odnośnie przedstawienia wizualizacji programu mycia i dezynfekcji na wyświetlaczu. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu wyświetlanie informacji o fazie cyklu, temperaturze lub osiągnięciu żadanego współczynnika A₀ oraz o zakończeniu programu ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający oczekuje, aby oferowane urządzenie na wyświetlaczu pokazywało informację o:

- fazie cyklu,
- temperaturze lub osiągnięciu współczynnika A₀,
- zakończeniu programu

Pytanie Nr 9:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Profesjonalne medyczne, laboratoryjne oraz farmaceutyczne urządzenia chłodnicze nie mają określonej klasy energetycznej; czy w związku z tym, Zamawiający rezygnuje z zapisu definiującego minimalną klasę energetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnuje z zapisu definiującego minimalną klasę energetyczną A+

Pytanie Nr 10:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki z datą produkcji 2018r. Produkcja urządzeń chłodniczych odbywa się w cyklach. Wymagania Zamawiającego ograniczające datę produkcji do 2018 roku, w znacznym stopniu ograniczają konkurencję i uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej oferty. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 11:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Prosimy o odstąpienie od wymogu podawania klasy energetycznej „nie gorsza niż A+” i dopuszczenie chłodziarki ze zużyciem energii 1.71 kWh/24h . W chłodziarkach do profesjonalnego użycia klasa energetyczna nie jest określana, podawane jest zużycie energii w kWh/24h.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz informuje, że rezygnuje z zapisu definiującego minimalną klasę energetyczną A+

Pytanie Nr 12:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z poziomem hałasu 57 bB?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 13:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki o max. wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 676*730*1935mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 14:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o temperaturze roboczej od +2°C do +8°C z dokładnością 0,1 °C ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 15:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z max. obciążeniem półki 15 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 16:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia chłodziarki w interfejs :RS 485, interfejs bezpotencjałowy i wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągle nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB . Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć i przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownik

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 17:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z dopuszczalną pracą w temperaturze otoczenia do +32 °C ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 18:

Dotyczy: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ – Część 2 „Chłodziarki farmaceutyczne”

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii w ciągu 24 h wynoszącą 1,315 kWh? Sprzęt chłodniczy specjalistyczny typu laboratoryjnego lub medycznego nie jest klasyfikowany według klas energetycznych. Taka klasyfikacja dotyczy jedynie sprzętu chłodniczego do użytku domowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz informuje, że rezygnuje z zapisu definiującego minimalną klasę energetyczną A+

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. Dyrektora Biura Inwestycji

Dorota Kowal-Kądzowska

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 20 361 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

