

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 16 listopada 2021 r.

IMŁ/BZ/1-5/BI/ZP/2021

Wykonawcy, którzy pobrali SWZ*Dotyczy: **Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.****Znak sprawy: **1/ZP/P/2021***

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej www.iml.biz.pl treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia - bez ujawnienia źródła zapytań:

Pytanie nr 38:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D” punkty 1 – 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery o poniżej opisanych parametrach?

Sterownik kamery	Odpowiedzi Zamawiającego
Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z oferowaną głowicą kamery FULL HD oraz z oferowanym sztywnym wideoendoskopem 3D do laparoskopii	zgodnie z zapisami SWZ
Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery	Zamawiający dopuszcza
Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca jednoczesne podłączenie głowicy kamery FULL HD i sztywnego wideoendoskopu 3D w celu szybkiego dostępu do obydwu technologii obrazowania podczas operacji	Zamawiający dopuszcza
Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjścia wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)	Zamawiający dopuszcza
Sterownik kamery wyposażony w 1 wyjście wideo 3G-SDI	zgodnie z zapisami SWZ

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia	Zamawiający dopuszcza
Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie	Zamawiający dopuszcza
Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła	Zamawiający dopuszcza
Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego	zgodnie z zapisami SWZ
Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego	zgodnie z zapisami SWZ
W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB	zgodnie z zapisami SWZ
Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery	zgodnie z zapisami SWZ
Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego	Zamawiający dopuszcza
Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu obsługowe sterownika kamery	Zamawiający dopuszcza
Funkcja regulacji jasności, dostępne 5 poziomów regulacji jasności	Zamawiający dopuszcza
Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,	Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis 20 indywidualnych profili użytkowników	
Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive	Zamawiający dopuszcza
Sterownik kamery wyposażony 4 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny	Zamawiający dopuszcza
2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery	Zamawiający dopuszcza
Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery	Zamawiający dopuszcza
W zestawie pamięć PenDrive o pojemności 32 GB	Zamawiający dopuszcza
Zapis zdjęć w formacie: JPEG	Zamawiający dopuszcza
Zapis filmów w formacie: MPEG4	Zamawiający dopuszcza
Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery	Zamawiający dopuszcza
Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego	Zamawiający dopuszcza
Funkcja programowania przycisków głowicy kamery i wideoendoskopu 3D z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku	Zamawiający dopuszcza
Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery i wideoendoskopu 3D	Zamawiający dopuszcza
Funkcja obrotu obrazu o 180°	Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego	Zamawiający dopuszcza
Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego	zgodnie z zapisami SWZ
Możliwość ustawienie języka menu w tym języka polskiego	Zamawiający dopuszcza
Stopień ochrony CF	Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: **Zamawiający wymaga bezwzględnego wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania pozostałych parametrów bez zmian.**

Pytanie nr 39:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Źródło światła LED” punkty 18 – 28 wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła LED o poniżej opisanych parametrach?

Źródło światła LED	Odpowiedzi Zamawiającego
Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery	Zamawiający dopuszcza
Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED	Zamawiający dopuszcza
Żywotność lampy LED 30 000 godzin	Zamawiający dopuszcza
Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery	Zamawiający dopuszcza
Możliwość ustawiania intensywności światła manualnie poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery a także funkcja automatycznego ustawiania intensywności światła - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym	Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG	Zamawiający dopuszcza
Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania intensywności światła na ekranie monitora operacyjnego i zmiany intensywności światła oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery	Zamawiający dopuszcza
Stopień ochrony CF	Zamawiający dopuszcza
Światłowod, w nieprzeźroczystej osłonie, średnica 4,8 mm, długość 300 cm	Zamawiający dopuszcza
Optyka laparoskopowa o średnicy 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym	zgodnie z zapisami SWZ
Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki i światłowodu, zawierający uchwyt silikonowy na endoskop oraz pokrywę	Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: **Zamawiający wymaga bezwzględnie wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania pozostałych parametrów bez zmian.**

Pytanie nr 40:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana optyka laparoskopowa posiadała filtr umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





W ramach specyfikacji toru wizyjnego Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności w sterowniku kamery, zatem aby mogła być realizowana niezbędna jest optyka z filtrem.

Odp. **Zamawiający wymaga, aby zaoferowana optyka laparoskopowa posiadała filtr umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji.**

Pytanie nr 41:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących "Wideolaparoskop 3D Full HD 30°" punkty 29 – 44 wyrazi zgodę na zaoferowanie Wideolaparoskopu 3D wraz z akcesoriami o poniżej opisanych parametrach?

Wideolaparoskop 3D Full HD 30°	Odpowiedzi Zamawiającego
Sztywny wideoendoskop 3D 30° do laparoskopii	zgodnie z zapisami SWZ
Sztywny wideoendoskop 3D do laparoskopii z dwoma przetworniki obrazowymi umieszczonymi w końcu dystalnym tubusu, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (FULL HD), kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery	zgodnie z zapisami SWZ
Kąt patrzenia 30°	Zamawiający dopuszcza
Średnica tubusu 10,3 mm	zgodnie z zapisami SWZ
Długość robocza tubusu 32 cm	zgodnie z zapisami SWZ
Możliwość pracy w trybie 2D	Zamawiający dopuszcza
Wideoendoskop 3D wyposażony w 3 przyciski sterujące funkcjami w tym 2 programowalne	zgodnie z zapisami SWZ
Przylącze odłączanego światłowodu umieszczone w proksymalnej części rękojeści wideoendoskopu 3D, równolegle do przewodu sygnałowego	Zamawiający dopuszcza
Przewód sygnałowy łączący wideoendoskop 3D ze sterownikiem kamery zintegrowany na stałe z rękojeścią, długość przewodu sygnałowego 300 cm	Zamawiający dopuszcza

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Wideoendoskop 3D wraz przewodem sygnałowym w pełni autoklawowalny	Zamawiający dopuszcza
Stopień ochrony wideoendoskopu CF	Zamawiający dopuszcza
Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania sztywnego wideoendoskopu 3D wraz ze światłowodem, silikonowe uchwyty na endoskop, obrotowy mechanizm zapinający, wymiary 640 x 220 x 87 mm	Zamawiający dopuszcza
Nakładka 3D na okulary korekcyjne, pasywna – 3 szt.	zgodnie z zapisami SWZ
Okulary polaryzacyjne 3D, pasywne – 5 szt.	Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: **Zamawiający wymaga bezwzględnego wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania pozostałych parametrów bez zmian.**

Pytanie nr 42:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Głowica kamery wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS” punkty 45 – 54 wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery endoskopowej o poniżej opisanych parametrach?

Głowica kamery FULL HD	Odpowiedzi Zamawiającego
Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan	Zamawiający dopuszcza
Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery	Zamawiający dopuszcza
Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)	Zamawiający dopuszcza
Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej typu Parfocal Zoom zapewniający powiększenie optyczne 2 x	zgodnie z zapisami SWZ

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Czułość nie gorsza niż 1,17 lux	zgodnie z zapisami SWZ
Waga głowicy 246 – 249,5 g	Zamawiający dopuszcza
Głowica kamery wyposażona w 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)	zgodnie z zapisami SWZ
Możliwość sterylizacji w EO, H2O2	Zamawiający dopuszcza
Możliwość zanurzania w płynach dezynfekcyjnych	Zamawiający dopuszcza
Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym	Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: **Zamawiający wymaga bezwzględnego wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania pozostałych parametrów bez zmian.**

Pytanie nr 43:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Monitor LCD FullHD 2D/3D” punkty 55 – 62 wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora 3D o poniżej opisanych parametrach?

Monitor operacyjny Full HD 3D	Odpowiedzi Zamawiającego
Przekątna ekranu 31,5"	Zamawiający dopuszcza
Proporcje ekranu 16:9	Zamawiający dopuszcza
Rozdzielczość monitora 1920 x 1080 pikseli	Zamawiający dopuszcza
Współczynnik kontrastu 1400:1	Zamawiający dopuszcza
Jasność 650 cd/m2	Zamawiający dopuszcza
Cyfrowe wejścia wideo: 2x DVI- D, 2x 3G-SDI, 1x RGB, 1x S-Video	Zamawiający dopuszcza
Cyfrowe wyjścia wideo: 1x DVI- D, 2x 3G-SDI, 1x S-Video	Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Mocowanie VESA 100

zgodnie z zapisami SWZ

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga **bezwzględnie** wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania **pozostałych parametrów bez zmian**.

Pytanie nr 44:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Monitor LCD FullHD o przekątnej” **punkty 63 – 66** wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora Full HD o poniżej opisanych parametrach?

Monitor operacyjny Full HD	Odpowiedzi Zamawiającego
Przekątna ekranu 26"	Zamawiający dopuszcza
Proporcje ekranu 16:9	Zamawiający dopuszcza
Rozdzielczość monitora 1920 x 1080 pikseli	Zamawiający dopuszcza
Współczynnik kontrastu 1400:1	Zamawiający dopuszcza
Jasność 450 cd/m2	Zamawiający dopuszcza
Cyfrowe wejścia wideo: 2x DVI- D, 2x 3G-SDI, 1x S-Video	Zamawiający dopuszcza
Cyfrowe wyjścia wideo: 2x DVI- D, 2x 3G-SDI, 1x S-Video	Zamawiający dopuszcza
Mocowanie VESA 100	Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga **bezwzględnie** wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania **pozostałych parametrów bez zmian**.

Pytanie nr 45:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Pompa ssąco-płuczająca do laparoskopii i histeroskopii” punkty 67 – 80 wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy ssąco-płuczającej wraz z niezbędnymi akcesoriami o poniżej opisanych parametrach?

Pompa ssąco-płuczająca	Odpowiedzi Zamawiającego
Pompa do przepłukiwania oraz odsysania podczas zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych	zgodnie z zapisami SWZ
Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez zintegrowany ekran dotykowy	zgodnie z zapisami SWZ
Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną (rolkowa)	Zamawiający dopuszcza
Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej)	Zamawiający dopuszcza
Automatyczne ograniczenie zakresów ciśnień i prędkości płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego do histeroskopii	Zamawiający dopuszcza
Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii do 200 mmHg z możliwością ustawienia niższych wartości	Zamawiający dopuszcza
Maksymalne podciśnienie odsysania min. (-) 0,8 bar, z możliwością regulacji	Zamawiający dopuszcza
Pompa wyposażona we wskaźniki wyświetlane na ekranie dotykowym urządzenia informujące podczas pracy o ustawionym i aktualnym ciśnieniu płukania podczas histeroskopii	Zamawiający dopuszcza
Pompa wyposażona we wskaźniki wyświetlane na ekranie dotykowym urządzenia informujące podczas pracy o ustawionym i aktualnym podciśnieniu odsysania podczas histeroskopii	Zamawiający dopuszcza
Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczających wyświetlaną na ekranie dotykowym urządzenia	Zamawiający dopuszcza
Pompa wyposażona w zintegrowane gniazdo umożliwiający komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania	Zamawiający dopuszcza

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

aktualnej prędkości lub ciśnienia płukania na ekranie monitora operacyjnego	
Zestaw drenów do płukania z kontrolą przepływu, wielokrotnego użytku, nadających się do sterylizacji, kompatybilnych z oferowaną pompą	Zamawiający dopuszcza
Zestaw drenów do płukania z kontrolą ciśnienia, wielokrotnego użytku, nadających się do sterylizacji, kompatybilnych z oferowaną pompą	Zamawiający dopuszcza
Dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z pompą	Zamawiający dopuszcza
Dren łączeniowy do próżni	Zamawiający dopuszcza
Zbiornik do wkładów jednorazowych do odsysania, 2,5 litra	Zamawiający dopuszcza
Wkład jednorazowy do odsysania, 2,5 litra – 40 szt.	Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: **Zamawiający wymaga bezwzględnie wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania pozostałych parametrów bez zmian.**

Pytanie nr 46:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania” punkty 81 – 101 wyrazi zgodę na zaoferowanie insuflatora wysokoprzepływowego wraz z niezbędnymi akcesoriami o poniżej opisanych parametrach?

Insuflator CO2	Odpowiedzi Zamawiającego
Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7", menu z oprogramowaniem w języku polskim	Zamawiający dopuszcza
Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie ciśnienia i	Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery	
Maksymalny przepływ gazu 40 l/min	zgodnie z zapisami SWZ
Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg	zgodnie z zapisami SWZ
Insuflator wyposażony w 2 tryby pracy	Zamawiający dopuszcza
Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg - regulacja przepływu w pełnym zakresie, min. 1 - 40 l/min	Zamawiający dopuszcza
Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg - regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min	Zamawiający dopuszcza
Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2	zgodnie z zapisami SWZ
Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2	zgodnie z zapisami SWZ
Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta	Zamawiający dopuszcza
Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli	zgodnie z zapisami SWZ
Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości 1 litra	Zamawiający dopuszcza
Funkcjonalność oddymiania realizowana poprzez pasywny system ewakuacji dymu z pola operacyjnego, z łączem LUER-Lock, efektywnym filtrem dymu oraz regulacją przepływu - dren o długości 50 cm, sterylne, 10 szt. w opakowaniu	Zamawiający dopuszcza
Silikonowy dren do insuflacji CO2, wielorazowego użytku, sterylizowalny – 2 szt.	Zamawiający dopuszcza
Filtr gazu CO2, do insuflatorów, sterylne, 25 szt. w opakowaniu	Zamawiający dopuszcza
Przewód do połączenia insuflatora ze źródłem CO2	Zamawiający dopuszcza

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Dren insuflacyjny, z filtrem, jednorazowy, sterylny – 40 szt.

Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga **bezwzględne** wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania **pozostałych parametrów bez zmian**.

Pytanie nr 47:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych” **punkty 102 – 112** wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do urządzeń endoskopowych wraz ze stojakiem na monitor dla asysty o poniżej opisanych parametrach?

Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych	Odpowiedzi Zamawiającego
Centralne ruchome ramię do monitora z mocowaniem VESA	Zamawiający dopuszcza
Podstawa jezdna z czterema kołami antystatycznymi w tym 2 koła z hamulcem	zgodnie z zapisami SWZ
Trzy półki na urządzenia	zgodnie z zapisami SWZ
Szuflada z zamkiem	Zamawiający dopuszcza
Uchwyt głowicy kamery	Zamawiający dopuszcza
Uchwyt butli CO2	Zamawiający dopuszcza
Wysięgnik na płyny infuzyjne	Zamawiający dopuszcza
Dodatkowo stojak jezdny na monitor dla asysty	Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga **bezwzględne** wpisania w kolumnie „wartość oferowana” w załączniku nr 2c do SWZ wartości parametrów powyżej dopuszczonych w przypadku ich zaoferowania. Zamawiający wymaga zachowania **pozostałych parametrów bez zmian**.

Pytanie nr 48:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Specyfikacja Warunków Zamówienia – pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c do SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 1 kpl. – wymagane parametry techniczne

Czy Zamawiający w ramach wymogów dotyczących „Archiwizator Medyczny” punkty 113 – 127 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu realizującego funkcjonalność archiwizacji danych poprzez sterownik kamery z dyskiem zewnętrznym – nagrywanie foto i wideo w formatach JPEG i MPEG4, cztery porty USB (w tym 2 na panelu przednim), zapis danych na dysku zewnętrznym (500 GB w zestawie), sterowanie foto i wideo poprzez przyciski głowicy kamery lub poprzez klawiaturę silikonową USB?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 4 – wzór umowy

Dotyczy wymaganego okresu gwarancji minimum 36 m-cy - z uwagi na fakt, iż producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany okresu gwarancji na 12 miesięcy. Zapewnienie tak długiego 36 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji.

Pytanie nr 50:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 4 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. Oprogramowanie licencyjne HYSTEROSCOPY, oprogramowanie licencyjne SURGERY, nakładka 3D na okulary korekcyjne, okulary polaryzacyjne 3D, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 4 – wzór umowy



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu zapewnienia dostępności części zamiennych do 5 lat dla pakietu nr 3?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu zapewnienia dostępności części zamiennych do 5 lat dla pakietu nr 3.

Pytanie nr 52:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 4 – wzór umowy

Czy w związku ze specjalistycznym charakterem przedmiotu zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych, a z użyciem części zamiennych do 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów naprawy.

Pytanie nr 53:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 4 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy § 6 ust. 2 pkt g oraz h do 0,2% ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych wskazanych we wzorze umowy.

Pytanie nr 54:

Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 4 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72h ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy.

Zamawiający zmienia treść pkt. 65 załącznika 2c do SWZ – pakiet 3 – Dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym w ilości 1 kpl., który otrzymuje brzmienie:

65	Rozdzielczość min. 1920x1080	Tak, podać	
----	------------------------------	------------	--



Zamawiający zastępuje SWZ zmiana 3, **SWZ zmiana 4**

Zamawiający zmienia treść ust. 2, rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w SWZ zmiana 3, która otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych urządzeń medycznych znajduje się w załączniku nr 2a, 2b, 2c **zmiana**, 2d zmiana 2 do SWZ – Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne.”

Zamawiający zmienia treść ust. 1 lit. b), rozdz. XVI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY w SWZ , która otrzymuje brzmienie: „wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika 2a, 2b, 2c **zmiana**, 2d zmiana 2 do SWZ;

Zamawiający zmienia treść ust. 2, rozdz. XXVI. Do specyfikacji dołączono w SWZ, która otrzymuje brzmienie: „Załącznik nr 2a SWZ: Przedmiot zamówienia – Wiertarka ortopedyczna – wymagane parametry techniczne Załącznik nr 2b SWZ: Przedmiot zamówienia – Wiertarka neurochirurgiczna – wymagane parametry techniczne ,Załącznik nr 2c **zmiana** SWZ: Przedmiot zamówienia – Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym – wymagane parametry techniczne, Załącznik nr 2d zmiana 2 SWZ: Przedmiot zamówienia – Wózek do transportu chorych leżących – wymagane parametry techniczne”

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2c do SWZ - Opis wymaganych parametrów technicznych, **załącznikiem nr 2c zmiana do SWZ.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.

Z poważaniem,

Jarosław Jermalonek

Dyrektor ds. Operacyjnych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/