



ZAMAWIAJĄCY:

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.,

Aleja Piłsudskiego 12 pok. 515,

90-051 Łódź

e-mail: iml@iml.biz.pl

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

Numer sprawy: 1/ZP/P/2021

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W CELU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 3
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 11 WRZEŚNIA 2019 r.

ZATWIERDZAM:

Kierownik Zamawiającego

Marcin Rybka

– Prezes Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o.

/opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Inwestycje Medyczne Łódzkie Sp. z o.o.

Aleja Piłsudskiego 12/51

90-051 Łódź

e-mail: iml@iml.biz.pl

adres strony internetowej: www.iml.biz.pl

adres elektronicznej Skrzynki podawczej na platformie ePUAP:

/IML_Lodz/SkrytkaESP

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym **bez przeprowadzenia negocjacji o wartości poniżej 214 000 euro** w myśl art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest **dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem urządzeń medycznych** w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) zgodnie z umową o wspólnej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu – Etap I”
2. **Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych urządzeń medycznych znajduje się w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ – Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne.**
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i terminowo.
4. Dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia, montażem, instalacją i uruchomieniem będzie zrealizowana transportem własnym Wykonawcy do pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, kod 98-200 Sieradz. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gwarantował, że dostarczony sprzęt medyczny i wyposażenie jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia dostarczanych urządzeń i wyposażenia w odpowiednio widoczne, czytelne i nieusuwalne oznakowanie tzn.: każdemu wyrobowi będzie towarzyszyć informacja konieczna do bezpiecznego jego używania i do zidentyfikowania wytwórcy.
7. Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów (do istniejącej infrastruktury) w **Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 7, kod 98-200 Sieradz** – jeżeli dla danego przedmiotu zamówienia wymagane jest podłączenie do mediów – stoi po stronie Wykonawcy.
8. **Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją CPV:**
33100000-1 – urządzenia medyczne
33162100-4 – urządzenia używane w salach operacyjnych
33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem na Pakiety 1, 2, 3, 4 :

Nr Pakietu/ nr pozycji	Nazwa	Szt./ Kpl.
1	Wiertarka ortopedyczna	
<i>Pozycja 1</i>	<i>Wiertarka ortopedyczna z napędem akumulatorowym</i>	2
<i>Pozycja 1</i>	<i>Piła oscylacyjna</i>	1
2	Wiertarka Neurochirurgiczna	1
3	Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym	1
4	Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej	1

Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert tylko na część pozycji w ramach Pakietu nr 1.

V. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 pkt. 7 i 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówień w tym zakresie.

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla pakietu 1, 2, 4.

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy dla pakietu 3.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) nie podlegają wykluczeniu;
 - b) spełniają określone warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,

- opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej;
 - 4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 uPzp składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób :
- a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów;
 - c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa:
- a) informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym na podstawie art. 125 ust 1 uPzp oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
 - b) zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu (potencjał techniczny lub zawodowy oraz sytuacja finansowa lub ekonomiczna) na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określa w szczególności:
 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób i okres wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres innego udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - w przypadku wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia przy

robotach budowlanych i usługach, zakres realizacji zamówienia przez wskazane zdolności.

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu - na którego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże, że samodzielnie spełnia warunku udziału w postępowaniu.
9. **Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zasoby lub sytuację innych podmiotów, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zasobach czy sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
10. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę **na dzień składania ofert oświadczenia w formie załącznika nr 3 do SWZ**. Załącznik ten będzie stanowić pierwotne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. **Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w ust. 10.**
12. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W art. 109 ust. 1 pkt. 4)

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021r., poz. 1588) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r., poz. 1228).

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r poz. 2415)

1. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy** w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda :
 - a) oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu **w formie załącznika nr 3** - załączone do oferty, (oświadczenie aktualne na dzień składania ofert tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe)

Oświadczenie - załącznik nr 3 wykonawcy, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie składa się do oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- b) oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym - przesłanki wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - **w formie załącznika nr 3a** - załączone na wezwanie Zamawiającego, (**oświadczenie/ podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia**).
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia** Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. **109 ust. 1 pkt. 4)** uPzp Zamawiający żąda:
- a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3. **W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym** Zamawiający żąda:
- a) **Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.**
4. **W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej** Zamawiający żąda:
- a) **Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.**
5. **W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej** Zamawiający żąda:
- a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. **W wykazie należy podać minimum 1 dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia:**
- 1) dla Pakietu 1 - o wartości minimum 107 000,00 zł brutto,
 - 2) dla Pakietu 2 - o wartości minimum 96 000,00 zł brutto,
 - 3) dla Pakietu 3 - o wartości minimum 370 000,00 zł brutto,
 - 4) dla Pakietu 4 - o wartości minimum 13 000,00 zł brutto,

Forma wykazu według **załącznika nr 5** do SWZ.

6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:
a) **Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.**
7. W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych:
 - a) opisów, folderów, katalogów, kart technicznych lub prospektów oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów oferowanych zgodnie z opisem w SWZ (z zaznaczeniem Pakietu i pozycji której dotyczy),
 - b) deklaracji zgodności wystawionej przez producenta - jeśli dotyczy (z zaznaczeniem Pakietu i pozycji której dotyczy),
 - c) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I - **certyfikatu CE** wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej, zawierającej stwierdzenie, że proponowany asortyment jest wykonany zgodnie z Dyrektywą UE nr 93/42 z 14.06.1993r. (z zaznaczeniem Pakietu i pozycji której dotyczy),
 - d) wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub **zgłoszenia** wyrobu lub **powiadomienia** o wprowadzeniu wyrobu do obrotu - jeśli dotyczy (z zaznaczeniem Pakietu i pozycji której dotyczy).
8. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.
9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, nie złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w ust. 7 lub ich niekompletności w ofercie, wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
10. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert ust. 9 nie stosuje się.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja/dokument, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
12. Dokument, o którym mowa w ust. 11 pkt. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis art. 12 stosuje się.
14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie **nie krótszym niż 5 dni** od dnia wezwania

- aktualnych **na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych**, jeżeli ich wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach postępowania.
15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale podmiotowych środków dowodowych w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 16. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XII. PODWYKONAWCY.

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, poprzez wypełnienie **punktu nr 10 w formularzu oferty**.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby, Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powywoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **miniPortalu** <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <http://epuap.gov.pl/wsp/portal/> na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /IML_Lodz/SkrytkaESP
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do *formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji*.
3. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności, złożoną wyłącznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmian, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
4. Oświadczenia i dokumenty tworzące ofertę składane są w oryginale i muszą być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do działania w firmie Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - *Formularz do komunikacji*. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w **Regulaminie korzystania z miniPortalu** oraz *Regulaminie ePUAP*, które są ogólnodostępne pod adresami internetowymi odpowiednio: <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx> oraz <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin>.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy *do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji* wynosi 150 MB.
8. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je (każdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, skompresować i zapisać te pliki w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować, uwzględniając „proces szyfrowania ofert” mający miejsce na miniPortalu – wybór postępowania, szczegóły postępowania, zaszyfrowanie pliku i pobranie pliku zaszyfrowanego; a następnie załączyć do *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*.
9. Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. Zamawiający udostępni identyfikator postępowania na swojej stronie internetowej www.iml.biz.pl wraz z dokumentacją postępowania. Identyfikator postępowania dostępny jest także na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
11. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczeniu.
12. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu elektronicznego o wysłaniu informacji.
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
14. **Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.**

15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień i przedłużenia terminu składania ofert.
16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
17. Korespondencja z Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - *Formularz do komunikacji*.
18. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Tym samym korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
19. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania strony internetowej Zamawiającego www.iml.biz.pl do dnia otwarcia ofert, z uwagi na możliwość dokonania ewentualnej modyfikacji SWZ przez Zamawiającego.
20. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne wymagane informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej Zamawiającego.
21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SWZ, dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
22. Jeżeli przywołana zmiana prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, Zamawiający przekazuje do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
23. Jeżeli zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianami SWZ i przygotowaniem oferty oraz Zamawiający zamieści informację o zmianach SWZ na stronie internetowej Zamawiającego w terminie nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia.
24. Jeżeli w wyniku zmiany nie zostanie zmieniona treść ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
25. Dokumenty wymienione w rozdziale **XI ust. 1 lit b), ust. 2 – 7** (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania lub uzupełnienia) przez Wykonawcę winny być składane poprzez „*Formularz do komunikacji*” dostępny na ePUAP i udostępniony również na MiniPortalu, w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub odpowiednio oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.
26. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
27. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub poświadczenia, o którym mowa w ust. 26. niniejszego rozdziału SWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
28. **Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:**
 - **w sprawach merytorycznych:** Dział Realizacji i Rozwoju Inwestycji Szpitala Wojewódzkiego im. Prym. Kard. S. Wyszyńskiego w Sieradzu tel.: 43 82 78 357

- **w sprawach formalnych:** Dział Zamówień Publicznych IMŁ Sp. z o.o. tel.: 42 307 09 97

29. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

XIV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca **związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17 grudnia 2021 r.**
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu związania z ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. Jeżeli termin związania upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) **wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ;**
 - b) **wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ;**
 - c) **oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 3**
 - d) **przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 7, z zastrzeżeniem. rozdz. XI ust. 9 i 10**
 - e) **zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy;**
 - f) **pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;**
 - g) **podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 1 lit. b), ust. 2 – 6 niniejszej SWZ, których przedłożenia Zamawiający nie wymaga wraz z ofertą - przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.**
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmian, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na MiniPortalu.
3. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę/osoby reprezentującą Wykonawcę

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie i musi zostać dołączone do oferty.
5. Jeżeli pełnomocnictwo do złożenia oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPZP lub poświadczenia kopii podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego lub innego dokumentu zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
6. **W przypadku formularza oferty, formularza asortymentowego – wymagane parametry techniczne, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i jego aktualizacja, zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów** Zamawiający wymaga ich złożenia w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
7. **Pozostałe dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozdziału XI** składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tj. dokument zeskanowany oparty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
12. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę na platformie zastrzegł informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w osobnym pliku podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności., zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2020 r poz. 1913 ze.zm.
13. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert poprzez „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania wniosku lub oferty” dostępny na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu.
15. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
16. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się za pośrednictwem „procesu odszyfrowania ofert” dostępnego na miniPortalu: deszyfrowanie zapisanego pliku i jego pobranie.
17. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
18. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej informacje o: nazwach lub imionach i nazwiskach oraz siedzibach i miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
19. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
20. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 12:00** pod rygorem nieważności na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /IML_Lodz/SkrytkaESP. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.
2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę przekazania danych tj. czas w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.
3. **Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **18 listopada 2021 r. do godz. 12:30.**

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca podaje w formularzu cenowym (po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów): cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę VAT i wartość brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w poszczególnych pakietach.
3. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERT.

1. Zamawiający przyjął **95 % ceny oraz 5% gwarancji** jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

a) **Kryterium cena** zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena oferty najniższa spośród wszystkich ważnych ofert (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)}}{\text{Cena badanej oferty spośród ważnych ofert (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)}} \times 95\% \times 100$$

b) **Kryterium gwarancji** zostanie wyliczone według poniższego wzoru:

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty spośród ważnych ofert (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych ofert (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)}} \times 5\% \times 100$$

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy, minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

Ocena w zakresie tego kryterium będzie przeprowadzona na podstawie wypełnionej w formularzu oferty informacji potwierdzającej gwarancję.

Wykonawca nie może zaproponować gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna ją za 60 miesięcy - ten termin gwarancji będzie obowiązywał także w umowie. Wykonawca nie może zaproponować gwarancji krótszej niż 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje gwarancję niższą niż 36 miesięcy, Zamawiający uzna ją za 36 miesięcy - ten termin gwarancji będzie obowiązywał także w umowie.

2. Ocena końcowa oferty

O k = cena + okres gwarancji

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SWZ i uPzp oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze wybiera się ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nadal nie można dokonać wyboru Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty z najniższą ceną, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. **W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust. 1 uPzp nie przedłoży aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego i ponownym wezwaniu z art. 128 ust. 1 uPzp nie uzupełni, poprawi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów i oświadczeń w określonym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.**
9. **Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków w postępowaniu do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty.**

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. a) i c) na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców lub unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. INNE

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy.
2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i w określonym zakresie i warunkach:
 - a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę ceny będącej przedmiotem umowy;

- b) dopuszczalna jest zmiana terminów realizacji umowy w wyniku działania siły wyższej o czas niezbędny wynikający z tych okoliczności (za siłę wyższą nie uznaje się np.: warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca dostawy, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp.);
 - c) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług wynikającej ze zmienionych przepisów),
 - d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, nazwy;
 - e) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych jakie posiadają podmioty zamienne;
 - f) dopuszczalna jest zmiana umowy w wyniku wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych w tym oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz wyrok sądu itp.) jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego;
 - g) gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 - h) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości i jakości; w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy;
 - i) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych; w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej brutto w stosunku do ceny ofertowej;
4. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 469 pkt. 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środki ochrony prawnej zawiera Dział IX uPzp.

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź adres e-mail: iml@iml.biz.pl**;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IML Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2021r. poz. 1129 ze zm.)

XXVI. Do specyfikacji dołączono:

1. Załącznik nr 1 SWZ: Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 SWZ: Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne,
3. Załącznik nr 3 SWZ: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
4. Załącznik nr 3a SWZ: Oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

5. Załącznik nr 4 SWZ: Wzór umowy,
6. Załącznik nr 5 SWZ: Wykaz dostaw

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....

Nr tel:

e-mail:

Adres skrzynki ePUAP:

REGON:

NIP:.....

Niniejszym, oferujemy realizację zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym

bez przeprowadzenia negocjacji o wartości poniżej 214 000 euro na:**Dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla IML Sp. z o.o.**

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w cenie:

Pakiet/ pozycja	Ilość	Cena jednostk. netto (zł.)	Wartość netto (zł.)	Vat (%)	Wartość brutto (zł.)	Wartość brutto (słownie zł)	Gwarancja jako kryterium oceny ofert - liczba miesięcy od 36 do 60 m-cy
Pakiet nr 1							
Wiertarka ortopedyczna z napędem akumulatorowym	2						
Piła oscylacyjna	1						
Razem							
Pakiet nr 2							
Wiertarka Neurochirurgiczna	1						
Pakiet nr 3							
Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym	1						
Pakiet nr 4							
Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej	1						

1. Akceptujemy termin płatności: **30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po zrealizowaniu dostawy.**
2. Akceptujemy termin wykonania umowy: **zamówienie będzie zrealizowane do 8 tygodni od dnia podpisania umowy w zakresie pakietu 1, 2, 4 oraz zamówienie będzie zrealizowane do 15 tygodni od dnia podpisania umowy w zakresie pakietu 3.**
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, akceptujemy jej zapisy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w oddzielnym pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest w oddzielnym pliku „tajemnica przedsiębiorstwa”.
6. Oświadczamy, że **wzór umowy** do specyfikacji został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
8. Oświadczam, że jestem Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw: tak/nie*
* wybrać odpowiednio
9. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/swiadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi	stawka podatku VAT towaru/usługi

* Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

10. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om.
Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/
wykonać przy udziale podwykonawców*
** Przy realizacji zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami :
a) (nazwa firmy) w zakresie
b) (nazwa firmy) w zakresie

* wybrać odpowiednio

** wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

11. Oświadczamy, że dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonają/udzielają zasobów do ich wykonania, poszczególni Wykonawcy w następującym podziale/zakresie (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum oraz Wykonawców na których zasoby powołujemy się):

Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie /Wykonawca na zasoby którego powołujemy się (nazwa wykonawcy)	Rodzaj, zakres dostaw wykonywanych / udzielonych zasobów przez wykonawcę
1. Wykonawca nr 1 /konsorcjant/.....	

2. Wykonawca nr 2 /konsorcjant/.....	
--	--

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO do treści oświadczenia wykonawca wpisuje: nie dotyczy lub skreśla zapis oświadczenia.

..... miejscowość data

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1 – Dostawa wiertarek ortopedycznych w ilości 3 szt.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
I	Pozycja 1 - NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH – ilość zamawiana 2 szt. Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021	Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy,	
PARAMETRY TECHNICZNE			
1	Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	Tak	
2	Silnik bez szczotkowy komutowany elektronicznie o mocy minimum 250 W	Tak, podać	
3	Obroty max. silnika 25000 obr./min. Obroty regulowane w zakresie co najmniej od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich lub system z obrotami silnika regulowanymi od 0 do 26 000 obr/min	Tak, podać	
4	Obroty regulowane w zakresie co najmniej od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich	Tak, podać	
5	Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu	Tak	
6	Kaniulacja Ø 4 mm	Tak	
7	Dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie	Tak	
8	Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V lub 9,9V , z możliwością serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie	Tak, podać	
9	Zestaw do sterylnej wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora)	Tak	
10	Akumulatory niesterylizowane umieszczane systemem lejkowym w sterylnej	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
	komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator		
11	Adapter do oliwienia napędu, w zestawie	Tak	
12	Możliwość zasilania z sieci elektrycznej	Tak	
13	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	Tak	
14	Nasadka wiertarska typu Jacobs – 2 szt.	Tak	
15	Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs	Tak	
16	Nasadka bez kluczykowa wraz z kluczykiem	Tak	
17	Zakres minimum. 0,6 - 6,5 mm	Tak, podać	
18	Kaniulacja Ø 4 mm	Tak	
19	Maksymalna prędkość obrotowa minimum 1000 obr./min.	Tak, podać	
20	Moment obrotowy minimum 5 Nm	Tak, podać	
21	Nasadka wiertarska małe AO – 2 szt.	Tak	
22	Nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO	Tak	
23	Kaniulacja Ø 4 mm	Tak	
24	Maksymalna prędkość obrotowa minimum 1250 obr./min.	Tak, podać	
25	Moment obrotowy minimum 4 Nm	Tak, podać	
26	Nasadka do drutów Kirschnera- 2 szt.	Tak	
27	Trzy zakresy pracy (co najmniej 0,6-1,8 mm, co najmniej 1,8-3,0 mm, co najmniej 3,0-4,0 mm)	Tak, podać	
28	Kaniulacja Ø 4 mm	Tak	
29	Moment obrotowy minimum 4 Nm	Tak, podać	
30	Nasadka frezerska Harris - 2 szt.	Tak	
31	Kaniulacja Ø 4 mm	Tak	
32	Maksymalna prędkość obrotowa minimum 250 obr./min.	Tak, podać	
33	Moment obrotowy minimum 19 Nm	Tak, podać	
34	Nasadka frezerska Zimmer/Hudson – 2 szt.	Tak	
35	Kaniulacja Ø 4 mm	Tak	
36	Maksymalna prędkość obrotowa minimum 250 obr./min.	Tak, podać	
37	Moment obrotowy minimum 19 Nm	Tak, podać	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
II	Pozycja – 2 PIŁA OSCYLACYJNA – ilość zamawiana 1 szt. Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021	Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy,	
PARAMETRY TECHNICZNE			
1	Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	Tak	
2	Silnik bez szczotkowy komutowany elektronicznie o mocy minimum 250 W	Tak, podać	
3	Oscylacje regulowane w zakresie minimum od 0 do 12 000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści	Tak, podać	
4	Głowica obrotowa 360°	Tak	
5	Co najmniej 8 pozycji blokady głowicy brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą	Tak	
6	Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V lub 9,9 V, z możliwością serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora	Tak	
7	Zestaw do sterylnej wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie	Tak	
8	Akumulatory niesterylizowane umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	Tak	
9	Możliwość zasilania z sieci elektrycznej	Tak	
10	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	Tak	
11	Wychylenie ostrza 4°47' +/- 50'	Tak, podać	
12	Kosz stalowy, perforowany – 2 szt.	Tak	
13	Uchwyt napędów/pił 2 szt.	Tak	
14	Uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.	Tak	
15	Uchwyt lejka do sterylnej wkładania akumulatora 2 szt.	Tak	
16	Uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
17	Uchwyt na brzeszczoty Uchwyt na dystalną osłonę drutu Kirschnera min. 1 szt.	Tak	
18	Wanna kontenera 1/1 – 2 szt.	Tak	
19	Wymiary zewnętrzne 580 x 270 x 130 mm ± 10 mm	Tak, podać	
20	Wykonana z aluminium	Tak	
21	Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)	Tak	
22	Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera	Tak	
23	Pokrywa kontenera – 2 szt.	Tak	
24	Srebrna	Tak	
25	Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe	Tak	
26	Filtr mikro porowy, teflonowy na min. 5000 cykli sterylizacji 2 szt.	Tak	
27	Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do minimum 13 miejsc – 8 szt.	Tak, podać	
28	Brzeszczoty do piły oscylacyjnej:	Tak	
29	Brzeszczoty z zakresu długości 25-50 mm, wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji – 10 szt.	Tak, podać	
30	Brzeszczoty o długości 65 mm ± 5 mm – 10 szt.	Tak, podać	
31	Brzeszczoty z zakresu o długości 75-100 mm – 10 szt.	Tak, podać	

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

..... miejscowość data

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2b do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2 – Dostawa wiertarki neurochirurgicznej w ilości 1 szt.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
	NAPĘD SZYBKOOBROTOWY DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH – ilość zamawiana 1 szt. Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021	Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy,	
1	Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie	Tak	
2	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy	Tak	
3	Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały) Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 75 000 obr/min	Tak, podać	
4	Maksymalny moment obrotowy min. 40 mNm	Tak, podać	
5	Maksymalna moc min. 330 W	Tak, podać	
6	Obroty wiercenia: lewo i prawo	Tak	
7	Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa	Tak	
8	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania	Tak	
9	Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem	Tak	
10	Długości kabla zasilającego napęd minimum 4 m	Tak, podać	
11	Waga napędu wraz z przewodem nie przekraczająca 500 g	Tak, podać	
12	Długość korpusu napędu nie przekraczająca 130 mm	Tak, podać	
13	Średnica obudowy napędu nie większa niż 20 mm	Tak, podać	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
14	Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta nie przekraczająca 48°C	Tak, podać	
15	Współpraca z minimum 30 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem Zatraskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi	Tak, podać	
16	Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego	Tak	
17	NASADKI DO NAPĘDU SZYBKOOBROTOWEGO	Tak	
18	REDUKTOR DO TREPANACJI - 2 szt.	Tak	
19	Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów min. 60:1	Tak, podać	
20	Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson	Tak	
21	Zakres obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanów: w zakresie minimum 0-1200 obr/min	Tak, podać	
23	Możliwość programowego ograniczenia max. obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanacji w profilu użytkownika konsoli sterującej	Tak	
24	KRANIOTOM 16mm nieobrotowy	Tak	
25	Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm	Tak	
26	Zintegrowana z nasadką osłona (stopka) opony twardej	Tak	
27	Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym	Tak	
28	Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu	Tak	
29	PROSTNICA 8 cm – 2 szt.	Tak	
30	Prostnica współpracująca z ostrzami do kraniotomu	Tak	
31	KĄTNICA 7 cm	Tak	
32	Nasadka kątowa o długości roboczej 70 mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia)	Tak	
33	Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm)	Tak, podać	
34	Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
	irygacyjnymi		
35	Nasadka kątowna o długości roboczej 140±5mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia)	Tak, podać	
36	Waga nasadki kątownej o długości roboczej 140mm nie przekraczająca 90g	Tak, podać	
37	Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowne o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm)	Tak, podać	
38	Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi	Tak	
39	KASETA STERYLIZACYJNA - 2 szt.	Tak	
40	Wszystkie elementy zestawu dopuszczone do mycia automatycznego w myjni-dezynfektorze	Tak	
41	Sterylizacja parowa wszystkich elementów zestawu do temp. maks. 137°C	Tak	
42	Dedykowana kasetka sterylizacyjna dwupoziomowa z wyprofilowanymi przedziałami na wszystkie elementy zestawu	Tak	
43	MIKROPROCESOROWA KONSOLA STERUJĄCA	Tak	
44	Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz	Tak	
45	Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak	
46	Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD przekątnej minimum 17cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170°, kolor 24-bitowy	Tak, podać	
47	Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza	Tak	
48	Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych	Tak	
49	Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów	Tak	
50	Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych	Tak	
51	Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu	Tak	
52	Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika)	Tak	
52	Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
53	Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania	Tak	
54	Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego	Tak	
55	Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza	Tak	
56	Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracującą z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min.	Tak, podać	
57	Zatraskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli	Tak	
58	Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego	Tak	
59	Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego	Tak	
60	Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu	Tak	
61	Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego	Tak	
62	Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów	Tak	
63	Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi	Tak	
64	Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników	Tak, podać	
65	Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów	Tak	
66	Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów	Tak	
67	Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem Waga konsoli poniżej 8±5% kg	Tak, podać	
68	STEROWNIK NOŻNY	Tak	
69	Przewodowy pięcioprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem, z możliwością programowania funkcji wszystkich przycisków	Tak	
70	Główny przycisk sterownika nożnego w formie ergonomicznej uchylnej platformy pozwalającej na obsługę sterownika z obu stron	Tak	
71	Długość przewodu sterownika nożnego min 4 m	Tak, podać	
72	Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – klasa ochronna IPX8	Tak	

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

..... miejscowość data

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3 – Dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym w ilości 1 kpl.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
	ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM – ilość zamawiana 1 kpl. Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021	Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy,	
Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D			
1	Uniwersalny sterownik kamery umożliwiający podłączenie kamer 2D i wideoendoskopów z możliwością obrazowania 3D	Tak	
2	Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy wideokamery	Tak	
3	Obsługiwane formaty 1080p	Tak	
4	Funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwiająca uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
5	Wyjścia cyfrowe min. 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI,	Tak	
6	Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” przez operatora z głowicy kamery	Tak	
7	Algorytm redukcji pozwalający w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność	Tak	
8	Połączenie ze źródłem światła umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny	Tak	
9	Zoom cyfrowy min x1,6	Tak, podać	
10	Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali min. 5 stopniowej	Tak, podać	
11	Możliwość regulacji kontrastu w skali min. 5 stopniowej	Tak, podać	
12	Możliwość wyostrenia krawędzi w skali min. 5 stopniowej	Tak, podać	
13	Zaprogramowane tryby pracy min. chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako	Tak, podać	
14	Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla min. 3 użytkowników	Tak, podać	
15	Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji	Tak	
16	Sterownik kamery rozpoznaje podłączona głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
17	Ustawienie języka menu w tym język polski	Tak	
Źródło światła LED			
18	Żywotność modułu LED min. 30000 h	Tak, podać	
19	Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym	Tak	
20	Regulacja natężenia światła: ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym.	Tak, podać	
21	Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery	Tak	
22	Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu	Tak	
23	Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olympus, Wolf	Tak	
24	Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji	Tak	
25	Typ ochrony CF	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
26	Światłowód , długość min 3m, średnica wiązki 4,8mm – 1 szt.	Tak, podać	
27	Optyka laparoskopowa o średnicy 10mm, kąt patrzenia 30 stopni , Kodowanie kąta patrzenia optyki kolorami, Zgodna ze standardem FullHD – oznaczenie standardu na obudowie optyki, długość robocza min. 310 mm, Przeznaczona do sterylizacji parowej i niskotemperaturowej. Gniazdo podłączenia światłowodu zamontowane pod kątem do osi optyki – umożliwiające odpowiednie poprowadzenie światłowodu i chroniące przed uszkodzeniem wiązek, Układ optyczny zakończony szafirowym szkłem wlutowanym w obudowę optyki. – 1 szt.	Tak, podać	
28	Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki wykonany z jednego arkusza stali. Zamontowane pozycjonery umożliwiające bezpieczne zamocowanie optyki, Pokrywa do kosza z rączką. – 1 szt.	Tak, podać	
Wideolaparoskop 3D Full HD 30°			
29	Przetworniki obrazu 2x 1/3'' CMOS	Tak	
30	Wizualizacja w trybie 3D i 2D (przełączanie trybów za pomocą przycisku na wideolaparoskopie)	Tak	
31	Zakres pracy wideolaparoskopu umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)	Tak	
32	Rozdzielczość min. Full HD 1920x1080, skan progresywny	Tak, podać	
33	Kąt patrzenia 30°	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
34	Konstrukcja - Zintegrowany system: kamera, światłowód, optyka. - Przewód sygnałowy i światłowodowy zintegrowany w jednym przewodzie	Tak	
35	Przygotowanie bez konieczności sterylizacji wideolaparoskopu. Współpraca z jednorazowymi rękawami sterylnymi całkowicie oddzielającymi urządzenie od części „brudnej”.	Tak	
36	Przyciski – min. 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia.	Tak, podać	
37	Zapobieganie parowaniu optyki - Ogrzewanie części roboczej optyki całkowicie zapobiegającej parowaniu podczas zabiegu	Tak	
38	Automatyczne ustawienie ostrości - autofocus	Tak	
39	Średnica 10mm z zamontowanym rękawem sterylnym	Tak	
40	Typ ochrony CF	Tak	
41	Rękawy sterylne 10 szt./opak – 1 opak.	Tak	
42	Okulary polaryzacyjne – 15 szt.	Tak	
43	Okulary polaryzacyjne antyparujące – 5 szt.	Tak	
44	Nakładki polaryzacyjne na okulary korekcyjne – 3 szt.	Tak	
Głowica kamery wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS			
45	Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3" CMOS	Tak	
46	Progresywne skanowanie obrazu	Tak	
47	Ogniskowa zapewniająca zoom optyczny min. 2x	Tak, podać	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
48	Min. 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą.	Tak, podać	
49	Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta	Tak, podać	
50	Automatyczna regulacja jasności	Tak	
51	Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym	Tak	
52	Typ ochrony CF	Tak	
53	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych	Tak	
54	Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej	Tak	
Monitor LCD FullHd 2D/3D			
55	Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli,	Tak, podać	
56	Przekątna ekranu min. 31''	Tak, podać	
57	Wejścia video min. 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 1x S-Video	Tak, podać	
58	Wyjścia video min. 2x 3G-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video	Tak, podać	
59	Podświetlenie LED	Tak	
60	Kontrast min. 1200:1	Tak, podać	
61	Maksymalna jasność min. 600 cd/m2	Tak, podać	
62	Mocowanie VESSA 100 i 200	Tak	
Monitor LCD FullHd o przekątnej			
63	Przekątna ekranu mn. 26''	Tak, podać	
64	Matryca TFT z podświetleniem LED	Tak	
65	Rozdzielczość min. 1920x180	Tak, podać	
66	Wejścia video min. HDMI, VGA	Tak, podać	
Pompa ssąco-płucząca do laparoskopii i histeroskopii			
67	Uniwersalna pompa ssąco płucząca do laparoskopii i histeroskopii z możliwością zaprogramowania dodatkowych trybów (artroskopia, urologia)	Tak	
68	Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran	Tak, podać	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
	dotykowy min 5''		
69	Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną	Tak	
70	Maksymalna prędkość płukania dla laparoskopii min. 3500 ml/min., z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości	Tak, podać	
71	Regulacja przepływu w histeroskopii w zakresie min. 50-500 ml/min	Tak, podać	
72	Ciśnienie płukania dla laparoskopii min. 400mmHg	Tak, podać	
73	Regulacja ciśnienia płukania w histeroskopii w zakresie min. 15 - 150mmHg	Tak, podać	
74	Dwa tryby płukania: standardowy i wysoki	Tak	
75	Wydajność ssania min. 4l/min	Tak, podać	
76	Dwa tryby ssania	Tak	
77	Kolorowy dotykowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia	Tak	
78	Wielorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do laparoskopii i histeroskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – 2 szt.	Tak	
79	Dren do wytworzenia próżni 30 dniowy, 10 szt./opak. – 1 opak.	Tak	
80	Pojemniki plastikowe na odessane płyny, jednorazowe, pojemność 2l, 40 szt./opak – 1 opak.	Tak	
Insuflator wysokoprzepływowo z funkcją automatycznego oddymiania			
81	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do min. 45 l/min	Tak, podać	
82	Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.	Tak	
83	Zaprogramowane tryby pracy min. chirurgia ogólna, bariatria, pediatryczny, kardio	Tak, podać	
84	Regulacja ciśnienia insuflacji min. 1-30 mmHg	Tak, podać	
85	Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C,	Tak, podać	
86	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
	aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia		
87	Wskaźnik objętości zużytego gazu	Tak	
88	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg	Tak	
89	Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu	Tak	
90	Obsługa poprzez kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 5''	Tak, podać	
91	Obsługa w języku polskim	Tak	
92	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni	Tak	
93	3 stopnie przepływu: niski, średni, wysoki.	Tak	
94	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO ₂ lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO ₂	Tak	
95	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO ₂ z butli na instalację ścienną	Tak	
96	Przewód do podłączenia CO ₂ - 1 szt.	Tak	
97	Dren do insuflacji z podgrzewaniem gazu – 2 szt	Tak	
98	Dreny jednorazowe do oddymiania – 10 szt./opak – 1 opak.	Tak	
99	Filtry wielorazowe do oddymiania – 30 szt./opak – 1 opak.	Tak	
100	Filtry do insuflacji 25 szt./opak. – 1 opak.	Tak	
101	Sterownik nożny do funkcji oddymiania - 1szt.	Tak	
Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych			
102	Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA	Tak	
103	Ramię boczne do monitora	Tak	
104	Cztery koła z blokadą	Tak	
105	Cztery półki na urządzenia	Tak	
106	Możliwość dołączenia półki na klawiaturę	Tak	
107	Uchwyt głowicy kamery	Tak	
108	Uchwyt wideolaparoskopu	Tak	
109	Uchwyt butli CO ₂	Tak	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
110	Wysięgnik na płyny infuzyjne	Tak	
111	Zamykany panel tylny	Tak	
112	Szuflada zamykana na klucz	Tak	
Archiwizator Medyczny			
113	Nagrywa wideo w rozdzielczości FullHD oraz zdjęcia z medycznych źródeł wideo	Tak	
114	Możliwe miejsca zapisu: dysk wewnętrzny, dysk zewnętrzny, dysk sieciowy	Tak	
115	Wbudowany monitor dotykowy do obsługi urządzenia – min. 6’’	Tak, podać	
116	Format obrazu: JPG, PNG		
117	Pamięć wewnętrzna min. 128 GB	Tak, podać	
118	Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265)	Tak	
119	Wejście USB 3.0 – min. 3 szt.	Tak, podać	
120	Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s	Tak	
121	Możliwość podłączenia do system PACS	Tak	
122	Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB	Tak	
123	Wejścia wideo: min. 2 x HDMI	Tak, podać	
124	Wyjścia wideo: min. 1x HDMI	Tak, podać	
125	Pilot na podczerwień (w zestawie)	Tak	
126	Pamięć zewnętrzna w zestawie min. 64 Gb	Tak, podać	
127	Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny	Tak	

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

..... miejscowość data

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 4 – Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 1 sztuka

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021	Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy,	
1	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej do drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)	Tak	
2	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 3 segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo.	Tak	
3	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu.	Tak	
4	Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem.	Tak	
5	Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 130 cm	Tak, podać	
6	Dopuszczalne obciążenie min. 316 kg z uwagi na pacjentów bariatrycznych.	Tak, podać	
7	Długość całkowita wózka max. 218 cm	Tak, podać	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
8	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami max. 77 cm	Tak, podać	
9	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami max. 86,5 cm	Tak, podać	
10	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 66 cm	Tak, podać	
11	Składane, ergonomiczne uchwyty/rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg. Rączki składane poniżej poziomu materaca.	Tak	
12	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej.	Tak	
13	Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem	Tak, podać	
14	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy.	Tak	
15	Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.	Tak	
16	Barierki boczne chromowane, składane, o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytyami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg	Tak, podać	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
17	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od max. 53 cm do min.86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	Tak	
18	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0°- 90° sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy.	Tak	
19	Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża.	Tak	
20	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej $\pm 17^\circ$ przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka	Tak, podać	
21	Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka	Tak	
22	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża	Tak	
23	Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezglowia.	Tak	
24	Listwy odbojowe zabezpieczające wszystkie naroża wózka	Tak	
25	Możliwość mycia ciśnieniowego wózka	Tak	
26	Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o zgrzewanych krawędziach (nie zszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości 10 cm, niepalny (zgodnie z normą EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu min. 315 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie	Tak, podać	

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	2	3	4
27	Zwalnianie poręczy bocznych z obu końców leża	Tak	

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

..... miejscowość data

.....
 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
 osoby/osób uprawnionej/ych
 do występowania w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Nazwa i adres Wykonawcy (*Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum*) :

.....

Nazwa i adres Partnera/-ów (*w przypadku Konsorcjum*):

.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie w trybie podstawowym **bez przeprowadzenia negocjacji o wartości poniżej 214 000 euro** na:
Dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

I. Oświadczam, co następuje*:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.4) uPZP
3. oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. uPZP (podać mając zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1,2,5 lub 6 u PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2 uPZP podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

II. Oświadczam, co następuje*:

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegam na zasobach podmiotów wymienionych wg rodzaju i zakresu w formularzu oferty.

Do oferty dołączam oświadczenie/-a podmiotu/-ów udostępniającego/-ych zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuję się na jego/ich zasoby oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego/tych podmiotu/-ów (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp)

III. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. *

* niepotrzebne wykreślić

..... miejscowość data

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI
ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 UPZP
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa i adres Wykonawcy (*Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum*) :

.....

Nazwa i adres Partnera/-ów (*w przypadku Konsorcjum*):

.....

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie w trybie podstawowym **bez przeprowadzenia negocjacji o wartości poniżej 214 000 euro** na: **Dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.**

Oświadczam/y, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postpowaniu, wskazanych przez Zamawiającego.*

* W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić, jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

..... miejscowość data

.....
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy

UMOWA

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji o wartości poniżej 214 000 euro

zgodnie

z ustawą Prawo zamówień publicznych na

„Dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.”

nr postępowania 1/ZP/P/2021

zawarta w dniu r. w Łodzi
pomiędzy:

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi**

90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12 pok. 515

NIP: 726-26-54-060

REGON: 101745880

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000507870

reprezentowana przez:

Prezesa Zarządu – Marcina Rybkę

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a:

.....

Zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest **sprzedaż i dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem urządzeń medycznych** zwana dalej „przedmiotem zamówienia”.
2. Dostawa / montaż / instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia będzie miało miejsce w **Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu** (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz).
3. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w **załączniku nr do SWZ** (opis przedmiotu zamówienia), który stanowi integralną część umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że jest jego wyłączną własnością, nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, że nie podlega on żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące przedmiotu zamówienia, jak również, że nie są mu

znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia / montażu / instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż **od dnia podpisania umowy**, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji. Wykonawca **zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru** przedmiotu zamówienia w **formie pisemnej (przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru)**.
2. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, w których **przedmiot zamówienia jest instalowany**, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
3. **Wykonawca po dostarczeniu / montażu / zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:**
 - a. dokonania wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia;
 - b. **wstępnego przeszkolenia** (w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy) – **w dniu dostawy sprzętu** – pracowników użytkownika sprzętu w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu/wyposażenia w miejscu użytkowania sprzętu/wyposażenia. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w protokole szkolenia (**w dwóch egzemplarzach**).
 - c. **pełnego przeszkolenia** pracowników (w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy) – **najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru sprzętu medycznego** (po ustaleniu daty szkolenia z użytkownikiem) – użytkownika sprzętu w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu/wyposażenia w miejscu użytkowania sprzętu/wyposażenia. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w protokole szkolenia (**w dwóch egzemplarzach**).
4. **Wykonawca przekaze wraz z dostarczonym sprzętem medycznym/wyposażeniem:**
 - a. **paszport techniczny urządzenia z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami**, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji – **jeżeli dotyczy**;
 - b. **instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej – w jednym egzemplarzu dla Użytkownika oraz w wersji elektronicznej – w dwóch egzemplarzach tj. dla Użytkownika oraz dla IMŁ Sp. z o.o.)**;
 - c. **dokumenty gwarancyjne (w dwóch egzemplarzach)**,
 - d. **inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym (w dwóch egzemplarzach; dotyczy wszystkich części)**;
 - e. **listę preparatów do sterylizacji i dezynfekcji (w dwóch egzemplarzach) – jeżeli dotyczy**;
 - f. **protokół z odbioru, instalacji i uruchomienia sprzętu (w trzech egzemplarzach)**.

5. **Wykonawca** wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga:
 - a. specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, **załączanych do wyrobu – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz dostawców takich części i materiałów (w dwóch egzemplarzach);**
 - b. fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej lub doraźnych przeglądów, regulacji kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika – **załączanych do wyrobu – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności (w dwóch egzemplarzach).**
6. Wydanie przedmiotu zamówienia uznaje się za dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony **bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przygotowanego przez Wykonawcę.**
7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia w związku ze stwierdzeniem wad/uszkodzeń/zastrzeżeń podczas odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnego ze szczegółowym opisem, o którym mowa w § 1 ust. 3, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu odbioru z uwagami.
8. Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza żadnych uprawnień Zamawiającego na wypadek zwłoki w wydaniu przedmiotu zamówienia.
9. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad i usterek przez Wykonawcę, Strony przystąpią do ponownego odbioru.
10. Własność przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego skutecznego odbioru.

§ 3

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego **pełną gwarancję** na zaoferowany sprzęt - **miesięcy** zgodnie ze złożoną ofertą. **Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.** Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.
2. Czas przystąpienia do naprawy (okres pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego bądź Użytkownika przedmiotu zamówienia wad, a przystąpieniem Wykonawcy do ich usunięcia) wynosi maksymalnie **48 godzin** w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od momentu zgłoszenia.

3. Gwarancja, dla wymienionych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w końcowym okresie zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – wynosi minimum **6 miesięcy**.
4. Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przedmiotu zamówienia (minimum jeden raz w ciągu 12 miesięcy, minimum dwa bezpłatne przeglądy w tym, drugi po 24 miesiącach od daty uruchomienia), o ile przeglądy w takim wymiarze są wymagane przez producenta danego urządzenia. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych, części podlegających wymianie, dojazdów do Użytkownika sprzętu oraz robocizny w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. **Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych bez konieczności zgłaszania ich przez Zamawiającego – jeżeli dotyczy.**
6. **Zamawiający wymaga w terminie najpóźniej 7 dni przed upływem gwarancji przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu medycznego – jeżeli dotyczy.**
7. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – wynosi **maksymalnie 3 dni robocze** rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - wynosi **maksymalnie 5 dni** roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
9. Wymiana podzespołu urządzenia na nowy - po maksymalnie trzech nieskutecznych próbach naprawy tego podzespołu.
10. Niesprawność przedmiotu zamówienia trwająca minimum 2 dni z powodu awarii, uniemożliwiająca korzystanie z niego, automatycznie wydłuża gwarancję o czas przestoju, rozumianego jako każdy rozpoczęty dzień, w którym sprzęt pozostawał wyłączony z użytku.
11. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla sprzętu medycznego przez minimum 10 lat.
12. W przypadku nie dokonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapewni na swój koszt i we własnym zakresie sprzęt zastępczy w tej samej klasie, o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy.
13. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Użytkownika przedmiotu zamówienia (lub Zamawiającego) na numer faksu: _____ lub adres e-mail: _____ Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej.
14. Wykonawca **najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz lokalizacji gwarancyjnych, autoryzowanych serwisów** Wykonawcy (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami/faksami).
15. **Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz). (Użytkownika przedmiotu zamówienia), który zyskuje samodzielne uprawnienia z tytułu gwarancji, w szczególności do zgłaszania**

usterek, wad oraz żądania naprawy gwarancyjnej. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez w/w podmiot.

16. W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych pacjentów, których Użytkownik przedmiotu zamówienia jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, Wykonawca zawrze z administratorem danych osobowych (Użytkownikiem) umowę powierzenia danych osobowych (*jeżeli dotyczy*).

§ 4

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

1. Osobą upoważnioną do kontaktów a także do odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest:,
tel. /+48/ 42 307 09 97,, zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:
imię, nazwisko, numer telefonu, faxu

3. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się, na piśmie pod rygorem nieważności, o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmianie numerów telefonów.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy wynosi brutto: (słownie:)
2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera w sobie podatek od towarów i usług w kwocie i obejmuje wszelkie koszty (w tym materiałów i robocizny, przeglądów, szkoleń) niezbędne do realizacji umowy.
3. Płatność całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbieżności cen za poszczególne pozycje (jeżeli dotyczy), wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń oraz podpisaniu stosownego protokołu odbioru.
4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy.
5. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu zamówienia.
6. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają kary umowne.

2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - a. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części umowy lub całości umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od tej części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 - b. w wysokości 0,3% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - c. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części lub całości umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub innego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
 - d. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto (rozumianego jako całość przedmiotu zamówienia lub jego odpowiednia część jeżeli możliwe jest jego podzielenie np. na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbieżności cen za poszczególne pozycje), w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust.2 (przystąpienia serwisu do naprawy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - e. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto (rozumianego jako całość przedmiotu zamówienia lub jego odpowiednia część jeżeli możliwe jest jego podzielenie np. na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbieżności cen za poszczególne pozycje), w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust.7 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - f. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto (rozumianego jako całość przedmiotu zamówienia lub jego odpowiednia część jeżeli możliwe jest jego podzielenie np. na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbieżności cen za poszczególne pozycje), w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 8 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - g. w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku nieprzywrócenia do stanu pierwotnego na koszt własny pomieszczeń, w których przedmiot zamówienia jest instalowany, w sytuacji określonej w § 2 ust. 2 umowy- w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - h. w wysokości 0,4% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 12 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od

tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4. **Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.**
5. Zamawiający jest uprawniony do **potrącania wierzytelności** wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).
7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.
8. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących okolicznościach:
 - 1) w przypadku trwającej co najmniej 7 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie. Oświadczenie może być złożone w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu ww. dodatkowego terminu;
 - 2) jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
 - 3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależyte wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w umowie.
3. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego czy ustawy prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2 pkt. 2 i 3.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej **lub w postaci elektronicznej**.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
7. Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.
8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy i zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy.

§ 9

1. Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
6. **SWZ wraz z wszystkimi załącznikami stanowi integralną część umowy.**

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Wykaz głównych dostaw wykonanych lub wykonywanych należycie

L.p.	Wartość brutto (zł.)	Przedmiot	Okres obowiązania umowy		Odbiorca (nazwa, adres)
			od	do	
1.					
2.					
3.					
4.					

UWAGA! – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw.

..... miejscowość data

.....
 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
 osoby/osób uprawnionej/ych
 do występowania w imieniu Wykonawcy