



Łódź, dnia 16 grudnia 2019 r.

IMŁ/BZ/2-2/BI/ZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

Znak sprawy: 2/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, IMŁ Sp. z o.o. podają odpowiedzi na zapytania w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 4:

Część 4 – SSAKI JEZDNE – Załącznik Nr 1.4. do SIWZ

Pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z płynnym, szerokim zakresem regulacji wydajności ssania od 0 do 38 l/min ? Oferowany zakres regulacji jest szerszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odp. **Tak – Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 5:

Część 4 – SSAKI JEZDNE – Załącznik Nr 1.4. do SIWZ

Pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego? Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego przez Zamawiającego.

Odp. **Tak – Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 6:

Część 4 – SSAKI JEZDNE – Załącznik Nr 1.4. do SIWZ

Pkt. 12 – Zamawiający w pkt 11 wymaga 2 szt. uchwytów naszynekowych do każdego ssaka. Czy w związku z tym Zamawiający będzie także wymagał 2 szt. zbiorników 2 l lub 2,5 l.

wielorazowych z poliwęglanu, nietłukących z tworzywa z podziałką do wkładów jednorazowych?

Odp. **Zamawiający wyjaśnia, że wymaga 2 szt. uchwytów i 2 szt. zbiorników-(2 lub 2,5l).**

Pytanie nr 6:

Część 4 – SSAKI JEZDNE – Załącznik Nr 1.4. do SIWZ

Pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, z włącznikiem / wyłącznikiem nożnym dołączanym do ssaka i z możliwością zamontowania go na podstawie jezdnej? Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego gdyż włącznik nożny można swobodnie umiejscowić w pozycji dogodnej dla obsługi np. na podstawie jezdnej lub np. w odległości 2 m od ssaka.

Odp. **Tak – Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 7:

Część 3 – HOLTERY RR – Załącznik Nr 1.3. do SIWZ

Pkt. 3 – Zakres mierzonego ciśnienia co najmniej od 0 do 300 mm Hg (względem ciśnienia atmosferycznego).

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy rejestrator holtera ciśnieniowego z ciśnieniem w zakresie 0 – 299 mmHg? Taki przedział jest nieznacznie różniący się od wymaganego przez Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na badanie.

Odp. **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 8:

Część 3 – HOLTERY RR – Załącznik Nr 1.3. do SIWZ

Pkt. 14 – Możliwość podziału doby na min. 6 podzakresów pomiarowych.

Czy Zamawiający dopuści możliwość podziału doby na 5 podokresy pomiarowe? Oferowane oprogramowanie umożliwia podział doby na 5 podokresów. W praktyce podział doby na dwa okresy, dzień i noc, oraz dzień na trzy podokresy i noc na jeden podokres jest wystarczający.

Odp. **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 9:

Część 3 – HOLTERY RR – Załącznik Nr 1.3. do SIWZ

Pkt. 16 – Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z podokresów pomiarowych.

Czy Zamawiający dopuści funkcję analizy statystyki wyników dla trzech okresów pomiarowych? Oferowane oprogramowanie umożliwia analizę statystyk wyników dla całego badania, oraz oddzielnie dla dnia i nocy. W praktyce podział doby na dwa okresy, dzień i noc, oraz dzień na trzy podokresy i noc na jeden podokres jest wystarczający.

Odp. **Zgodnie z SIWZ.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektora Biura Inwestycji

Dorota Kowal-Kądrowska

