



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

impl@impl.biz.pl

Łódź, dnia 10 kwietnia 2018r.

IMŁ/BZ/ 12-4/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Przebudowę i modernizację bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ”

Znak sprawy: 12/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 2A

Kolumna anestezyjologiczna – 4 szt.

1. Czy Zamawiający pod pojęciem „informacji o spełnieniu wymogów obowiązującego porządku prawnego w zakresie wprowadzenia oferowanego wyrobu medycznego do obrotu ...” rozumie deklarację CE wystawioną przez producenta dla klasy I oraz jednostkę notyfikowaną dla wyrobów medycznych wyższych klas co jest dokumentem obowiązującym i opisanym w przepisach prawa?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą o przekroju w kształcie trapezu? *Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z hamulcami tylko pneumatycznymi? *Odp. Nie, zgodnie z wymaganiami SIWZ.*

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki z szufladą o wymiarach 460x440 mm? *Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.*

5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szyny medycznej jednej okalającej głowicę zamiast dwóch?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli o wysokości 1200 mm?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

7. Czy Zamawiający dopuszcza aby wykaz części zamiennych, zużywalnych oraz materiałów był dostarczony wraz z urządzeniami na etapie realizacji?

Odp. Tak, zgodnie z wymaganiami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz dostawców części i materiałów, wraz z dostawą wyrobu.

Kolumna chirurgiczna – 3 szt.

8. Czy Zamawiający pod pojęciem „informacji o spełnieniu wymogów obowiązującego porządku prawnego w zakresie wprowadzenia oferowanego wyrobu medycznego do obrotu ...” rozumie deklarację CE wystawioną przez producenta dla klasy I oraz jednostkę notyfikowaną dla wyrobów medycznych wyższych klas co jest dokumentem obowiązującym i opisanym w przepisach prawa?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z udźwigiem 110 kg?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą o przekroju w kształcie trapezu?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z hamulcami tylko pneumatycznymi?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki z szufladą o wymiarach 460x440 mm?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki pod aparaturę o wymiarach 460x440 mm?

Odp. Nie, Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli o szerokości 382 mm?

Odp. Nie, Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuszcza aby wykaz części zamiennych, zużywalnych oraz materiałów był dostarczony wraz z urządzeniami na etapie realizacji?

Odp. Tak, zgodnie z wymaganiami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz dostawców części i materiałów, wraz z dostawą wyrobu.

Lampa operacyjna bezcieniowa – 4 szt.

16. Czy Zamawiający pod pojęciem „informacji o spełnieniu wymogów obowiązującego porządku prawnego w zakresie wprowadzenia oferowanego wyrobu medycznego do obrotu ...” rozumie deklarację CE wystawioną przez producenta dla klasy I oraz jednostkę notyfikowaną dla wyrobów medycznych wyższych klas co jest dokumentem obowiązującym i opisanym w przepisach prawa.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

17. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kopuły głównej o średnicy 764 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza kopułę główną o średnicy 764mm.

18. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obudowy wykonanej z metali lekkich i ABS?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kopuły głównej z ramieniem o obrocie 280 stopni na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kopuły głównej i pomocniczej ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 95?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

21. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kopuły pomocniczej o natężeniu oświetlenia z odległości 1m wynoszącym 120 000 lux?

Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora z matrycą LCD bez podświetlenia LED?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

23. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez wejścia HDMI?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez wejścia HDMI.

24. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez wyjścia DVI?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez wyjścia DVI.

25. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery z balansem bieli o fokusem tylko automatycznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

26. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu archiwizacji obrazu opartym na komputerze z procesorem klasy Intel Xeon?

Odp. Zamawiający dopuszcza system archiwizacji obrazu oparty na komputerze z procesorem klasy Intel Xeon.

27. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu nagrywania i archiwizacji obrazu jako system niemedyczny?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu archiwizacji bez funkcji robienia zdjęć oraz zachowania pojedynczych obrazów?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

29. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji przesyłania obrazu na serwer FTP szpitala lub zintegrowany serwer typu PACS z ich możliwością odtwarzania?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

30. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez obsługi formatu DICOM i konwersji do tego formatu?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

31. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez możliwości edycji obrazów video i zapisywania w fragmentach?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

32. Czy Zamawiający dopuszcza system z rozpoczęciem sekwencji nagrywania przy pomocy panelu sterowniczego zamiast przy pomocy urządzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

33. Czy Zamawiający dopuszcza aby wykaz części zamiennych zużywalnych oraz materiałów był dostarczony wraz z urządzeniami na etapie realizacji?

Odp. Patrz odp. na pytanie 7.

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna - 4szt.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w hamulce pneumatyczne i ciernie, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na froncie półki poziomo lub na głowicy w układzie pionowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w dwie poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone po bokach konsoli o łącznej nośności 20kg czyli po 10 kg każda?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą o szerokości 298 mm co jest wartością minimalnie większą od wymaganej?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy: Kolumna chirurgiczna - 3szt.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w hamulce pneumatyczne i ciernie, przyciski umieszczone w dwóch uchwytych, zlokalizowanych na froncie półki poziomo lub na głowicy w układzie pionowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą o szerokości 298 mm co jest wartością minimalnie większą od wymaganej?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy: Lampy operacyjne z kamerą i monitorem HD - 4szt.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o jednolitej konstrukcji czaszy w kształcie koła wykonana z aluminium oraz bezpiecznego specjalnego tworzywa, bez uchwytów brudnych z boku czaszy?

Odp. Zamawiający wymaga kopuł wyposażonych w uchwyt na obwodzie lub uchwyty do ich przemieszczania przez personel medyczny.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której sterowanie parametrami lampy odbywa się przy pomocy panelu dotykowego umieszczonego bezpośrednio przy czaszy lampy?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulowaną wielkością plamy świetlnej dla w zakresie 180-300mm dla czaszy głównej oraz 180-270 dla pomocniczej co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z temperaturą barwową równą 4350st K?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga aby temperatura barwowa była regulowana w zakresie 4350-4800st K.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z światłem ambientowym realizowanym przez diody główne lampy u uruchamiane jednym dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 44

Czy Zamawiający ze względów serwisowych będzie wymagał aby lampa operacyjna miała możliwość wymiany pojedynczych punktów świetlnych w momencie ich awarii a nie całych segmentów diod LED co znacznie obniża koszt eksploatacji urządzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w wysokiej jakości kamerę HD mocowaną w głównej czaszy lampy o parametrach:

Rozdzielczość: 1920x1080,

Optyczny zoom 10x,

Cyfrowy zoom 12x,

Migawka 1/2 do 1/10.000s,
Obrót 330st,
Automatyczne i manualne fokusowanie,
Klasa min. IP41.?

Odp. Zamawiający dopuszcza kamerę o zaproponowanych parametrach parametrach.

Pytanie 46

Czy Zamawiający ze względów użytkowych będzie wymagał aby kamera montowana w lampie operacyjnej była wyposażona w osłonę sterylną oraz możliwość jej demontażu i montażu w innej lampie przez użytkownika bez użycia narzędzi?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w 32 wysokowydajne diody LED w czaszy głównej i w 24 wysokowydajne diody LED w czaszy pomocniczej?

Odp. Zamawiający wymaga aby natężenie oświetlenia w odległości 1m było nie mniejsze niż 160000lux dla kopuły głównej i 130000lux dla kopuły pomocniczej.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z maksymalnym poborem mocy dla czaszy głównej równym 85 W i 65 W dla czaszy pomocniczej?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 49

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną mocowaną do stropu, której ramię nośne zamocowane jest na obrotowym centralnym zawieszu sufitowym z możliwością rotacji całego systemu w zakresie 360 stopni i zapewniające możliwość pozycjonowania lamp w zakresie poziomej i pionowej oraz posiadającą dodatkowe ramię do zainstalowania monitora?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 50

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną posiadającą czasie o gładkich powierzchniach łatwych do utrzymania w czystości, bez widocznych śrub lub nitów mocujących oraz trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 51

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną, której pozycjonowanie (lampy głównej i pomocniczej) odbywa się za pomocą centralnego uchwyty (w geometrycznym środku ciężkości czaszy) wyposażonego w sterylizowane, wymienne nakładki?

Odp. Nie, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

PYTANIE NR 52

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną, której konstrukcja czasz odporna jest na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymaga obudowy wykonanej z metali lekkich a moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego, konstrukcja czasz odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

PYTANIE NR 53

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o jednolitej konstrukcji czasz w kształcie prostokąta, wykonanych z aluminium oraz krystalicznego szkła, bez uchwytów brudnych z boku czaszy, relingów, itp.?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

PYTANIE NR 54

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną, której sterowanie parametrami odbywa się przy pomocy przycisków dotykowych umieszczonych z boku czaszy lampy?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 55

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną, której czasze wyposażone są w białe diody LED emitujące światło białe?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymaga regulowanej temperatury barwowej w min. 3 krokach lub płynnie w zakresie min. 4350-4800st. K przy stałym natężeniu oświetlenia.

PYTANIE NR 56

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o maksymalnym natężeniu światła dla czaszy głównej wynoszącym min. 160 000 lx?

Odp. Zamawiający wymaga lampy dla kopuły głównej o natężenia oświetlenia w odległości 1m nie mniejszej niż 160000lux z możliwością regulacji w zakresie od 50000 do 160000lux.

PYTANIE NR 57

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o maksymalnym natężeniu światła dla czaszy pomocniczej wynoszącym min. 130 000 lx?

Odp. Zamawiający wymaga lampy dla kopuły głównej o natężenia oświetlenia w odległości 1m nie mniejszej niż 130000lux z możliwością regulacji w zakresie od 50000 do 130000lux.

PYTANIE NR 58

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o żywotności diod LED $\geq 50\,000$ h dla każdej z czasz?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 59

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o regulowanej wielkości plamy świetlnej w zakresie min. 150 – 280mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o regulowanej wielkości plamy świetlnej w zakresie min. 150-280mm.

PYTANIE NR 60

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną z regulowaną wielkością plamy świetlnej w zakresie 150 – 280mm dla czaszy głównej oraz pomocniczej?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o regulowanej wielkości plamy świetlnej w zakresie min. 150-280mm dla kopuły głównej i pomocniczej.

PYTANIE NR 61

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną z minimum 5 stopniowym zakresem regulacji wielkości pola świetlnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 62

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną z zakresem ściemniania elektronicznego w zakresie od 40 do 130 klx dla czaszy pomocniczej oraz od 40 do 160 klx dla czaszy głównej?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 63

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną z ramieniem nośnym o długości min. 910mm i udźwigu max. 13,5 – 21kg?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

PYTANIE NR 64

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o następującym parametrze:

odzworowanie barw dla obu czasz $Ra \geq 96$?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw $Ra \geq 96$ dla obu czasz.

PYTANIE NR 65

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,

Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o następującym parametrze:

oddawanie barw dla obu czasz $R9 \geq 96$?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o współczynniku oddawania barw $R9 \geq 96$ dla obu czasz.

PYTANIE NR 66

*Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa*

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o stałej temperaturze barwowej wynoszącej 4900 °K?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

PYTANIE NR 67

*Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa*

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną zapewniającą ograniczenie wzrostu temperatury wokół głowy chirurga o około 1 °C (maksymalnie)?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 68

*Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa*

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną, której wgłębność oświetlenia $L1+L2$ przy 20% $\geq 1100\text{mm}$ dla czaszy pomocniczej?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 69

*Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa*

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną posiadającą światło ambientowe z tyłu czaszy w 20 kombinacjach koloru w zależności od potrzeb (na obu czaszach)?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 70

*Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa*

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o ilości diod LED ≥ 76 dla czaszy pomocniczej oraz ≥ 100 dla czaszy głównej?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 71

Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną o poborze mocy $\leq 40W$ dla czaszy pomocniczej oraz $\leq 50W$ dla czaszy głównej?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 72


Dotyczy: Zmodyfikowany załącznik 2A – zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego,
Lampa operacyjna bezcieniowa

Czy Zamawiający dopuści dwuczaszową bezcieniową lampę operacyjną z kamerą umieszczoną w uchwycie centralnym, z możliwością jej łatwego montażu i demontażu bez użycia narzędzi?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska


Kierownik
Biura Zamówień Publicznych