



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 16 lutego 2018r.

IML/BZ/2-3/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Przebudowę i modernizację bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ”

Znak sprawy: 2/ZP/PN/17

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy: Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) – Lampa operacyjna bezcieniowa – 4szt.

1. Część B, pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści lampę o kopule wyposażonej w 43 diody LED?

Zmniejszenie ilości wymaganych diod nie spowoduje pogorszenia parametrów technicznych ani fotometrycznych lampy a pozwoli zmniejszyć poziom pobieranej przez lampę mocy oraz zwiększy bezawaryjność sprzętu.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Część B, pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej regulowanej płynnie w zakresie min. 3700-4700K przy stałym natężeniu oświetlenia?

Proponowany parametr oferuje większą skalę ustawień temperatury barwowej, jest więc parametrem lepszym niż wymagany przez zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Część B, pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw (Ra) nie mniejszym niż 95?

Zaproponowana wartość jest zupełnie wystarczająca dla lamp operacyjnych, wymaganie parametru na poziomie 96 zmniejsza konkurencję i może znacząco zawęzić grono potencjalnych wykonawców.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



4. Część C, pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji wielkości minimalnej i Maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym lampy w zakresie od min. 240mm do 330mm?

Oferowany parametr jest lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

5. Część C, pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści lampę o kopule wyposażonej w 29 diody LED?

Zmniejszenie ilości wymaganych diod nie spowoduje pogorszenia parametrów technicznych ani fotometrycznych lampy a pozwoli zmniejszyć poziom pobieranej przez lampę mocy oraz zwiększy bezawaryjność sprzętu.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6. Część C, pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści lampę o kopule wyposażonej w 43 diody LED?

Zmniejszenie ilości wymaganych diod nie spowoduje pogorszenia parametrów technicznych ani fotometrycznych lampy a pozwoli zmniejszyć poziom pobieranej przez lampę mocy oraz zwiększy bezawaryjność sprzętu.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

7. Część C, pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści lampę o kopule wyposażonej w uchwyt prętowy na co najmniej $\frac{1}{4}$ obwodu oraz uchwyt umieszczony w centralnej części oprawy do ich przemieszczania przez operatorów?

Zamawiający w opisie wspomina o uchwycie prętowym na obwodzie kopuły, jednak nie precyzuje czy uchwyt ten powinien znajdować się na całym obwodzie czy jego części. Zastosowanie uchwytu prętowego na $\frac{1}{4}$ obwodu pozwalana na wygodne i swobodne manewrowanie lampą przez personel medyczny a jednocześnie ogranicza powierzchnię wymagającą czyszczenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

8. Część C, pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści lampę o stałej temperaturze barwowej o Wartości 4500K przy stałym natężeniu oświetlenia?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

9. Część C, pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej regulowanej płynnie w zakresie min. 3700 – 4700K przy stałym natężeniu oświetlenia?

Proponowany parametr oferuje większą skalę ustawień temperatury barwowej jest więc parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

10. Część C, pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw (Ra) nie mniejszym niż 95.

Zaproponowana wartość jest zupełnie wystarczająca dla lamp operacyjnych, wymaganie parametru na poziomie 96 zmniejsza konkurencję i może znacząco zawęzić grono potencjalnych wykonawców.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

11. Część C, pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym lampy w zakresie od min. 240mm do 330mm?

Oferowany parametr jest lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

12. Część D, pkt.2 Czy Zamawiający dopuści monitor o rozdzielczości wideo: 1920x1200pikseli?

Oferowany parametr jest lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- a. Czy Zamawiający dopuści monitor o poniższych parametrach portów wejściowych?
1xDP 1.2

1xDVI-D

1xHDCP

1xVGA

1x Separate Sync

1xSync on Green

4xUSB 2.0

Oferowane parametry charakteryzują nowocześniejsze niż wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie, stanowiąc będą lepsze dopasowanie i kompatybilność z innym współpracującym sprzętem.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

13. Część D, pkt. 5 Czy Zamawiający zrezygnuje w tym punkcie z wymagania posiadania portów wyjściowych przez monitor?

Monitor zamocowany do systemu lamp ma za zadanie wyświetlać obraz z kamery zainstalowanej w jednej z lamp. Sygnał pochodzący z kamery może być wyprowadzony do sieci szpitalnej bezpośrednio z kamery. Nie ma potrzeby aby monitor posiadał wyjścia wideo, ponieważ sygnał wejściowy wchodzący do monitora jest przezeń konwertowany i na wyjściu pojawia się w postaci zmienionej, skonwertowanej i gorszej jakości niż pochodzący z kamery. Wyprowadzenie sygnału bezpośrednio z monitora jest niekorzystne również ze względu na kłopotliwą organizację przewodów sygnałowych którymi sygnał ten miałby być przekazywany z uwagi na „mobilne zamocowanie” monitora. Mogłoby to narazić przewody, sam monitor, system zawieszenia lamp na uszkodzenia a personel medyczny na niebezpieczeństwo zaplątania się w wiszące swobodnie z monitora przewody.

W przypadku braku rezygnacji z powyższego wymagania prosimy o rzeczowe uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza również monitor bez portów wyjściowych.

14. Część E, pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści kamerę o przetworniku obrazu 1 / 2,8 CMOS?

Oferowany przetwornik ma większą przekątną niż wymagana przez Zamawiającego, jest to więc parametr lepszy.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

15. Część F, pkt. 2 Prosimy o potwierdzenie, że konfiguracja przesyłania obrazu na serwer FTP lub serwer PACS szpitala oraz konfiguracja zgodności z protokołem DICOM w tym wykupienie niezbędnych licencji PACS i DICOM leży po stronie Zamawiającego.

Prosimy również o podanie wersji DICOM z jakiej korzysta Zamawiający.

Odp. Konfiguracja przesyłania obrazu na serwer FTP lub serwer PACS szpitala oraz konfiguracja z protokołem DICOM i wykupienie licencji leży po stronie

Wykonawcy. Korzystamy z wersji DICOM 3.0.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ.

Zmianie ulegają zapisy SIWZ dotyczące:

- opisu koperty: nie otwierać **do dnia 21 lutego 2018r. godz. 08.30**
- terminu składania ofert: **do dnia 21 lutego 2018r. do godz. 08.00**
- terminu otwarcia ofert: **21 lutego 2018r. godz. 8.30**

Powyższe zmiany zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kadrowska
Dorota Kowal-Kadrowska
Dział Zamówień Publicznych

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 513852-N-2018

Data: 05/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10174588000000, ul. Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 206 88 60, e-mail zamowienia.publiczne@iml.biz.pl, faks 42 206 88 61.

Adres strony internetowej (url): www.iml.biz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2018-02-20 godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert: 2018-02-21 godzina 08:00