



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 11 kwietnia 2018 roku

IMŁ/BZ/12-6/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: „Przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ”

Znak sprawy 12/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Lampa operacyjna bezcieniowa - 4szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o jednolitej konstrukcji czaszy w kształcie zbliżonym do litery „Y” jak na rysunku poniżej?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.



Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wykonaną z aluminium oraz bezpiecznego specjalnego tworzywa osłaniającego diody LED?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga osłony modułów świetlnych szybą ze szkła bezpiecznego.

Pytanie 3

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w trzy uchwyty brudne na rozmieszczone równomiernie na obwodzie każdej z kopuł służące do ich przemieszczania przez personel medyczny?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.



Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę umieszczoną centralnie na środku kopuły głównej z nakładką przeznaczoną do sterylizacji dzięki czemu osoba operująca może ustawiać każdą z kopuł uchwytem sterylnym?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.



Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądzowska
Kierownik
Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

