



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 7 sierpnia 2018 roku

IMŁ/BZ/21-3/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o. o.”

Znak sprawy 21/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Stolik (wózek) anesteziologiczny.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo z blatem z tworzywa ABS z możliwością łatwego demontażu blatu i wymiany w przyszłości na nowy?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, gwarantującej wysoki standard higieny? Proponowane rozwiązanie jest znacznie bardziej trwałe i higieniczne aniżeli wózek wykonany z tworzywa sztucznego który nie posiada gładkiej struktury w związku z czym jest trudniejszy w dezynfekcji. Ponadto produkt ten jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy. Żywotność wózków z tworzywa jest niższa aniżeli wózków ze stali kwasoodpornej. Wózki wykonane ze stali są produkowane w Polsce przez wielu producentów co zwiększy konkurencyjność ofert i będzie miało korzystny wpływ na cenę. Proponowany wyrób posiada możliwość polakierowania frontów i uchwytów szuflad na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety 20 kolorów RAL.

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladą o wymiarze 700x500mm [szerokość x głębokość] – wymiary bez uchwytu do popychania, zgodnie z SIWZ? Proponowany gabaryt zapewnia dużą ładowność jak i łatwe szybkie manewrowanie.

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający przez szczyt wózka rozumie boki wózka?

Odp. Tak.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w trzy funkcjonalne uchylne pojemniki z przezroczystego tworzywa sztucznego umiejscowione w szczycie wózka?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w punkcie C. Gwarancja-serwis pogwarancyjny punkt 4 i wydłuży termin dostawy wózka zastępczego w przypadku nie dokonania naprawy do 7 dni.

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dotyczącego szkolenia personelu jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt jakim jest wózek anestezyjologiczny dostarczony jest w stanie złożonym gotowym do użytku i nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem a wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi? Odstąpienie od tego wymogu będzie kompatybilne z umową w której Zamawiający w § 3 punkcie 1 dopuścił odstąpienia od szkolenia jeżeli producent tego nie wymaga wprowadzając zapis „nie dotyczy”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Wózek reanimacyjny.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo z blatem z tworzywa ABS z możliwością łatwego demontażu blatu i wymiany w przyszłości na nowy?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9? Proponowane rozwiązanie jest znacznie bardziej trwałe i higieniczne aniżeli wózek wykonany z tworzywa sztucznego który nie posiada gładkiej struktury w związku z czym jest trudniejszy w dezynfekcji. Ponadto produkt ten jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy. Żywotność wózków z tworzywa jest niższa aniżeli wózków ze stali kwasoodpornej. Wózki wykonane ze stali są produkowane w Polsce przez wielu producentów co zwiększy konkurencyjność ofert i będzie miało korzystny wpływ na cenę. Proponowany wyrób posiada możliwość polakierowania frontów i uchwytów szuflad na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety 20 kolorów RAL.

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 3. Czy Zamawiający przez szczyt wózka rozumie boki wózka?

Odp. Tak.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający zamiast kasetki w blacie dopuści dodatkową – piątą szufladę otwieraną w przodzie lub boku wózka (do wyboru przez Zamawiającego) bez kasetki na leki ale z wygodnymi podziałkami dzielącymi szufladę na pola z możliwością dowolnej konfiguracji wielkości i ilości pól, bez plomby z nr ewidencyjnym ale zamykaną zamkiem? Proponowane

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

rozwiązanie umożliwi pełne wykorzystanie blatu roboczego co zwiększy funkcjonalność wózka.

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wózka z metalowymi wytrzymałymi przewodnikami z pełnym wysuwem oraz funkcją cichego domykania.

Odp. Zamawiający wymaga wózka z metalowymi przewodnikami i pełnego wysuwu, dopuszcza wózek z funkcją cichego zamykania.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści wózek o gabarycie 700x500mm [szerokość x głębokość] , wysokość do blatu 1000mm? Wózki reanimacyjne ze względu na swoje przeznaczenie powinny być lekkie oraz bez problemu mieścić się w drzwiach. Duży gabaryt będzie utrudniał manewrowanie i w sytuacjach podjęcia akcji ratunkowej wózek narażony będzie na uszkodzenia i pęknięcia. Szczególnie w przypadku wózków z tworzywa.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 7.

Czy podany w punkcie 7 gabaryt wózka uwzględnia wszystkie akcesoria dodatkowe?

Nie.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści wózek z nożną aktywacją koła kierunkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści płytę podplecową do reanimacji z wytrzymałego i wyprofilowanego tworzywa sztucznego o gabarytach 440x7x590mm [szerokość x grubość x wysokość]? Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 25 z dnia 20 lipca 2018r nie dopuścił podobnego rozwiązania pomimo, że proponowane płyty zapewniają prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści półkę na ssak mocowaną na nadblatowej półce obrotowej z możliwością blokady obrotu oraz pasami zabezpieczającymi sprzęt przed zsunięciem się z regulacją wysokości?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w punkcie C. Gwarancja –serwis gwarancyjny-serwis pogwarancyjny punkt 3 i wydłuży termin dostawy wózka zastępczego w przypadku nie dokonania naprawy do 7 dni.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądzowska
Dorota Kowal-Kądzowska
Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

