



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 20 lipca 2018 roku

IMŁ/BZ/21-...../BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o. o.”

Znak sprawy 21/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pompa infuzyjna perystaltyczna – 10szt.

1. Punkt 1. Czy w wymienionym zakresie przeznaczenia pompy Zamawiający oczekuje pompy z możliwością automatycznego ogólnego znieczulenia dożylnego w trybie TCI z protokołami Schneidera do podażu Propofolu?
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.
2. Punkt 10,11. Proszę o dopuszczenie pompy z prędkością bolusa, czasem i objętością bolusa ustawianą przez użytkownika bez automatycznego zmniejszania prędkości bolusa.
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
3. Punkt 12. Proszę o dopuszczenie pompy bez detektora kropli jeżeli jej konstrukcja i zabezpieczenie infuzji nie wymaga takiego rozwiązania.
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
4. Punkt 14. Proszę o dopuszczenie wyświetlacza monochromatycznego z regulacją jasności i kontrastu na 9 poziomach.
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
5. Punkt 20, 21 Proszę o dopuszczenie pompy z uchwytem do przenoszenia i mocowania, który jest odłączalny od pompy w szybki sposób (około 1 sekundy i nie wymaga odłączania przy pracy pojedynczej pompy. Uchwyt wymaga odłączenia przy pracy pompy w stacji dokującej i przy łączeniu pomp w zestawy co ma służyć zmniejszeniu rozmiarów i masy stacji z pompami. W innych pompach też trzeba zdemontować inne elementy np. kabel zasilający .
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Część 5 Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 4szt.

Pyt. 6 (Dotyczy punktu 2 „Parametry ogólne”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z klasą odporności IPX0 dostosowaną do warunków szpitalnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator z klasą odporności IPX0.

Pyt. 7 (Dotyczy punktu 7 i 10 „Parametry ogólne”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zasilaniem awaryjnym akumulatorowym, który pozwala na: 180 minut ciągłego monitorowania EKG i stymulacji lub 120 defibrylacji z maksymalną energią oraz ze zminimalizowanym efektem pamięci (litowo-jonowe): pojemność 3.5 Ah?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pyt. 8 (Dotyczy punktu 8 „Parametry ogólne”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z wskaźnikiem poziomu naładowania na ekranie defibrylatora oraz ze wskaźnikiem (sygnalizacją) rozładowania akumulatora lub ładowania akumulatora z sieci, znajdujący się na panelu przednim defibrylatora?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 9 (Dotyczy punktu 9 „Parametry ogólne”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z czasem ładowania akumulatora/ów do pełnej pojemności w 5 godzin?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pyt. 10 (Dotyczy punktu 3 „Defibrylacja”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod oraz kabla EKG, bez możliwości wykonania kardiowersji z zewnętrznego kardiomonitora?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 11 (Dotyczy punktu 5 „Defibrylacja”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej, maksymalnie w 10 sekund ?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pyt. 12 (Dotyczy punktu 7 „Defibrylacja”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z ustawieniem energii defibrylacji i wydruku na płycie czołowej defibrylatora a ładowaniem, wyzwoleniem wstrząsu i rozładowaniem na łyżka defibrylujących?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pyt. 13 (Dotyczy punktu 2 „EKG”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości pracy serca HR: 15-300 bpm z dokładnością ± 2 bpm oraz z możliwością monitorowania/obserwacji 6 odprowadzeń EKG jednocześnie (I,II,III,aVF,aVR oraz AVL), za pomocą 3 – żyłowego kabla EKG?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 14 (Dotyczy punktu 1 i 3 „Pulsoksymetria”) Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z technologią odporną na zakłócenia: Nellcor, powszechnie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

stosowaną na rynku polskim oraz z możliwością programowane przez użytkownika czas uśrednienia pomiaru z 2 wartości?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści blokowanie centralnym zamkiem tylko samych szuflad ? Zamiast blokowanych pojemników uchylnych, dodatkowo jedna więcej szuflada do dyspozycji Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści kasetkę na leki umieszczoną w zamykanej centralnym zamkiem szufladzie?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z dodatkową szufladą, która będzie miała możliwość założenia na tę szufladę oddzielnej plomby ewidencyjnej.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści wysokość korpusu wózka łącznie z kołami 1100 mm, szerokość łącznie z uchwytem do popychania 790 mm/głębokość 610 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy: Część 8

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni (kalendarzowych) od pisemnego wezwania Zamawiającego? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie od dnia podpisania umowy Zamawiający wezwie Zamawiającego do wykonania zamówienia (na jaki okres Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy od wezwania Zamawiającego. Informuję, że Zamawiający planuje termin dostawy (część 8) na listopad/grudzień br.

Dotyczy: Część 8 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

19. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery szuflady tj. jedna szuflada o wymiarach 625 x 450 x 100 mm, dwie szuflady o wymiarach 625 x 450 x 150 mm i jedna szuflada o wymiarach 625 x 450 x 200 mm, szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości, szuflady (w tym uchwyty szuflad) kolorowe do wyboru z palety producenta (7 kolorów do wyboru, w tym do wyboru jasny kolor „kości słoniowej” i kolor niebieski)?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

20. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający w szczycie w nadstawkę wyposażoną w osiem uchylnych pojemników z przeźroczystego tworzywa?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

21. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jednej szufladzie w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp.?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z dodatkową szufladą wyposażoną w tworzywowe przegródki, która będzie miała możliwość założenia na tę szufladę plomby ewidencyjnej.

22. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość korpusu łącznie z kołami 1000 mm, szerokość łącznie z uchwytem do popychania 910 mm, głębokość 610 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

23. Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający piątego koła opisanego w pkt. 8?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

24. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę pod defibrylator na wysięgniku, obrotową, o wymiarach 33 x 41 cm?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w płytę podplecową do reanimacji z wytrzymałego tworzywa sztucznego o wymiarach 550 x 390 mm mocowaną z tyłu wózka?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę na ssak mocowaną z boku wózka o wymiarach 340 x 180 mm?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Dotyczy: Część 8 – Stolik / wózek anestezjologiczny – 4 szt.

27. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pięć szuflad tj. trzy szuflady o wymiarach 625 x 450 x 100 mm i dwie szuflady o wymiarach 625 x 450 x 150 mm, szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości, szuflady (w tym uchwyty szuflad) kolorowe do wyboru z palety producenta (7 kolorów do wyboru)?


Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

28. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość bez nadstawki 1000 mm, szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 910 mm, głębokość 610 mm?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

29. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kosz (pojemnik) na odpadki zamocowany z boku wózka?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.



Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 9 – Stół operacyjny – 1szt.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości w wymaganej konfiguracji wynoszącej 2360mm?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 3 podwójne koła o średnicy 125mm zapewniające stabilność i pełną mobilność z dodatkowym 4 kołem kierunkowym?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który w pozycji do zabiegu stoi na czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopkach w podstawie (centralna blokada) – funkcja sterowana z poziomu pilota?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością ustawienia funkcji do jazdy z kołem kierunkowym, która aktywowana jest z poziomu pilota?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z sekcją głowy regulowaną ręcznie w dwóch płaszczyznach: wspomagana sprężyną gazową w zakresie od -58° do +37° z możliwością wypiętrzenia go względem blatu stołu o 13,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie od -35° do +70°?

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu (bez materaca) w zakresie od 65 do 101cm?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu nóg w zakresie od +26°/-90°?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie 20° w każdą stronę?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w funkcję przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 30cm sterowaną z pilota przewodowego?

Odp. Nie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością awaryjnej regulacji funkcji w przypadku awarii głównego pilota ręcznego z poziomu awaryjnego panelu zlokalizowanego w podstawie stołu?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z informacją o stanie naładowania akumulatora na pilocie ręcznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy części nr 3- negatoskop cyfrowy.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania klawiaturę silikonową, przewody zabudowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza negatoskop cyfrowy z klawiaturą silikonową, zabudowane przewody.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor 48" spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający dopuszcza negatoskop cyfrowy z monitorem 48".

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska

Kierownik
Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

