



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 4 czerwca 2018 roku

IMŁ/BZ/14-~~6~~.../BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: Dostawy wyposażenia meblowego dla IMŁ Sp. z o.o.

Znak sprawy: 14/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Część nr 15 – załącznik nr 19 – łóżko szpitalne elektryczne – 5 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne posiadające leże z segmentem stałym o długości 180 mm? Oferowany parametr tylko w niewielkim stopniu różni się od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne posiadające leże z segmentem uda o długości 300 mm? Oferowany parametr tylko w niewielkim stopniu różni się od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne posiadające leże z segmentem podudzia o długości 600 mm? Oferowany parametr tylko w niewielkim stopniu różni się od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne w którym wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne w którym wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 350 mm.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne z regulacją kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie od 0 do 44 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne z regulacją kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie od 0 do 44 stopni.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16.192.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne z regulacją segmentu podudzia w zakresie od 0 do 24 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne z regulacją segmentu podudzia w zakresie od 0 do 24 stopni.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne posiadające osłonę tworzywową elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy zamiast szerokości łóżka. Pragniemy zaznaczyć, że standardowo w łóżkach szpitalnych wymiar podstawy jest mniejszy niż wymiar całego łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne posiadające osłonę tworzywową elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy zamiast szerokości łóżka.

8. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broшуry, foldery itp.) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego – Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do złożenia materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego oraz danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ:

a) pkt. IX SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

(...)

1. „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, oznakować w następujący sposób:

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12 pok.515**

**Oferta w postępowaniu na:
„Dostawę sprzętu medycznego dla IML Sp. z o.o.”
nr sprawy: 14/ZP/PN/18**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 9:30"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

(...)

b) pkt. X SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

(...)

”

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Piłsudskiego 12 w Łodzi – pok. 515 - do dnia 12 czerwca 2018r., do godziny 9:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX.9 SIWZ.

(...)

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 czerwca 2018r., o godzinie 9:30”

(...)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04 czerwca 2018 roku.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,



Kierownik
Dział Zamówień Publicznych

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nkazijan
NO_DOC_EXT:	2018-082130
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	przetargi_uml@tlen.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji****Dostawy****Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**
Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
14/ZP/PN/18
Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515
Łódź
90-051
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Kowal-Kądrowska
Tel.: +48 422068860
E-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
Faks: +48 422068861
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://www.iml.biz.pl>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa sprzętu medycznego
Numer referencyjny: 14/ZP/PN/18
II.1.2) **Główny kod CPV**
33100000
II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
II.1.4) **Krótki opis:**
Dostawa sprzętu medycznego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
04/06/2018
VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkazijan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-056129
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 073-161670
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/04/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

Data: 25/05/2018

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

Data: 12/06/2018

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Warunki otwarcia ofert:

Data: 25/05/2018

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert:

Data: 12/06/2018

Czas lokalny: 09:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI

-na oryginale właściwe podpisy-