



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 30 stycznia 2018r.

IML/OA/20-4/ZP/2017/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

*Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę defibrylatorów dla IML Sp. z o.o.
Znak sprawy 20/ZP/PN/17*

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1.

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu „i analiza impedancji klatki piersiowej pacjenta dla określenia czy wyładowanie jest zalecane”

Odpowiedź:

Część 4 (opisana pod parametrami technicznymi D3). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 4

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu lub usunięcie podpunktu „Maksymalna energia defibrylacji min. 200J przy obciążeniu 50 Ω” na „Maksymalna energia defibrylacji min. 200J”

Odpowiedź:

Część 4 (opisana pod parametrami technicznymi D3). Zamawiający dopuszcza zapis: :Maksymalna energia defibrylacji min. 200J”

Pytanie 3.

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 4

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu podpunktu dotyczącego energii z „Zakres energii: min. 150-250 J” na „Zakres energii min 120-200 J”

Odpowiedź:

Część 4 (opisana pod parametrami technicznymi D3). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 4

Czy zamawiający dopuści urządzenie o innej przekątnej ekranu bez możliwości wyświetlania kolejnych kroków przebiegu akcji ratowniczej (każdy krok jest zaznaczony w formie diagramów wkoło wyświetlacza). Natomiast na ekranie AED jest wyświetlane: krzywa ekg, liczba przeprowadzonych defibrylacji, czasie pracy urządzenia, informacja zwrotna w czasie rzeczywistym o jakości prowadzonych uciśnień klatki piersiowej (ukazana głębokość w formie słupka)

Odpowiedź:

Część 4 (opisana pod parametrami technicznymi D3). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie 5.

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 4

Czy zamawiający dopuści AED wyposażone w baterie 10szt typu Flash Photo z 5 letnią żywotnością i możliwością przeprowadzenia 300 defibrylacji maksymalna energią?

Odpowiedź:

Część 4 (opisana pod parametrami technicznymi D3). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 1: Pytanie do punktu 7:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator z ładowaniem akumulatorów z sieci 230VAC i bez 12 VDC z ładowarki dwustanowiskowej?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator z ładowaniem akumulatorów z sieci 230VAC i bez 12 VDC z ładowarki dwustanowiskowej.

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1)- Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 1: Pytanie do punktu 11:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator spełniający wymóg normy EN60601-1 odnośnie odporności na wnikanie płynów z odpornością IPX0?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator spełniający wymóg normy EN60601-1 odnośnie odporności na wnikanie płynów z odpornością IPX0.

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 1: Pytanie do punktu 19:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator z funkcją automatycznego drukowania po defibrylacji i bez oddzielnego przycisku umożliwiającego drukowanie na łyżkach twardych?

Odpowiedź:

Dla części 1. Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator z funkcją automatycznego drukowania po defibrylacji i bez oddzielnego przycisku umożliwiającego drukowanie na łyżkach twardych.

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 1: Pytanie do punktu 24:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez automatycznej interpretacji i i diagnozy 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniającego wiek i płeć pacjenta?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez automatycznej interpretacji i i diagnozy 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniającego wiek i płeć pacjenta

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 1: Pytanie do punktu 30:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator z wydrukiem na papierze o szerokości 57mm?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator z wydrukiem na papierze o szerokości 57mm

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 1: Pytanie do punktu 32:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez transmisji danych przez modem do stacji roboczej?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez transmisji danych przez modem do stacji roboczej

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 1: Pytanie do punktu 34:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru methemoglobiny i karboksyhemoglobiny

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 2: Pytanie do punktu 30:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o dedykowany fabryczny moduł WiFi?

Odpowiedź:

Dla części 2- Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o dedykowany fabryczny moduł WiFi.

Dla części 4- (opisanej pod parametrami technicznymi D2). Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 3: Pytanie do punktu 28:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o dedykowany fabryczny moduł WiFi?

Odpowiedź:

Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości rozbudowy o dedykowany fabryczny moduł WiFi

Pytanie 15.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 4: Pytanie do punktu 12:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości transferu danych do komputera przez port IRDA lecz z możliwością przenoszenia danych przez kartę SD?

Odpowiedź:

Część 4 (opisana pod parametrami technicznymi D3). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16.

Załącznik nr 1 do SIWZ część 4: Pytanie do punktu 21:

Czy Zamawiający w dopuści wysokiej klasy defibrylator spełniający wymóg normy EN60601-1 odnośnie odporności na wnikanie płynów z odpornością IPX0?

Odpowiedź:

Część 4 (opisana pod parametrami technicznymi D3). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17.

Część 1. Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w łyżki twarde dla dorosłych i dzieci mocowane bezpośrednio w obudowie defibrylatora i standardowe elektrody naklejane do defibrylacji/stymulacji

Odpowiedź:

Dla części 1 zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w łyżki twarde dla dorosłych i dzieci mocowane bezpośrednio w obudowie defibrylatora i standardowe elektrody naklejane do defibrylacji/stymulacji.

Pytanie 18.

Część 1. Pkt 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, ładowania oraz defibrylacji?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, ładowania oraz defibrylacji

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19.

Część 1. Pkt 32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z transmisją do stacji roboczych oferowanych przez wykonawcę zamówienia? Proszę o doprecyzowanie do ilu stacji roboczych musi zostać zrealizowana transmisja danych.

Odpowiedź:

Dla części 1 Stacja robocza nie jest niezbędna.

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20.

Część 1. Pkt 34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny?

Odpowiedź:

Dla części 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny

Dla części 4 (opisana pod parametrami technicznymi D1). Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21.

Część 2. Pkt 7 i 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z metronomem reanimacyjnym dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych dla dorosłych i dzieci zgodnie z ostatnimi wytycznymi AHA/ERC z 2015 r wyposażony w algorytm AED bez wykrywania ruchu pacjenta?

Odpowiedź:

Dla części 2- Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z metronomem reanimacyjnym dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych dla dorosłych i dzieci zgodnie z ostatnimi wytycznymi AHA/ERC z 2015 r wyposażony w algorytm AED bez wykrywania ruchu pacjenta.

Dla części 4 (opisanej pod parametrami technicznymi D2). - Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22.

Część 2. Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, wyposażony w codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia jednocześnie w trybie pracy akumulatorowej i zasilania zewnętrznego 230V?

Odpowiedź:

Dla części 2- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, wyposażony w codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia jednocześnie w trybie pracy akumulatorowej i zasilania zewnętrznego 230V

Dla części 4 (opisanej pod parametrami technicznymi D2). - Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23.

Część 2. Pkt 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł Wi-Fi?

Odpowiedź:

Dla części 2- Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł Wi-Fi

Dla części 4 (opisanej pod parametrami technicznymi D2). - Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24.

Część 3. Pkt 7 i 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z metronomem reanimacyjnym dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych dla dorosłych i dzieci zgodnie z ostatnimi wytycznymi AHA/ERC z 2015 r wyposażony w algorytm AED bez wykrywania ruchu pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści defibrylator z metronometrem z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci zgodny z wytycznymi AHA/ERC.

Pytanie 25.

Część 3. Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, wyposażony w codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia jednocześnie w trybie pracy akumulatorowej i zasilania zewnętrznego 230V?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, wyposażony w codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia jednocześnie w trybie pracy akumulatorowej i zasilania zewnętrznego 230V.

Pytanie 26.

Część 3. Pkt 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł Wi-Fi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł Wi-Fi

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska

Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
Dorota Kowal-Kądrowska